

Sorocaba/SP, 05 de julho de 2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ/MF nº 68.020.916/0001-47

Rua Luiz Pereira de Campos, 901 - Centro - Bertioiga/SP

A/C: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

REF.: PROCESSO Nº. 267/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024

OBJETO: Registro de preço para aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Unidades de Saúde, conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 62.334.156/0001-66, domiciliada na Rua Solange Victoretti, nº 160, Jardim Ipê, Sorocaba, São Paulo, através de seu representante, vêm respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, solicitar esclarecimento quanto ao referido processo.

DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item 20 – Monitor Multiparâmetros

O descritivo do item solicita o "Cabo de extensão para Oximetria; 01 Sensor reutilizável de Oximetria, tipo clipe de dedo para adulto; ". **Questionamos** se há algum tamanho (comprimento) especificado para o sensor de Oximetria? Visto que no mercado existe uma variação entre o comprimento e a compatibilidade dos sensores com extensores?

Ainda, conforme descrito no edital, é solicitado "Capnografia com capacidade de trabalho com sensores de fluxo principal (Mainstream) de baixo fluxo de amostra". Entretanto, observamos que os termos "fluxo principal" e "baixo fluxo" referem-se a tecnologias distintas, sendo a primeira relacionada à tecnologia Mainstream (fluxo principal) e a segunda à tecnologia Sidestream (baixo fluxo). Dessa forma, **questionamos** se serão aceitos equipamentos com a tecnologia Mainstream?

Certos de contar com vossa compreensão, solicitamos acolhimento das sugestões apresentadas, visando os princípios da igualdade, isonomia e competitividade, uma vez que o órgão público será beneficiado pela concorrência entre um maior número de licitantes, obtendo menor preço e alta qualidade do produto a ser adquirido.

Atenciosamente,

JOSE ORDALIO
FERNANDES
SPINOLA:0323345
0850

Assinado de forma digital
por JOSE ORDALIO
FERNANDES
SPINOLA:03233450850
Dados: 2024.07.05 14:47:36
-03'00'

JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA
Sócio Diretor
RG: 8.492.271-0
CPF: 032.334.508-50

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

MATRIZ

CNPJ: 62.334.156/0001-66 I.E.: 669.198.339.111
Rua Solange Victoretti, 160 · Jd. Ipê
Sorocaba / SP CEP: 18017-008
F: 15 – 3237 4414

FILIAL

CNPJ: 62.334.156/0002-47 I.E.: 28.409.614-8
Rua Afonso Lino Barbosa, 78 · Chácara Cachoeira
Campo Grande / MS CEP: 79040-290
F: 67 – 3046 4444

[SMARAm] Pregão Eletrônico 28/2024 - Esclarecimento

3 mensagens

licitacaoeletronica@bertioga.sp.gov.br <licitacaoeletronica@bertioga.sp.gov.br>
Para: licitacaoeletronica@bertioga.sp.gov.br, pregaoeletronico.dlc@gmail.com

5 de julho de 2024 às 15:11

Prezado Pregoeiro,

Foi registrado um esclarecimento enviado pelo solicitante JOSÉ ORDÁLIO FERNANDES SPÍNOLA.

Para visualização completa, favor acessar o referido pregão.

Atenciosamente,
Portal de Compras | SMARapd

pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

5 de julho de 2024 às 16:14

Para: DIRETORIA URGÊNCIA /EMERGÊNCIA <diretoriaduebertioga@gmail.com>, Financeiro Saúde Bertioga
<financeirossbertioga@gmail.com>, rosanameissner@hotmail.com

Boa tarde.

Segue anexo com Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 28/2024.

Aguardo resposta ao Fornecedor Solicitante.

Atenciosamente
Alexandre Gonçalves
(Citação ocultada) **Esclarecimento 01.pdf**
413K

Tatiana de Melo <tatimelo.enf@gmail.com>

10 de julho de 2024 às 14:46

Para: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Tatiana de Melo** <tatimelo.enf@gmail.com>

Date: sex., 5 de jul. de 2024 às 16:42

Subject: Re: [SMARAm] Pregão Eletrônico 28/2024 - Esclarecimento

To: Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>

BERTIOGA, 05 DE JULHO DE 2024.**ESCLARECIMENTOS EMPRESA MULT MED****Processo nº267/2024****Pregão eletrônico nº 28/2024****Item 20 – Monitor Multiparâmetros**

O descritivo do item solicita o “Cabo de extensão para Oximetria; 01 Sensor reutilizável de Oximetria, tipo clipe de dedo para adulto.” Questionamos se há algum tamanho (comprimento) especificado para o sensor de Oximetria? Visto que no mercado existe uma variação entre o comprimento e a compatibilidade dos sensores com extensores?

Resposta: Não haverá exigência do comprimento do cabo.

Ainda, conforme descrito no edital, é solicitado "Capnografia com capacidade de trabalho com sensores de fluxo principal (Mainstream) de baixo fluxo de amostra". Entretanto, observamos que os termos "fluxo principal" e "baixo fluxo" referem-se a tecnologias distintas, sendo a primeira relacionada à tecnologia Mainstream (fluxo principal) e a segunda à tecnologia Sidestream (baixo fluxo). Dessa forma, questionamos se serão aceitos equipamentos com a tecnologia Mainstream?

Resposta: Sim, serão aceitos equipamentos com a tecnologia Mainstream.

Att

Tatiana de Melo

Diretora de Atenção Básica

Em sex., 5 de jul. de 2024 às 16:26, Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com> escreveu:

De: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 5 de julho de 2024 16:14

Para: DIRETORIA URGÊNCIA /EMERGÊNCIA <diretoriaduebertioga@gmail.com>; Financeiro Saúde Bertioga <financeirossbertioga@gmail.com>; rosanameissner@hotmail.com <rosanameissner@hotmail.com>

Assunto: Fwd: [SMARam] Pregão Eletrônico 28/2024 - Esclarecimento

[Citação ocultada]