



Licitação e Compras <licitacao.bertioga@gmail.com>

Fwd: PROPOSTA REAJUSTADA LICITAMED P.E 50/2024 ITEM 05

1 mensagem

LICITAMED VENDAS <licitamedvendas@gmail.com>
Para: Licitação e Compras <licitacao.bertioga@gmail.com>

11 de setembro de 2024 às 08:58

licitacao.bertioga@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **LICITAMED VENDAS** <licitamedvendas@gmail.com>
Date: qua., 11 de set. de 2024 às 08:56
Subject: PROPOSTA REAJUSTADA LICITAMED P.E 50/2024 ITEM 05
To: <licitacao.bertioga@gmail.com>

Bom dia.

Segue em anexo.

 **PROPOSTA REAJUSTADA.pdf**
250K

LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA

Rua: Holanda, Nº33 – SLJ SOBRELOJA SALA 03 – CENTRO – CEP: 86.181.230 – CAMBÉ-PR
CNPJ: 45.293.145/0001-28 – E-MAIL: licitamedvendas@gmail.com – Fone: 43 – 3020-1504

Cambé, 11 de Setembro de 2024

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2024

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

ITEM	QUANT	DESCRIPTIVO	V. UNIT R\$	V. TOTAL
05	12	Cama hospitalar tipo fawler elétrica: estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos mínimos: cabeceira, fawler trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular, elevação de altura. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes a água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em pvc, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180kg. Acompanhar colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica bivolt. MODELO: LV 198 PE MARCA: LEVITA FABRICANTE: HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP. - PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 80970290021	7.900,00 (Sete mil e novecentos reais)	94.800,00 (Noventa e quatro mil e oitocentos reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$: 94.800,00 (Noventa e quatro mil e oitocentos reais)

LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA

Rua: Holanda, Nº33 – SLJ SOBRELOJA SALA 03 – CENTRO – CEP: 86.181.230 – CAMBÉ-PR
CNPJ: 45.203.145/0001-28 – E-MAIL: licitamedvendas@gmail.com – Fone: 43 – 3020-4504

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

GARANTIA: 12 (Doze) meses contra defeitos de fabricação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 0768-4 – CONTA CORRENTE 53176-6

Declaramos:

Que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Que prestaremos assistência técnica para o órgão caso ocorra algum defeito na mercadoria sem nenhum custo para o órgão.

Declaramos que iremos prestar assistência técnica.

Que atenderemos todos os requisitos do edital.

TODOS OS ITENS OFERTADOS SÃO DISPENSADOS DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO-RDC N. 24, DE 21 DE MAIO DE 2009 E DECLARAÇÃO EM ANEXO.

LICITAMED PRIME
COMERCIAL

LTDA:45203145000128

Assinado de forma digital por
LICITAMED PRIME COMERCIAL
LTDA:45203145000128
Dados: 2024.09.11 08:54:25
-03'00'

LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA

CNPJ: 45.203.145/0001-28

SOCIO ADMINISTRADOR

BRUNO HENRIQUE GONSALVES FERREIRA

RG: 12.464.653-7

CPF: 006.416.929-43

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.192.559/0001-87
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.09.702-9
Nome do Dispositivo Médico	CAMA FAWLER ELÉTRICA
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cama Motorizada
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80970290021
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351938509202119
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11192559000187 - Endereço: R TOPAZIO N 64 LOTE 87 B-1 CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL 86182715
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/02/2021
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	LV198- Instruc_o_es de Uso-Rev.02.pdf	0167855247 - 14/02/2024 08:45:44

Modelo Produto Médico	
LV 198 ST	
LV 198 SL	
LV 198 LX	
LV 198 PE	
LV 198 PU	
LV 198 LX-INF	
LV 198 PE-INF	
LV 198 PU-INF	



Razão Social: Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA – EPP
Endereço: Rua Topázio, n. 64 – Jardim Cristal – Cambé – PR – CEP: 86.182-715
CNPJ: 11.192.559/0001-87
Insc. Est.: 90.496.691-67
Fone: 43 – 3154.4455
E-mail: comercial@levitamoveis.com.br

CAMA FALWER ELÉTRICA COM ELEVAÇÃO DE LEITO



LV 198 PE - Cama hospitalar tipo fawler elétrica: estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos mínimos: cabeceira, fawler trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular, elevação de altura. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes a água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em pvc, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180kg. Acompanhar colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica bivolt

REGISTRO NA ANVISA: 80970290021

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA