
DOC P.E 50/2024 - ITEM 04

3 mensagens

Montreal Hospitalar <licitacao.montrealhospitalar@gmail.com>
Para: pregaoeletronico.dlc@gmail.com

10 de setembro de 2024 às 11:27

Bom dia, tudo bem?

Conforme solicitado segue em anexo registro anvisa, catálogo e proposta readequada referente ao item 4 arrematado por esta empresa.

Att, Rafaela
Montreal Hospitalar Ltda
38.073.815/0001-73

3 anexos **REGISTRO ANVISA - KOLPLAST.pdf**
4K **FICHA TEC. KOLPLAST.pdf**
569K **PROPOSTA 50.2024 - READEQUADA.pdf**
454K

Montreal Hospitalar <licitacao.montrealhospitalar@gmail.com>
Para: pregaoeletronico.dlc@gmail.com

12 de setembro de 2024 às 09:06

Favor, acusar o recebimento.

Att, Rafaela
[Citação ocultada]

pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>
Para: Montreal Hospitalar <licitacao.montrealhospitalar@gmail.com>

12 de setembro de 2024 às 14:08

Recebido
[Citação ocultada]



PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO Nº50/2024– PROCESSO Nº 3770/2024

Fornecedor: Montreal Hospitalar Ltda

CNPJ: 38.073.815/0001-73

Inscrição Estadual: 738104635110

Endereço: Rua Claudio Cesar de Aguiar Mauriz, 313

Bairro: Centro

CEP: 11.250-297

Cidade: Bertioga

Estado: SP

Telefone: (13) 3317-4605 e (13) 98221-2520

e-mail: vendas@montrealhospitalar.com.br e raquelflira@hotmail.com

Objeto: Constitui o objeto deste Pregão o Registro de preço para aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico e UTI adulto, conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT	MARCA/MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	Mesa cirurgica elétrica para procedimentos de alta complexidade. Acionamento por controle remoto para os seguintes movimentos : regulagem de altura , tredelemburg, re verso tredelemburg e lateralidade, movimento longitudinal elétrico além desses deve permitir as seguintes posições : renal, semiflexão e perna e coxa, flexão abdominal, semissentado, capacidade de peso mínimo de 200kg, base provida ed sistema de movimentação e fixação, colchonete injetado em poliuretano, acessórios 01 arco de narcose, 01 suporte para renal, 01 par de suporte de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais , 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura, 01 gaveta ginecológica, bateria interna recarregável, alimentação elétrica 220v . Registro na anvisa .	UN	2	KOLPLAST/KLP 130 ME	34.850,00	R\$ 69.700,00

Conta para Depósito: Banco: Brasil / Agência: 3970-5 / Número da Conta: 23131-2

Nome e Qualificação do Representante legal que assinará a Ata de Registro de Preço: Raquel de Freitas Lira

RG: 60.866.445-5

CPF: 024.948.261-44

Estado Civil: Casada

Nacionalidade: brasileira

Cargo: sócia-proprietária

Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 45 dias – Conforme Edital

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital e nos seus Anexos, e que os produtos ofertados atendem às especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I.

Bertioga, 10 de setembro de 2024

Raquel Lira

Raquel de Freitas Lira

Sócia-Proprietária

RG: 60.866.445-5

CPF: 024.948.261-44

MONTREAL HOSPITALAR LTDA
Rua Claudio Cesar de Aguiar Mauriz, 313 - Centro
Bertioga - SP
CEP 11.250-297
CNPJ 38.073.815/0001-73

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: MESA DE EXAMES KLP 130 ME

NCM: 9018.19.80

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Mesa GO	10237610098	10.1300

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Mesa elétrica para exames, com movimentos e acessórios compatíveis com exames ginecológico, obstétrico, proctológico, entre outros exames e procedimentos.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: elevação/abaixamento total, elevação/abaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courvin com revestimento plástico. Suporta 200kg em elevação. Bivolt automático. IPX 1. Cor a escolha do cliente.

DIMENSÕES

- Altura máxima do assento em relação ao solo: 98cm;
- Altura mínima do assento em relação ao solo: 65cm;
- Medidas do Assento: 53 x 60 cm;
- Medidas do Encosto: 73 x 60cm;
- Medidas da perneira: 36 x 58cm;
- Largura total da mesa: 81cm;
- Comprimento total posição maca: 171cm
- Comprimento total da base com os rodízios: 123cm
- Altura total na posição cadeira: 157cm

ACOMPANHA

- Um par de apoio de coxa com estrutura cromada
- Um par de apoio de calcanhar com estrutura cromada
- Um par de apoio de braço para o paciente;
- Encosto de cabeça anatômico com ajuste de posição;
- Suporte para papel toalha cromado;
- Gaveta coletora de líquidos em aço inox;
- Controle de pé

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Mocho
- Controle de mão

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL
10.1300	Caixa em madeira com rodizio	Unitário

6. INSTRUÇÕES DE USO

Coloque a Mesa Elétrica em uma superfície plana. Coloque os apoios de coxa, de calcanhar, de braço, suporte para papel, de cabeça conforme manual de instruções. Conecte o controle de pé na parte posterior da mesa e, conecte o cabo de alimentação elétrica na rede elétrica. Utilize o controle de pé ou controle manual para atingir os movimentos desejados durante o uso.

7. GARANTIA

Doze (12) meses a partir da data de emissão da nota fiscal.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Desembale o equipamento com cuidado e verifique se todos os itens que compõem o equipamento estão presentes.
- Proceder a montagem conforme manual de instruções.
- Colocar sempre o equipamento em uma superfície plana.
- Evite queda. Evite contato com água ou respingo d'água.
- Higienize o equipamento com auxílio de compressa umedecida com álcool a 70% e realize a limpeza externa de todo o conjunto. Em hipótese alguma limpe o equipamento internamente.
- Não utilizar abrasivos, como palha de aço, solventes orgânicos, tiner ou compostos corrosivos.
- Não sente ou apoie-se sob a perneira.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016.

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	KOLPLAST CI LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	59.231.530/0001-93
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.02.376-1
Nome do Dispositivo Médico	MESA DE EXAMES KLP 130 ME
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Mesa Clínica Motorizada
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10237610098
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351616895201354
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: KOLPLAST CI LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 59231530000193 - Endereço: ESTRADA MUNICIPAL BENEDITO DE SOUZA, 418 MINA 13299364
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/06/2014
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL_MESA DE EXAMES_ISIS_REV 01.pdf	1463596235 - 22/12/2023 11:52:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL_MESA DE EXAMES_REV 11.pdf	1463596235 - 22/12/2023 11:52:28

Modelo Produto Médico	
KLP 130 ME1	
KLP 130 ME2	
KLP 130 ME3	
Mesa de Exames Isis	
Mesa de Exames Isis – HISTERO	
Mesa de Exames Isis – TREND	