



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Secretaria de Saúde

BERTIOGA, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

**ESCLARECIMENTOS EMPRESA MULT MED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES**

Processo nº3770/2024

Pregão eletrônico nº 50/2024

Item 13 – Cardioversor Desfibrilador

No descritivo do item em questão é solicitado “E desarme automático da carga, em caso de procedimento interrompido, em no máximo 30 segundos”.

Questionamos se serão aceitos equipamentos que o desarme possa ser configurado em 30, 60 e 90 segundos?

RESPOSTA: Sim, serão aceitos.

Item 15 – Monitor Multiparâmetros

No descritivo do item em questão é solicitado “01 Cabo de extensão para oximetria; 01 Sensor reutilizável de oximetria, tipo clipe de dedo para adulto”.

Questionamos se serão aceitos sensores de SPO2 tipo soft com compatibilidade com o extensor solicitado em edital?

RESPOSTA: Sim, serão aceitos.

Em relação ao prazo de entrega, será mantido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo o prazo exequível no mercado.

Atenciosamente,

Viviane Costa Silveira

Diretora do Departamento de Urgência e Emergência