



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária
Secretaria de Saúde

BERTIOGA, 05 DE SETEMBRO DE 2024.

ESCLARECIMENTOS EMPRESA ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Processo nº3770/2024

Pregão Eletrônico nº 50/2024

ITEM 2: "CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR"

Para confirmação, serão aceitos indicadores visuais na tela do equipamento em relação ao contato das pás?

Resposta: Sim, serão aceitos.

Além disso, em relação ao tempo de carga, questionamos, serão permitidos equipamentos que possuem tempo de carga inferior a 5 segundos para 200J e inferior a 8 segundos para 360J?

Resposta: Sim, serão aceitos.

Em relação ao tempo de desarme da carga, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem desarme com tempo configurável pelo usuário entre 30, 60, 90 e 120 segundos?

Resposta: Sim, serão aceitos.

Por fim, equipamentos que possuem índice de proteção IPX4 serão aceitos? Visto que tal característica não interfere no funcionamento do equipamento.

Resposta: Sim, serão aceitos.

Atenciosamente,

Viviane Costa Silveira

Diretora do Departamento de Urgência e Emergência