

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmpada catodo oco

Descrição Detalhada: Lâmpada Catodo Oco Elemento: Cálcio , Diâmetro Nominal: 37 MM, Quantidade Pinos: 2 , Tipo: Não Codificado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.482,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (2)		

2 - Lâmpada Catodo Oco

Descrição Detalhada: Lâmpada Catodo Oco Elemento: Cromo , Tipo: Codificado , Características Adicionais: Insturmento Perkinelmer, Modelo Pinaacle 500 , Aplicação: Perkin-Elmer, P912 , Comprimento Nominal: 50 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.077,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (2)		

3 - Lâmpada catodo oco

Descrição Detalhada: Lâmpada Catodo Oco Elemento: Magnésio , Diâmetro Nominal: 37 MM, Quantidade Pinos: 2 , Tipo: Não Codificado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.536,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (2)		

4 - Lâmpada Catodo Oco

Descrição Detalhada: Lâmpada Catodo Oco Elemento: Chumbo , Tipo: Codificado , Características Adicionais: Com Certificação De Garantia , Aplicação: Espectrofotômetro Absorção Atômica Varian Spectraa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.262,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (2)		

5 - Lâmpada De Espectrômetro

Descrição Detalhada: Lâmpada De Espectrômetro Aplicação: Espectrofotômetro Analytik Jena , Referência: 480450036 , Características Adicionais: Catodo Oco, Para Dosagem De Niquel , Modelo: Aas Novaa 330opc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.411,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)