

Assunto **Re: ELETROCARDIOGRAFO**
De <saude@leopolis.pr.gov.br>
Para <licitacao@leopolis.pr.gov.br>
Data 2024-05-10 14:05



Em 2024-05-10 11:14, licitacao@leopolis.pr.gov.br escreveu:

Bom dia,

segue proposta e outros documentos apresentados pela 2ª classificada no pregão 012/2024 para análise técnica.

att,

Vanessa

DEP. LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS
Rua Pedro Domingues de Souza, 374 - Centro
CEP: 86.330-000 - Leópolis - Paraná
E-mail: licitacao@leopolis.pr.gov.br
Telefone: (43) 3627-1429

PARECER DE NEGATIVA

Venho por meio deste, apresentar ao Departamento de Licitação e Compras o relatório de avaliação do Eletrocardiógrafo apresentado pela empresa segunda colocada **C E C PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, referente ao Pregão Eletrônico 012/2024.

ITEM	EDITAL	ITEM PROPOSTO	JUSTIFICATIVA
	Tela de LCD Tela TFT LCD colorida de 4,3 polegadas ou superior;	Tela LCD colorida de 3,6 polegadas;	O item apresentado não atende ao requisito mínimo de Tela de 4,3 polegadas ou superior;
Eletrocardiógrafo Contec ECG 300G	Teclado touch screen (alfa-numérico e símbolos);	Não apresenta / sem informação;	Informação faltante ou incompleta.
	Velocidade de impressão 5mm/s, 12.5mm/s 25 mm/s, 50 mm/s, 100 mm/s.	Apresentado: 5mm/s, 12.5mm/s 25 mm/s, 50 mm/s.	O item apresentado não atende ao requisito mínimo de impressão 100mm/s

Destacamos que a análise foi realizada com base na proposta apresentada pelo fornecedor em um documento PDF. No entanto, houve um realinhamento de proposta, e o novo objeto não atende em partes o Edital proposto.

Portanto, a reprovação ocorre devido à falta de cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital e à ausência de informações sobre o Eletrocardiógrafo. Isso impossibilitou uma avaliação adequada do item, especialmente considerando o seu valor significativo para a Administração Pública.

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA BIANCONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE