

Assunto **Re: pregão 012/2024**
De <saude@leopolis.pr.gov.br>
Para <licitacao@leopolis.pr.gov.br>
Data 2024-05-20 09:17



Em 2024-05-17 13:04, licitacao@leopolis.pr.gov.br escreveu:
Boa tarde,

segue proposta e demais documentos apresentados pela da 4ª classificada, 3S VISION HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA para análise técnica.

att,

Vanessa

1990

DEP. LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS
Rua Pedro Domingues de Souza, 374 - Centro
CEP: 86.330-000 - Leópolis - Paraná
E-mail: licitacao@leopolis.pr.gov.br
Telefone: (43) 3627-1429

PARECER DE NEGATIVA

Venho por meio deste, apresentar ao Departamento de Licitação e Compras o relatório de avaliação do Eletrocardiógrafo apresentado pela empresa 3S VISION HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico 012/2024.

ITEM	EDITAL	ITEM PROPOSTO	JUSTIFICATIVA
Eletrocardiógrafo 1200G	Velocidade de impressão 5mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, 100mm/s	Velocidade de impressão 5mm/s, 6,25 mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s	O item apresentado não atende o requisito de impressão - 100mm/s , conforme previsto no edital.

Destacamos que a análise foi realizada pelos responsáveis técnicos com base na proposta apresentada pelo fornecedor em documento PDF, enviada por e-mail.

Portanto, a reprovação ocorre devido à falta de cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos.

CARLA CRISTINA DE OLIVERIA BIANCONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE