


Assunto **Re: pregão 012/2024**
De <saude@leopolis.pr.gov.br>
Para <licitacao@leopolis.pr.gov.br>
Data 2024-05-23 10:39



Em 2024-05-22 15:49, licitacao@leopolis.pr.gov.br escreveu:
Boa tarde,

segue proposta para análise técnica da 5ª classificada no referido
pregão;

att,

Vanessa

--

DEP. LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS
Rua Pedro Domingues de Souza, 374 - Centro
CEP: 86.330-000 - Leópolis - Paraná
E-mail: licitacao@leopolis.pr.gov.br
Telefone: (43) 3627-1429

PARECER DE NEGATIVA

Venho por meio deste, apresentar ao Departamento de Licitação e Compras o relatório de avaliação do Eletrocardiógrafo apresentado pela empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, referente ao Pregão Eletrônico 012/2024.

ITEM	EDITAL	ITEM PROPOSTO	JUSTIFICATIVA
Eletrocardiógrafo ECG 1200G	Velocidade de impressão 5mm/s, 12.5mm/s, 25mm/ s, 50mm/s, 100mm/s	Velocidade de impressão 5mm/s, 6,25 mm/s, 12.5mm/s, 25mm/ s, 50mm/s	O item apresentado não atende o requisito de impressão - 100mm/s , conforme previsto no edital.
	Teclado Touch Screen (alfa-numérico e símbolos)	Não apresenta informações	O item proposto não apresenta informação sobre o requisito, conforme previsto no edital.

Destacamos que a análise foi realizada pelos responsáveis técnicos com base na proposta apresentada pelo fornecedor em documento PDF, enviada por e-mail.

Portanto, a reprovação ocorre devido à falta de cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos e informação técnica.

CARLA CRISTINA DE OLIVERIA BIANCONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE