

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 101/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Amaporã - PR
Objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amaporã -PR.	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 30/10/2026 - 08:59	Fim Envio Propostas 17/11/2026 - 08:59	Pregoeiro Rosângela Alexandre de Andrade
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 1	1	Andador. Confeccionado em Alumínio, altura ajustável, dobrável, com cesta e freios, que possa suportar no mínimo até 150 kg. Cor Prateado.	UND	10	157,04	1.570,40
LOTE 2	1	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel. Funcionamento elétrico, portátil/móvel. Com sistema de aspiração com regulagem de vácuo, manômetro para indicação da pressão, frasco coletor com capacidade mínima de 1 litro, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com sistema de proteção contra transbordamento. Deve acompanhar tampa, mangueira de aspiração e demais acessórios necessários para seu funcionamento. Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica nacional, potência adequada ao uso hospitalar e baixo nível de ruído. Garantia mínima: 12 meses.	UND	1	2.400,00	2.400,00
LOTE 3	1	Autoclave digital horizontal de bancada 54 litros. Descrição: câmara de esterilização em aço inox, com no mínimo 02(duas) bandejas em alumínio, despressurização automática, desligamento automático ao final do ciclo, indicação do ciclo através de painel digital com display de Lcd, válvula de segurança. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão, no mínimo 08(oito) ciclos programáveis, secagem do material com porta fechada, ciclo extras de secagem, tubulação interna em cobre para alta pressão, tampa dupla em aço laminado, gabinete em aço inox, pintura eletrostática externa e interna, guarnição da tampa em silicone vulcanizado, com sistema de abastecimento automático com indicação de falta de água no reservatório. Potência aproximada: 3 e 4.000 watt. Voltagem: 220 volts. Frequência: 50 /60hz. Temperatura de trabalho: 121 a 134 graus celsius – manual de instruções em português – garantia mínima de 02(dois) anos. Registro na Anvisa. – Marca referencia: Cristófoli Vitale 54L. Apresentar Catálogo na Proposta.	UND	1	18.162,20	18.162,20
LOTE 4	1	CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM ECG, IMPRESSORA, GRAVADOR E MODO DEA. Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e desfibrilação interna; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Deve permitir a possibilidade futura de SPO2, PNI e CO2 mainstream; Deve possuir tela de LCD Colorida ou Eletroluminiscente (EL) de, pelo menos, 6 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio ou níquel-hidreto metálico recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; Bateria de fácil troca, podendo ser executada pelo próprio usuário com tempo de carregamento máximo de 4 horas. Grau de proteção de pelo menos IP44	UND	1	24.859,76	24.859,76
		Cadeira de Rodas Adulto. Deve possuir assento e encosto em material resistente, impermeável e de fácil higienização, largura do assento compatível com usuário adulto, apoio para braços, apoio para os pés removíveis ou rebatíveis, rodas traseiras				

LOTE 5	1	grandes com aro de propulsão, rodas dianteiras giratórias, freios bilaterais e sistema de fechamento dobrável. Deve possuir capacidade de suportar, no mínimo, 100 kg, proporcionando segurança, estabilidade e conforto ao usuário. Produto novo, de primeiro uso, com registro na ANVISA.	UND	6	1.193,67	7.162,02
LOTE 6	1	Cadeira de Rodas para Obeso. com estrutura reforçada, resistente e dobrável, confeccionada em aço carbono ou material de resistência equivalente, com acabamento anticorrosivo. Deve possuir assento com largura mínima de 50 cm, encosto resistente, apoio para braços reforçados, apoio para os pés removíveis ou rebatíveis, rodas traseiras de propulsão com aro de acionamento, rodas dianteiras giratórias e freios bilaterais. Deve possuir capacidade de suporte de, no mínimo, 150 kg, garantindo segurança, estabilidade e conforto ao usuário. Assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável e de fácil higienização. Produto novo, de primeiro uso, com registro na ANVISA.	UND	4	1.768,18	7.072,72
LOTE 7	1	Cadeira de Rodas Pediátrica. Deve possuir assento e encosto adequados ao público pediátrico, apoio para braços, apoio para os pés removíveis ou rebatíveis, rodas traseiras com aro de propulsão, rodas dianteiras giratórias e freios bilaterais. Deve possuir largura do assento compatível com usuários pediátricos, capacidade de suporte de, no mínimo, 80 kg, proporcionando segurança, estabilidade e conforto durante o uso. Assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável e de fácil higienização. Produto novo, de primeiro uso, com registro na ANVISA.	UND	5	1.322,38	6.611,90
LOTE 8	1	Cadeira de Banho. Altura: 96,5cm Largura total: 61cm Comprimento: 83cm Largura e comprimento do assento com meio vazio: 44x44cm, Encosto com 23cm de altura Distância interna entre os braços: 46cm Altura do piso até a parte inferior do assento: 42,5cm COMPOSIÇÃO: Alumínio - Polipropileno – PVC, Com encosto e apoio de braços. com tampa e bandeja de contenção. Dimensões: 96.5 cm de altura x 61 cm de largura x 83 cm de profundidade. Peso mínimo suportado: 150kg.	UND	12	425,83	5.109,96
LOTE 9	1	Detector Fetal. Deve possuir visor digital para indicação da frequência cardíaca fetal, faixa de detecção compatível com uso obstétrico, controle de volume e alto-falante integrado. Deve apresentar boa sensibilidade de detecção, funcionamento estável e baixo nível de ruído. Alimentação por bateria ou pilhas, com autonomia adequada para uso contínuo, e indicador de carga, quando aplicável. Deve acompanhar transdutor/sensor fetal, gel para ultrassom e demais acessórios necessários ao funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 12 meses.	UND	3	1.150,00	3.450,00
LOTE 10	1	Dispositivo Auxiliar de Marcha. Deve possuir estrutura resistente e leve, confeccionada em alumínio ou material de resistência equivalente, com regulagem de altura para adaptação à estatura do usuário. Deve possuir ponteiros de borracha antiderrapantes, empunhaduras anatômicas e confortáveis, proporcionando firmeza e segurança durante a utilização. Deve apresentar acabamento resistente à corrosão, ser de fácil higienização e permitir utilização segura em diferentes superfícies.	UND	5	194,48	972,40
LOTE 11	1	Escada clínica Com 02 degraus inox, piso em chapa de aço inox revestido com borracha. Dimensão aprox. 400 x 540 x 340 mm. Até 150 kg.	UND	10	258,30	2.583,00
LOTE 12	1	Glicosímetro. Deve possuir visor digital de fácil leitura, operação simples e resultado com rapidez, com faixa de medição adequada ao uso clínico. Deve utilizar amostra de sangue capilar em pequena quantidade e possuir sistema de alerta ou indicação para resultados fora da faixa de medição, quando aplicável. Alimentação por bateria, com indicador de carga, desligamento automático e memória para armazenamento dos resultados, com data e horário.	UND	5	75,76	378,80
LOTE 13	1	Monitor de Sinais Vitais para Telessaúde. Deve permitir, no mínimo, a medição de pressão arterial não invasiva, frequência cardíaca, saturação de oxigênio (SpO) e temperatura corporal. Deve possuir display digital de fácil leitura, com apresentação simultânea ou sequencial dos parâmetros aferidos, memória para armazenamento dos resultados e operação simples e intuitiva. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar Catálogo na Proposta	UND	2	7.209,15	14.418,30
LOTE 14	1	Monitor Multiparâmetros. Deve permitir, no mínimo, a monitoração de pressão arterial não invasiva (PNI), frequência cardíaca, saturação de oxigênio (SpO) e temperatura, com apresentação dos parâmetros em display colorido de fácil visualização. Deve possuir alarmes visuais e sonoros configuráveis para limites mínimo e máximo, memória para armazenamento e revisão dos dados monitorados, indicação gráfica das ondas e valores numéricos dos parâmetros. Garantia mínima de 24 meses. Apresentar Catálogo na Proposta	UND	2	13.475,10	26.950,20
LOTE 15	1	Prancha de resgate para acidentados. Deve ser confeccionada em material de alta resistência, impermeável, radiotransparente e de fácil higienização, com estrutura rígida e leve. Deve possuir superfície anatômica, alças ou pegadores laterais para facilitar o transporte, sistema de fixação para cintos de imobilização e compatibilidade com imobilizador de cabeça. Deve suportar carga mínima de 150 kg, proporcionando segurança e estabilidade	UND	5	639,31	3.196,55

		durante a movimentação da vítima. Deve possuir acabamento resistente à corrosão e aos processos de limpeza e desinfecção. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado dos acessórios necessários para sua utilização, com registro na ANVISA.				
LOTE 16	1	Suporte para Perfurocortante. Suporte destinado à acomodação e fixação de coletores para materiais perfurocortantes, proporcionando segurança durante o descarte de agulhas, lâminas, seringas e demais materiais perfurocortantes utilizados em serviços de saúde. Deve ser confeccionado em material resistente, durável, lavável e de fácil higienização, com sistema de fixação seguro e estável, compatível com coletores de diferentes capacidades.	UND	20	31,11	622,20
LOTE 17	1	Ventilador pulmonar eletrônico. Microprocessado, projetado especificamente para atendimento de emergência, resgate e transporte intra e extra-hospitalar, adequado para uso em ambulâncias, aeronaves e unidades de terapia intensiva. O equipamento deve atender, de forma integrada e sem necessidade de troca de módulos internos, a pacientes adultos, pediátricos. Ventilação Controlada a Volume (VCV), Ventilação com Pressão Limitada e Fluxo Contínuo (PLV). Painel e Interface: Teclado de membrana plano de fácil higienização, com seletores rotativos de ajustes rápidos e display digital para visualização clara dos parâmetros e alarmes. Registro vigente na ANVISA. Garantia mínima de 24 meses. Apresentar Catálogo na Proposta	UND	1	34.931,70	34.931,70