



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

www.faxinal.pr.gov.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2026

O Município de Faxinal/PR, por intermédio da Pregoeira designada, torna pública a retificação do edital e do Termo de Referência, referente aos lotes 47 (subitens 47.1 e 47.2), o lote 63 (antigo item 64) e o lote 118 (antigo item 119), conforme as alterações abaixo.

Lote 47.1 – DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)

DEA — Desfibrilador Externo Automático

Desfibrilador externo automático, novo, portátil, microprocessado, com tecnologia de onda bifásica e peso máximo de 2,9 kg, incluindo a bateria. Deve analisar automaticamente o ritmo cardíaco do paciente por meio de eletrodos adesivos descartáveis, identificar ritmos passíveis de desfibrilação e orientar o socorrista durante o atendimento por comandos de voz em português e indicadores visuais.

Deve permitir atendimento adulto e pediátrico, por meio de modo específico do equipamento, seleção de protocolo ou uso de eletrodos pediátricos compatíveis, conforme a tecnologia e as instruções do fabricante. No atendimento pediátrico, deverá aplicar o protocolo e a energia recomendados pelo fabricante para essa finalidade, sem exigência de valor fixo de energia. No protocolo automático adulto, deverá permitir a aplicação de choque de 200 J ou superior.

Deve possuir display ou indicadores para acompanhamento do estado do equipamento e da bateria, conexão dos eletrodos e orientações de uso, bem como alertas sonoros e visuais de bateria baixa, falha ou necessidade de manutenção. Deve realizar autotestes automáticos, conforme periodicidade definida pelo fabricante, verificando a bateria e os circuitos internos.

Deve permitir o registro de ECG e eventos, com armazenamento de pelo menos três atendimentos, cada um com duração mínima de 30 minutos, e transferência dos dados para computador por USB ou comunicação sem fio. O tempo de carregamento para aplicação de choque de 200 J, após a indicação de choque, não deverá exceder 10 segundos, conforme documentação técnica do fabricante.

O equipamento deverá possuir gabinete resistente a impactos e grau de proteção mínimo IP56. Deverá acompanhar bateria recarregável, independente dos eletrodos, de fácil substituição e sem necessidade de ferramentas, além de carregador compatível. Em plena carga, a bateria deverá permitir no mínimo 200 descargas de 200 J, conforme documentação técnica do fabricante.

Acessórios mínimos: um par de eletrodos adesivos descartáveis adultos; eletrodos pediátricos compatíveis, quando necessários para habilitar o atendimento pediátrico; bateria recarregável; carregador; bolsa ou estojo para transporte; e manual do operador em português.

O equipamento deverá possuir registro vigente na Anvisa, conforme o enquadramento aplicável, e garantia mínima de 12 meses, comprovados por documentação do fabricante ou fornecedor

LOTE 47.2 – ELETRODOS ADESIVOS ADULTOS

O antigo item 48 fica renumerado como item 47.2 e agrupado ao lote do DEA, com discriminação própria de quantidade e preço na proposta.

Descrição : Par de eletrodos adesivos descartáveis, de uso adulto, pré-gelificados e autoadesivos, próprios para monitorização do ECG e aplicação de choque em desfibrilador externo automático. Devem possuir cabo e conector compatíveis com a marca e o modelo do DEA . O licitante deverá informar a marca e o modelo dos eletrodos e apresentar catálogo, ficha técnica ou declaração do fabricante que comprove a compatibilidade com o equipamento ofertado. O produto deverá ser entregue em embalagem original, lacrada e identificada, com prazo de validade vigente

LOTE 63 – KIT CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE

O antigo item 64 fica renumerado como lote 63. Descrição:

Kit Cinto de Segurança 5 Pontos com Talabarte.

Cinturão de segurança tipo paraquedista. Confeccionado em fita de poliéster de 45mm. Possui 5 pontos de engate em meia argolas de aço, sendo 2 nas laterais para posicionamento, 1 dorsal, 1 peitoral e 1 umbilical (trabalho de resgate), 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FAXINAL

www.faxinal.pr.gov.br

mosquetão oval para conexão. Dotado de 6 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório. Possui porta-ferramentas em poliéster com proteção em mangueira. Proteção em E.V.A. na lombar: (A) 196 mm x (L) 750 mm e nas pernas: (A) 120 mm e (L) 350 mm. Possui conector Classe B em aço com abertura de 19 ± 3 mm para elo de engate.

Talabarte duplo tipo “Y” para retenção de quedas, confeccionado em fita de poliéster de alta resistência, tubular, elastizada ou com solução equivalente, com absorvedor de energia integrado ao conjunto. Deve possuir três conectores metálicos com travamento de segurança: dois conectores para ancoragem, com abertura nominal aproximada de 55 mm, e um conector terminal, com abertura nominal aproximada de 17 mm, compatível com o ponto de conexão do cinturão. Comprimento útil aproximado de 1,30 m, admitidas variações comprovadas pelo fabricante. O talabarte deverá ser compatível com o cinturão e com o sistema de ancoragem, conforme documentação técnica e CA vigente aplicável ao conjunto.

Lote 118 – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO

O antigo item 119 fica renumerado como lote 118. O prazo específico de entrega fica retificado para até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente. O prazo geral de 10 (dez) dias corridos permanece aplicável aos demais itens sem prazo específico no edital.

Descrição: Câmara Conservadora de Vacinas 340L. Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura: +2°C a +8°C. Dimensões externas (A x L x P): 204 x 64 x 71 cm. Dimensões internas (A x L x P): 136,9 x 49 x 53,1 cm. Tensão: 110 / 220 Volts, 50/60Hz. Consumo: 110 Volts 4,3A/h / 220 Volts 2,15A/h. Peso: 160kg. Sistema de monitoramento remoto via IoT, com acompanhamento de eventos em tempo real por computador, smartphone ou tablet, compatível com Android, iOS e Windows, via Wi-Fi ou cabo de rede. Sistema de emergência: integrado, com bateria selada recarregável, mantém todas as funções elétricas e o compressor em funcionamento durante falta de energia, com autonomia mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Sistema de alarmes: sonoro, visual e escrito. Discadora telefônica. Acessórios inclusos: 05 prateleiras e garantia de 12 meses. Prazo de entrega máximo de 30 dias.

REPUBLICAÇÃO E PRAZO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 27 de outubro 2026

INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 27 de outubro de 2026

O Edital Retificado e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta no site oficial do Município de Faxinal/PR, na plataforma BLL Compras e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

Informações complementares poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações, situado na Avenida Brasil, nº 694, Centro, Faxinal/PR, pelo telefone (43) 3461-8006.

Prefeitura Municipal de Faxinal-PR, 14 de outubro de 2026.

ELISANGELA PINHEIRO DOS SANTOS:07410009977
Assinado de forma digital por ELISANGELA PINHEIRO DOS SANTOS:07410009977
Dados: 2026.10.14 11:39:38 -03'00'

**ELISÂNGELA PINHEIRO DOS SANTOS
PREGOEIRA**



EDITAL ACESSE AQUI