



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA
ESTADO DO PARANÁ**

C.N.P.J./M.F. 75.793.786/0001-40
Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - Fone (41)3641-8000 - CEP 87240-000
E-mail: compras@terraboa.pr.gov.br
TERRA BOA – PARANÁ

PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO CATALAGO

Pregão Eletrônico N° 12/2024, item 1.

Em análise a proposta da empresa BGF COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ 37.650.759/0001/20, através do Catalago / Manual de Operação do equipamento apresentado á comissão de apoio de licitação, foi possível notar juntamente com o exigido tecnicamente no presente edital, que a mesma não atende algumas solicitações do termo de referencia, com os seguintes requisitos:

- Não especifica que o Aparelho monitora cirurgias de alta complexidade em pacientes com obesidade mórbidos, conforme solicitado no edital;
- Não especifica que apresenta rodízios giratórios, em desacordo ao solicitado.
- Não especifica que apresenta Rotâmetro digital com ajustes individual dos gases O2, Ar, NO2, conforme solicitado no edital;
- Não especifica se apresenta sistema de segurança contra hipóxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de O2. conforme solicitado no edital;
- Não especifica se apresenta Sistema de segurança para o corte de N2O na queda de pressão de O2, conforme solicitado no edital;
- Não atente o sistema de Controle de fluxo direto de oxigênio até 35l/m. conforme solicitado no edital;
- Não foi encontrada no manual Filtro valvular com aquecimento, totalmente autoclavável, conforme solicitado no edital;
- Não foi encontrada no manual se apresenta a capacidade de pelo menos 1500 ml do canister para armazenagem de cal sodada, conforme solicitado do edital;
- Não apresenta tela de 15", com braço articulado permitindo ajustes no mínimo laterais de até 180°, ou seja não possui ajustes de posicionamento para melhor ergonomia; o manual e catalogo do fabricante não consta o braço articulado e a possibilidade de giro, e imagem do equipamento a tela é fixa e o tamanho da tela é de 8,4 polegadas portanto em desacordo ao solicitado no edital;
- Não especifica que fornecerá as Mangueiras de ar comprimido, óxido nitroso e oxigênio, conforme solicitado no edital;

Por estar em desacordo com o solicitado prosseguimos com o seguinte parecer:
DECLASSIFICAR a presente empresa.

Sem mais para o momento, atentamente.

Terra Boa, 10 de Abril de 2024



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA
ESTADO DO PARANÁ**

C.N.P.J./M.F. 75.793.786/0001-40

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - Fone (44)3641-8000 - CEP 87240-000

E-mail: compras@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA - PARANÁ


Leuktenbergg Meneghetti da Costa
Secretário de Saúde
Município de Terra Boa


Tadeu Hidek Matsunaga
Diretor Clínico HMSJT
CRM 39019


Ivan de Souza
CRM 11829
Médico


Ivone Cristina Fernandes Canassa
Diretora de Administrativa
HMSJT


Fabiana Fernandes da dos Maina
Diretora de Enfermagem
HMSJT


Lorena Martins Rodrigues Soler
Farmacêutica
HMSJT