

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Aspirador cirúrgico			
Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 5 L X 5 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		7.333,41	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Lapa/PR (1)	

2 - Caneta uso médico			
Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Controle: Comando Manual, Componentes: C/ Cabo Fixo, Fonte: Luz Laser Vermelha (904 Nm), Compatibilidade: Compatível C/ Laser Terapêutico, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		16.999,54	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Lapa/PR (2)	

3 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Tubo Aço, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: À Pedal, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Cinza, Aplicação: Vedação De Embalagens, Características Adicionais: Bandeja Em Chapa Aço, Temporizador Eletrônico, Comprimento Selagem: 700MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.848,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

4 - Mesa ginecológica			
Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		17.266,66	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Lapa/PR (1)	

5 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.307,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

6 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Skate, Revestimento: Curvin, Dimensões: 62 X 38CM, Capacidade: 150KG, Componentes: Com Roletes De 59 Cm X 32 Mm, Características Adicionais: Montagem Roscada E Fronada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.306,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

7 - Exame emissão otoacústica

Descrição Detalhada: APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA TRIAGEM NEONATAL. UTILIZADO PARA REALIZAR O TESTE DA ORELHINHA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 28.391,11

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)