

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90119/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Serviço de LOCACAO/INSTALACAO/MANUTENCAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5 LITROS - SAD)-SERVICO DE LOCACAO/INSTALACAO/MANUTENCAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5 LITROS - SAD - Locação, manutenção e instalação de Concentradores de Oxigênio e Cilindros Auxiliares de Oxigênio com no mínimo 4m³, para serem mantidos como reserva de segurança junta a cada concentrador, o qual deverá possuir base ou suporte fixo para o cilindro, válvulas reguladoras com manômetro; umidificadores, mangueiras, máscaras, sondas e cânulas nasais siliconadas; Visita trimestral do fisioterapeuta na residência de cada usuário com emissão de relatório sobre o uso e a adaptação do equipamento, que deverá ser encaminhado Ao SAD vinculado à SEMS. Os concentradores deverão atender impreterivelmente aos seguintes requisitos técnicos: Dimensão do Produto aproximada de (altura x largura x comprimento): 305mm x 300mm x 535mm; Peso do Produto não superior a 16kg; Vazão (Fluxo) máxima em LPM: 0 - 5 lpm; Concentração de Oxigênio: 87% - 95.5%; Voltagem: 110V ou 220V; Consumo de energia em Watts: 280 - 360W; Pressão de saída kPa (PSI): 40-70kPa; Ruído (dB(A)): 45 - 52 dB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4200

**Quantidade Mínima Cotada:** 4200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 469,78

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Pinhais/PR (4200)