

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 20/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR

Objeto

Contratação de empresa para aquisição de macas específicas para o morgue, para transporte e manuseio dentro das instalações do Pronto Atendimento 24h, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 09/05/2025 - 17:00	Fim Envio Propostas 23/05/2025 - 08:29	Pregoeiro Aparecida Alves de Paula Sbrissia
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	A maca de morgue deverá ser fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e de fácil limpeza, para o transporte e armazenamento de corpos em ambiente hospitalar ou de necrotério, atendendo às normas sanitárias e de segurança vigentes. Materiais e Acabamento: * Estrutura: A estrutura da maca deverá ser fabricada em aço inoxidável, com acabamento polido, resistente à corrosão, manchas e ao processo de desinfecção frequente. * Superfície: A superfície da maca deve ser completamente lisa e sem emendas, evitando acumulação de sujeira ou fluidos biológicos. * Rodízios: A maca deverá ser equipada com rodízios de alta resistência, sendo pelo menos dois fixos e dois giratórios, com sistema de travamento para garantir estabilidade durante o uso. * Acabamento dos Rodízios: Os rodízios devem ser feitos de material resistente à corrosão (pode ser borracha ou outro material adequado) e ser de fácil movimentação, garantindo a segurança e agilidade no manuseio. Dimensões: * Comprimento: Aproximadamente 2 metros (200 cm). * Largura: Aproximadamente 50 a 60 cm, para adequação ao transporte de corpos de diferentes tamanhos. * Altura: Altura ajustável, de aproximadamente 80 a 100 cm, permitindo a adequação ao manuseio ergonômico pelos profissionais. Características Adicionais: * Estrutura Reforçada: A maca deverá ter reforços estruturais em pontos críticos para garantir maior resistência ao peso e facilitar o transporte de corpos pesados. * Facilidade de Desmontagem: A estrutura deve permitir fácil desmontagem ou substituição de peças em caso de manutenção. * Sistema de Elevação: Opcionalmente, poderá ser prevista a inclusão de sistema de elevação manual ou motorizado para facilitar o posicionamento do corpo na maca. * Segurança: A maca deve ter barras laterais removíveis ou dobráveis para maior segurança no transporte e manipulação do corpo. * Facilidade de Limpeza: A superfície deve ser não porosa e de fácil desinfecção com produtos adequados ao ambiente hospitalar ou necrotério. * Capacidade de Carga: A maca deverá ser projetada para suportar mínimo de 150 kg de carga. Conformidade e Certificações: * A maca deverá ser homologada e certificada conforme as normas sanitárias e de segurança vigentes, incluindo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras regulamentações aplicáveis. * O fornecedor deverá fornecer garantia mínima de 12 meses para defeitos de fabricação e componentes.	UND	2	4.408,10	8.816,20