



**Almirante
Tamandaré**

A cidade de todos

Secretaria Municipal de Saúde



Almirante Tamandaré (PR), em 29 de agosto de 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 042/2025

Processo Administrativo nº 0018.0005954/2025

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução SESA/PR nº 1.106/2023.

1. Após análise da proposta apresentada, informamos que a empresa **URSA COMERCIAL LTDA ME** foi **REPROVADA** no **Lote 09**, uma vez que não atendeu integralmente às exigências e especificações técnicas estabelecidas no edital e em seus anexos.

Verificou-se que, quanto à sensibilidade do equipamento, o edital exige detecção fetal a partir da 9ª semana de gestação, enquanto a ficha técnica apresentada informa detecção apenas a partir da 10ª semana, não atendendo, portanto, ao requisito mínimo. Em relação ao visor, o edital exige visor LCD colorido com tamanho mínimo de 2,4 polegadas, entretanto, o produto ofertado possui visor de 45mm x 25mm (1,9"), dimensão inferior ao especificado e em desconformidade com o edital. No que se refere ao grau de proteção da sonda, o edital determina grau de proteção IPX7 (proteção contra imersão temporária em água), porém a ficha técnica apresentada indica IPX1, que oferece apenas proteção contra gotejamento, sendo, portanto, insuficiente e incompatível com as condições de uso exigidas.

Diante das inconformidades técnicas apontadas, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa URSA COMERCIAL LTDA ME, referente ao Lote 09, não atende às especificações mínimas estabelecidas no edital, razão pela qual não foi considerada apta para homologação.


SIBELLE ANDRADE

Departamento de Compras e Contratos