



Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade

Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO PE 085/2025

Processo nº **0018.0000015281/2025**

Objeto: **Contratação de empresas para o fornecimento de insumos e equipamentos odontológicos para atender o Programa de Saúde Bucal.**

Edital de Pregão Eletrônico: **085/2025.**

Este documento apresenta o resultado da análise técnica referente aos itens ofertados pelos participantes do referido certame. O parecer individualizado de cada produto foi emitido com base no estrito cumprimento das especificações do Edital, classificando-os como **Aprovado** ou **Reprovado**, conforme a fundamentação técnica descrita adiante.

1. **HOSPMEDIC PRODUTOS HOSPITALARES**, lote: 12 **APROVADA**; o lote mencionado atende todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025.
2. **SUPREMA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**, lotes: 30, 52, 53, 54, 55, 56 **APROVADA**; os lotes mencionados atendem todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025.
3. **DENTAL IPO LTDA**, lote: 33 **APROVADA**; o lote mencionado atende todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025.

4. **GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**, lote: 45, **APROVADA**; os lotes mencionados atendem todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025.
5. **ELEVENN**, lote: 84 **APROVADA**; o lote mencionado atende todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025.
6. **SUPREMA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**, lote: 82 **REPROVADA**; o lote mencionado não atende todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025. O lote 82(micro motor) O equipamento ofertado não possui sistema de irrigação interna como especificado em edital.
7. **GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**, lotes: 78 e 79 **REPROVADA**; os lotes mencionados não atendem todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025. O lote 78 (Estojo com tampa) o modelo ofertado possui perfurações, contradizendo o descritivo. O lote 79 (Estojo com tampa) o modelo ofertado possui perfurações, contradizendo o descritivo.
8. **DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP**, lotes: 61 e 69 **REPROVADA**; os lotes mencionados não atendem todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025. O lote 61 (restaurador provisório) não tem a função germicida como descrito em edital. Lote 69 (Touca descartável) Não possui elástico triplo e o tamanho é muito pequeno.
9. **DL DENTAL LTDA**, lotes: 62 lotes **REPROVADA**; o lote mencionado não atende todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025. O lote 62 (Roleta de Algodão) quando colocado em teste pode ser observado que não cumpre a função de afastar os tecidos moles

por ser muito fino e não ter a devida absorção da saliva como pedido no descritivo.

10.DENTAL FUSÃO, lotes: 63 e 81 **REPROVADA**; os lotes mencionados não atendem todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025. O lote 63 (Selante para fósula e fissura) não contém a Fluoreto de sódio 2,42% igual a 1,09% íons flúor exigidas em edital. O lote 81 (ponta de ultrassom rosca externa), não é compatível com os aparelhos de ultrassom do município, que foram citados em descritivo do edital.

11.K2 INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO lote: 83 **REPROVADA**; o lote mencionado não atende todas as exigências, no que tange às especificações técnicas do edital 085/2025. O lote 83 (Contra Ângulo) o modelo não possui troca de broca por trava, e sim modelo push button.

Almirante Tamandaré (PR), 09 de março de 2026.



Documento assinado digitalmente
SHEILA GUEDIN DA CRUZ LINHARES
Data: 09/03/2026 10:43:17-0300
Verifique em <https://validar.tti.gov.br>

Sheila Guedin da Cruz Linhares
Fiscal de contrato