

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 65/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Sapopema - PR
Objeto Aquisição de uma impressora digital para Filme de Raio X, para a Secretaria Municipal de Saúde.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 03/07/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 15/07/2026 - 08:55	Pregoeiro Dirce de Fátima Vieira de Oliveira
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Impressora de filmes radiológicos Impressora de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para, no mínimo, dois tamanhos simultâneos. Resolução de no mínimo 100 microns. Densidade óptica de impressão de 3.2, Capacidade de impressão de no mínimo 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução de no mínimo, 320 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade mínima de 100 filmes; Impressão no padrão DICOM 3.0. Equipamento deve ser DICOM Nativo para conexão com modalidades sem a necessidade de acessórios externos (PRINT SERVER) para conversão do sinal padrão DICOM 3.0, conexão com 111 R\$ modalidades através do protocolo DICOM 3.0 E ETHERNET TCP/IP; controle automático da densidade de cada filme impresso; Capacidade de memória mínima de 2GB Mb. Escala de cinza de no mínimo 12 bits; Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento online, tendo acessibilidade para 5 tamanho de filmes disponíveis nas gavetas de carregamento. Registro na ANVISA; Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos; INSTALAÇÃO E Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso. O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0; Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP;	UND	1	30.662,50	30.662,50