

ETP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE PÁS PARA DESFIBRILADOR MODELO CMOS DRAKE LIFE FUTURA 400

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A presente contratação tem por finalidade a aquisição de pás/eletrodos descartáveis para Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) da marca CMOS DRAKE, utilizados nas Unidades de Saúde. Para que as equipes das Unidades consigam prestar assistência adequada a população, quando ocorrerem situações e condições de urgências e emergências, necessitamos do Desfibrilador Externo Automático (DEA) e para sua utilização precisamos de pás/eletrodos descartáveis para que o aparelho seja utilizado de forma correta, preservando a segurança do paciente, diante disso, necessitamos da aquisição de pás/eletrodos adulto e infantil. A aquisição é necessária para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos disponíveis nas Unidades de Saúde e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Os eletrodos são componentes indispensáveis para a utilização do DEA em situações de emergência, especialmente nos casos de parada cardiorrespiratória, permitindo a análise do ritmo cardíaco e a aplicação de choque elétrico quando indicado, por se tratarem de materiais consumíveis, possuem prazo de validade determinado pelo fabricante e necessitam de substituição periódica, bem como após sua utilização, já que o mesmo é descartável e é de uso único.

Dessa forma, a reposição periódica e a manutenção de estoque adequado são fundamentais para assegurar que os equipamentos permaneçam aptos para uso imediato sempre que necessário. A disponibilização de eletrodos nas versões adulto e infantil garante atendimento seguro e adequado a todas as faixas etárias, observando as recomendações dos protocolos de suporte básico de vida e das diretrizes vigentes para atendimento de urgência e emergência.

A manutenção de estoque adequado desses insumos é fundamental para assegurar a prontidão dos equipamentos, garantindo atendimento imediato e seguro aos usuários em situações de risco iminente de morte, contribuindo para o aumento das chances de sobrevivência e redução de sequelas decorrentes da parada cardiorrespiratória. Dessa forma, a aquisição dos eletrodos visa garantir a continuidade da assistência, a segurança dos pacientes e a conformidade com as boas práticas de atendimento às urgências e emergências.

A ausência desses insumos inviabiliza a utilização do DEA, comprometendo a capacidade de resposta das equipes diante de eventos críticos, podendo ocasionar riscos à vida dos pacientes e prejuízos à qualidade da assistência prestada.

Diante do exposto, justifica-se a aquisição de pás/eletrodos adultos e infantis para reposição e manutenção dos equipamentos instalados nas Unidades de Saúde, assegurando a continuidade, segurança e efetividade do atendimento à população.

2. ÁREA DEMANDANTE:

Gerência da Atenção Primária à Saúde - SMS PONTA GROSSA

3. OBJETO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodos descartáveis para Desfibriladores marca CMOS DRAKE modelo LIFE 400 FUTURA.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:

Eletrodos Multifuncionais Descartáveis ADULTO com Feedback – Marca CMOS DRAKE.

dos multifuncionais descartáveis originais CMOS DRAKE com dispositivo de Feedback de RCP para Desfibrilador externo automático modelo life 400 futura, destinados a reanimação externa, eletroestimulação cardíaca transtorácica (não invasiva) e monitorização eletrocardiográfica. Devem ser fornecidos em par, pre-gelificados, autoadesivos, com cabo e único conector bipolar. Apresentam formato com bordas arredondadas, tamanho elevado e conector protegido, reduzindo riscos de queimaduras e choques acidentais. Embalados em saco hermético opaco para proteção contra luz e umidade.

Compatibilidade exclusiva com equipamentos da marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA.

Eletrodos Multifuncionais Descartáveis INFANTIL – Marca CMOS DRAKE.

dos descartáveis originais CMOS DRAKE para Desfibrilador externo automático modelo life 400 futura, destinados a desfibrilação externa, eletroestimulação cardíaca transtorácica (não invasiva) e monitorização eletrocardiográfica. Devem ser fornecidos em par, pre-gelificados, autoadesivos, com cabo e único conector bipolar. Apresentam formato com bordas arredondadas, tamanho elevado e conector protegido, reduzindo riscos de queimaduras e choques acidentais. Embalados em saco hermético opaco para proteção contra luz e umidade.

Compatibilidade exclusiva com equipamentos da marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA.

Demais informações:

NÚMERO DE SÉRIE DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA:

EQUIPAMENTO	MODELO	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE
-------------	--------	-------	-----------------

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA	LIFE 400 FUTURA	Cmos Drake	3624051080
			3624051081
			3624051082
			3624051085
			3624051086
			3624051087
			3624051089
			3624051090
			3624051092
			3624051093
			3624051094
			3624051095
			3624051097
			3624051098
			3624051100
			3624051101
			3624051102
			3624051103
			3624051104
			3624051110
			3624051111
			3624051113
			3624051114
			3624051116
			3624051117
			3624051118
			3624051120
			3624051122
			3624071450
			3624092071
			3624102225
			3624112416
			3624122527
			3624122685
			3624122713
			3624122715
			3624122721
			3624122747
			3624122748
			3624122749
			3624122750
			3624122756
			3624122758
			3624122759
			3624122760
			3624122864
			3625010019
			3625010024
			3625010032
			36240510996

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

60 PARES - Pás/Eletrodos Multifuncionais Descartáveis ADULTO com Feedback – Marca CMOS DRAKE.

60 PARES - Pás/Eletrodos Multifuncionais Descartáveis INFANTIL – Marca CMOS DRAKE.

6. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA:

Almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO/COMPRA:

O valor estimado para esta contratação é de aproximadamente R\$ 100.000,00.

8. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/COMPRA:

A contratação de empresa especializada no fornecimento de Pás descartáveis para DEA, deverá atender as necessidades abaixo relacionadas:

8.1. Natureza da Contratação:

Licitação para formalização de Sistema de Registro de Preços.

8.2 Duração inicial do Contrato:

O contrato terá duração de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período.

8.3. Relevância dos requisitos estipulados:

Os requisitos estipulados visam analisar a qualidade do produto ofertado e a regular situação da empresa.

8.4 Exigências para Habilitação Técnica:

Exigências para Habilitação Técnica:

Para fins de comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar:

1) DOCUMENTOS DA EMPRESA

a) **Licença Sanitária:** estadual ou municipal, vigente, compatível com o objeto da licitação;

b) **Certificado de Registro da Empresa:** no respectivo Conselho de Classe Profissional competente, quando aplicável, em plena validade;

c) **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE):** expedida pela ANVISA, mediante apresentação de publicação vigente no Diário Oficial da União, **QUANDO APLICÁVEL**;

d) **Certificado de Responsabilidade Técnica:** emitido pelo conselho profissional competente, dentro do prazo de validade, **QUANDO APLICÁVEL**;

e) **Atestado(s) de Capacidade Técnica:** fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução de fornecimento compatível com o objeto da presente licitação.

A exigência de atestado limitar-se-á às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, consideradas aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a **4% (quatro por cento)** do valor total estimado da contratação.

A comprovação de experiência anterior restringir-se-á a, no máximo, **50% (cinquenta por cento)** das quantidades previstas para cada item relevante.

Critérios de Aceitabilidade da Proposta:

A análise da aceitabilidade da proposta tem por objetivo verificar se o objeto ofertado atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, quando convocado pelo Pregoeiro:

a) **Ficha técnica, catálogo, manual ou documento equivalente:** do produto ofertado, contendo especificações detalhadas que permitam a verificação de compatibilidade, desempenho, qualidade e atendimento às exigências do edital;

b) **Registro ou notificação junto à ANVISA:** quando aplicável ao objeto, em nome do fabricante do produto, conforme legislação sanitária vigente;

c) Outros documentos técnicos que se fizerem necessários para comprovação das características do produto ofertado.

8.5 Critérios de sustentabilidade:

- **Ambiental:**
 - Preferência por materiais de menor impacto ambiental, sempre que possível, considerando a viabilidade técnica e a segurança do paciente.
 - Embalagens que favoreçam a redução do volume de resíduos e que possuam orientações para descarte correto.
 - Consientização do uso racional dos materiais, alinhada a programas institucionais de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS).

8.6. Principais normativos que disciplinam objeto a ser contratado:

- **Lei nº 14.133/2021** – Dispõe sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, especialmente:
 - Art. 18, §1º, inciso II – Necessidade de definição dos requisitos necessários para o atendimento da demanda.
 - Art. 12, inciso VII – Observância dos requisitos de padronização, eficiência, atendimento à coletividade e racionalização de recursos.
- **Resolução RDC ANVISA nº 751/2022** – Regulamenta requisitos técnicos e de segurança para dispositivos médicos comercializados no Brasil, incluindo o registro obrigatório na ANVISA para pás/eletrodos descartáveis.
- **Norma ABNT NBR IEC 60601-1** – Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial de equipamentos eletromédicos (segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética).
- **RDC ANVISA nº 16/2013** – Regras para boas práticas de fabricação para produtos médicos.
- **Normas e Protocolos Institucionais** – Diretrizes do Ministério da Saúde, CFM, SBRAFH, entre outros, relacionadas à biossegurança e ao uso de dispositivos descartáveis em ambiente hospitalar.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

1 - Aquisição de pás/eletrodos multifuncionais descartáveis adulto e infantil, compatíveis com feedback, de diferentes fornecedores homologados no mercado nacional.

Essa opção prevê a compra regular de pás e eletrodos multifuncionais descartáveis adulto (com feedback) e infantil, buscando fornecedores já consolidados e homologados no Brasil, observando o registro na ANVISA e a compatibilidade com todos os desfibriladores e equipamentos institucionais. Essa estratégia permite ampla concorrência, reforça a garantia de abastecimento contínuo, atende plenamente à legislação e às exigências técnicas (feedback, materiais seguros, embalagens adequadas, etc.), e permite optar por aqueles com melhor relação custo-benefício segundo critérios de eficiência, qualidade e atendimento à sustentabilidade. O mercado nacional dispõe de marcas nacionais e importadas capazes de suprir a demanda, o que amplia a competitividade e facilita futuros ajustes ou trocas de modelos sem impactar negativamente o serviço.

Pontos Positivos:

- Ampliação da concorrência entre fornecedores homologados
- Garantia de abastecimento contínuo e regular
- Atendimento integral à legislação vigente e exigências técnicas
- Possibilidade de escolha pelo melhor custo-benefício considerando eficiência, qualidade e sustentabilidade
- Flexibilidade para ajustes futuros ou trocas de modelos sem impacto negativo no serviço

Pontos Negativos:

- Necessidade de verificação constante da compatibilidade com diferentes equipamentos institucionais
- Potencial variabilidade na qualidade entre marcas nacionais e importadas
- Custo recorrente devido ao caráter descartável dos insumos
- Dependência da cadeia de fornecimento, podendo haver desabastecimento por fatores externos
- Exige acompanhamento regular dos registros e homologações na ANVISA

2 - Aquisição de pás/eletrodos descartáveis exclusivos da mesma marca/fabricante dos desfibriladores e equipamentos em uso institucional.

Esta alternativa consiste na aquisição de pás e eletrodos descartáveis originais do mesmo fabricante ou marca dos equipamentos atuais da instituição (por exemplo, pás Philips para desfibriladores Philips). Embora assegure plena compatibilidade e suporte técnico, essa solução restringe significativamente a concorrência e pode elevar custos nas renovações contratuais, devido à dependência do fabricante. Eventuais atrasos ou falhas no fornecimento também podem comprometer o serviço, além de diminuir a flexibilidade para adquirir alternativas compatíveis mais inovadoras ou economicamente vantajosas.

Pontos Positivos:

- Assegura total compatibilidade com os equipamentos em uso
- Garante suporte técnico especializado do fabricante
- Diminui o risco de falhas operacionais devido à padronização
- Facilita processos de manutenção preventiva e corretiva
- Cumpre requisitos de garantia dos equipamentos

Pontos Negativos:

- Restringe a concorrência no processo de aquisição
- Pode resultar em preços mais elevados por falta de alternativas
- Eleva dependência tecnológica de um único fornecedor
- Sujeita o serviço a riscos em caso de atrasos ou falhas do fabricante
- Reduz possibilidade de inovação ou de produtos mais vantajosos

3 - Implantação de sistema misto de pás/eletrodos descartáveis e reutilizáveis, mantendo o uso de descartáveis em situações de emergência e reutilizáveis em treinamentos ou procedimentos não críticos.

Nessa alternativa, combinam-se eletrodos descartáveis (para uso em pacientes, em situações de urgência e emergência) e pás/eletrodos reutilizáveis para contextos de treinamento, ensino ou procedimentos simulados. Esta abordagem poderia trazer economia na redução da quantidade de descartáveis adquiridos. Entretanto, no contexto assistencial real, o uso de reutilizáveis pode aumentar o risco de contaminação cruzada, exige lavagem/desinfecção rigorosa, dificultando o atendimento à biossegurança e não se alinha à prática e à legislação atual (que prioriza material de uso único para situações clínicas).

Pontos Positivos:

- Redução de custos pela diminuição do uso de descartáveis em treinamentos
- Possibilidade de reutilização dos eletrodos em atividades não clínicas
- Diminuição do impacto ambiental ao reduzir o descarte de resíduos
- Maior disponibilidade de insumos para treinamentos e simulações
- Otimização do estoque ao segmentar uso clínico e não clínico

Pontos Negativos:

- Aumento do risco de contaminação cruzada em caso de uso inadequado
- Necessidade de protocolo rigoroso de limpeza para reutilizáveis
- Maior complexidade para garantir a biossegurança
- Desalinhamento com práticas e legislações atuais que priorizam descartáveis em situações clínicas
- Dificuldade operacional na separação e controle dos eletrodos usados em cada contexto

Alternativa Escolhida

Aquisição de pás/eletrodos descartáveis originais da mesma marca/fabricante dos desfibriladores e equipamentos em uso institucional.

Justificativa

A escolha pela aquisição de pás/eletrodos descartáveis originais do mesmo fabricante dos equipamentos institucionais visa garantir total compatibilidade, segurança operacional e manutenção da garantia dos equipamentos. Esta alternativa assegura suporte técnico especializado, reduz o risco de falhas operacionais e facilita os processos de manutenção preventiva e corretiva. Embora possa restringir a concorrência e elevar custos, prioriza a padronização, a confiabilidade e o atendimento pleno aos requisitos técnicos e legais, sendo especialmente indicada para ambientes onde a segurança e a continuidade do serviço são essenciais.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução consiste na aquisição de pás/eletrodos multifuncionais descartáveis adulto (com feedback) e infantil, originais do mesmo fabricante dos desfibriladores e equipamentos atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando total compatibilidade funcional, desempenho adequado e segurança durante os procedimentos de desfibrilação, cardioversão sincronizada, monitorização e estimulação cardíaca, quando aplicável.

Os eletrodos deverão possuir registro vigente na ANVISA, atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis, ser fornecidos em embalagens individuais, estéreis quando exigido pelo fabricante, dentro do prazo de validade, contendo todas as informações de identificação, rastreabilidade e instruções de uso. Os materiais deverão ser compatíveis com a tecnologia de feedback utilizada pelos equipamentos, permitindo a correta avaliação da qualidade das compressões torácicas e contribuindo para a efetividade das manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

A adoção de eletrodos originais do mesmo fabricante dos equipamentos visa preservar as características de desempenho previstas pelo fabricante, garantindo o perfeito funcionamento do conjunto equipamento-acessório, minimizando riscos de incompatibilidade, falhas de leitura, perda de eficiência terapêutica ou danos aos equipamentos. Além disso, essa padronização contribui para a manutenção da garantia dos desfibriladores, facilita os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva e assegura suporte técnico especializado.

A solução contempla o fornecimento parcelado dos insumos, conforme a demanda da Administração, garantindo a continuidade do abastecimento das unidades de saúde, hospitais, serviços de urgência e emergência e demais setores que utilizam desfibriladores. O fornecimento deverá observar rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, assegurando que todos os produtos entregues sejam novos, de primeiro uso, sem reprocessamento, livres de defeitos de fabricação e aptos para utilização imediata.

Dessa forma, a solução atende às necessidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo maior segurança aos pacientes e profissionais de saúde, confiabilidade operacional dos equipamentos, padronização dos insumos utilizados e continuidade dos serviços prestados, aspectos indispensáveis em procedimentos de atendimento às emergências cardiovasculares.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

- É possível e recomendável o parcelamento da contratação para aquisição dos itens, pois são tecnicamente divisíveis e apresentam peculiaridades próprias de fornecimento e comercialização.
- O objeto deve ser parcelado por item, distinguindo pás/eletrodos adulto com feedback e pás/eletrodos infantil, promovendo maior participação de fornecedores, melhor atendimento das necessidades específicas e mitigação de riscos de desabastecimento.
- O parcelamento atende à legislação vigente e contribui para o atendimento pleno do interesse público, garantindo eficiência e segurança assistencial no âmbito hospitalar.

12. CONTRATAÇÕES/COMPRAS CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

não se aplica.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO/COMPRA E O PLANEJAMENTO:

Os itens em questão estão inseridos no PCA 2026 na demanda 281/2026, anexo 7727295.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS:

- Com a aquisição de pás/eletrodos multifuncionais descartáveis adulto (com feedback) e infantil, originais e compatíveis com os desfibriladores utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, pretende-se alcançar os seguintes resultados:
- Garantir o abastecimento contínuo dos insumos necessários ao funcionamento dos desfibriladores instalados nas unidades de saúde, evitando a interrupção dos atendimentos de urgência e emergência.
 - Assegurar total compatibilidade entre os eletrodos e os equipamentos existentes, preservando o desempenho operacional dos desfibriladores, a confiabilidade das terapias aplicadas e a segurança dos pacientes e profissionais.
 - Manter a padronização dos insumos utilizados na rede municipal de saúde, reduzindo riscos de incompatibilidade, falhas operacionais e danos aos equipamentos.
 - Preservar a garantia e as condições de funcionamento estabelecidas pelos fabricantes dos desfibriladores, contribuindo para a redução de custos com manutenção corretiva decorrentes da utilização de acessórios incompatíveis.
 - Disponibilizar materiais com registro vigente na ANVISA, atendendo aos requisitos de qualidade, segurança, rastreabilidade e desempenho exigidos pela legislação sanitária.
 - Possibilitar a realização de procedimentos de desfibrilação, cardioversão sincronizada, monitorização e, quando aplicável, estimulação cardíaca, com elevado grau de confiabilidade e eficiência clínica.
 - Reduzir o risco de falhas durante o atendimento às emergências cardiovasculares, contribuindo para maior agilidade na assistência e melhores desfechos clínicos aos pacientes.
 - Promover maior eficiência na gestão dos estoques e no planejamento das aquisições, garantindo o fornecimento parcelado conforme a demanda e reduzindo o risco de desabastecimento.
 - Assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, segurança do paciente e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO/EFETIVAÇÃO DA COMPRA:

Não se aplica.

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os critérios de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referência com a Lei nº 12.349, de 2010; no Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto no. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art. 5º do Decreto no. 7.404, de 23 de dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG no. 01, de 19 de janeiro de 2010; Lei no. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei no. 9.985, de 18 de julho de 2000;

A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, conforme Instrução Normativa no 01 de 19/01/2010/SLTI/MPOG;

Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa no 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídas, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes comprometidos com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores comprovem o cumprimento da legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

De acordo com o art. 7º, XI, no 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso);

Os licitantes devem optar, quando possível, por produtos constituídos por materiais naturais..

17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

Entregar equipamentos em acordo com todas as condições existentes no edital.

18. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Sim, a contratação é viável, pois foi conduzida uma análise criteriosa dos requisitos técnicos, soluções disponíveis no mercado e estimativas de custos. A solução identificada atende plenamente às necessidades operacionais e estratégicas, garantindo alta disponibilidade dos serviços essenciais. Além disso, a previsão orçamentária confirma a compatibilidade financeira da contratação, assegurando transparência e eficiência no processo de aquisição.

ANEXO 1 - RELAÇÃO DE SÉRIE DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA MARTINS SCHWAB, Assessora de Suprimentos**, em 06/08/2026, às 17:06, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **7726545** e o código CRC **13E91C3A**.