



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETO:** Aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para suprimento das necessidades do Pronto Atendimento e do Setor de Odontologia.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS:

LOTE 01 – MATERIAIS HOSPITALARES					
ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL ETÍLICO 70% (70°GL), HIDRATADO, LÍQUIDO, FRASCO 100 ML • Tipo: Álcool etílico hidratado • Concentração: 70% p/p (70°GL) • Forma farmacêutica: Solução • Apresentação: Líquida • Embalagem: Frasco de 100 mL, lacrado e adequado para garantir a integridade do produto • Identificação obrigatória na embalagem: ✓ Nome do produto ✓ Procedência (fabricante/distribuidor) ✓ Número do lote ✓ Data de fabricação e validade ✓ Registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde • Código de referência: BR0269941-1 • Normas técnicas: Deve atender às especificações da Anvisa, Farmacopeia Brasileira e demais legislações vigentes	UN	250	R\$ 2,63	R\$ 657,50
2	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO, 500G, 100% ALGODÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE • Composição: 100% fibras de algodão hidrófilo puro • Formato: Manta contínua em rolo compacto • Peso: 500g • Características: ✓ Alto poder de absorção ✓ Cor branca, mínimo de 80% de brancura ✓ Macio, sem grumos ou impurezas ✓ Inodoro ✓ Espessura uniforme em toda a extensão	UND	50	R\$ 16,27	R\$ 813,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Embalagem: Saco plástico individual atóxico, adequado para armazenamento e transporte • Registro sanitário: Produto deve apresentar registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde • Código de referência: BR0407961 (se aplicável) • Normas técnicas: Deve atender às especificações da Anvisa, ABNT NBR 14786 e demais normas vigentes aplicáveis				
3	ATADURA DE CREPOM Características Técnicas: ✓ Composição: Fios 100% algodão cru ou misto. ✓ Estrutura: Confeccionada em 13 fios por cm², com acabamento sem fios soltos. ✓ Tamanho: Largura de 15 cm e comprimento de 1,8 m em repouso. ✓ Peso: Massa por unidade de 32 g. ✓ Elasticidade e maciez: Adequadas à finalidade de uso, proporcionando conforto e segurança no uso. Aparência e Acabamento: ✓ Uniformidade: Textura e espessura uniformes, com bordas devidamente acabadas. ✓ Ausência de defeitos: Isenta de rasgos, impurezas, falhas, lanugem ou outros defeitos que possam afetar sua finalidade e desempenho. 2. Acondicionamento: ✓ Embalagem: Acondicionada em pacotes que garantam a integridade do produto. ✓ Quantidade: Cada pacote contém 12 unidades. ✓ Informações: Pacote deve conter número de lote, procedência, validade e demais informações obrigatórias conforme NBR 14056:2002. Registros e Conformidade: ✓ O produto deve apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. ✓ A conformidade com a NBR 14056:2002 deve ser atestada e o fornecedor deve garantir que o produto esteja em total conformidade com as normas sanitárias aplicáveis.	PCT	1000	R\$ 1,18	R\$ 1.180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

4	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5,5 Características Técnicas: ✓ Tamanho: Cânula para traqueostomia, número 5,5. ✓ Material: Fabricada em PVC (Policloreto de Polivinila), material seguro e resistente para uso médico, com características adequadas para procedimento de traqueostomia. ✓ Conjunto: Inclui balão de retenção (cuff) de baixa pressão e cadarço para fixação, oferecendo segurança e conforto ao paciente durante o uso. ✓ Tipo de uso: Produto descartável, para uso único, minimizando o risco de contaminação e infecções cruzadas. Características de Esterilidade e Embalagem: ✓ Esterilidade: O produto deve ser esterilizado por método aprovado e seguro para uso médico, garantindo a segurança do paciente. ✓ Embalagem: Cada unidade deve ser acondicionada em embalagem individual, hermeticamente selada, preservando a esterilidade até o momento do uso. ✓ Informações na embalagem: A embalagem de cada unidade deve conter as seguintes informações de forma clara e legível: ▪ Número de lote; ▪ Data de fabricação; ▪ Data de validade; ▪ Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atestando a conformidade do produto com as normas regulamentares. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido na ANVISA, conforme a legislação vigente para dispositivos médicos. ✓ O fornecedor deve garantir que o produto esteja em total conformidade com as exigências legais e sanitárias aplicáveis, e fornecer a documentação comprobatória (como número de lote, fabricação e validade) quando solicitado.	UND	10	R\$ 15,96	R\$ 159,60
5	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 6	UND	10	R\$ 13,50	R\$ 135,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	Características Técnicas: ✓ Tamanho: Cânula para traqueostomia, número 6. ✓ Material: Fabricada em PVC (Policloreto de Polivinila), adequado para uso médico, com características que garantem resistência e durabilidade. ✓ Conjunto: A cânula inclui balão de retenção (cuff) e cadarço para fixação, proporcionando segurança durante o uso e conforto ao paciente. ✓ Tipo de uso: Descartável, para uso único, evitando riscos de infecção e garantindo a segurança do paciente. Características de Esterilidade e Embalagem: ✓ Esterilidade: Produto esterilizado, com processo validado que garante a segurança para uso imediato. ✓ Embalagem: Cada unidade deve ser acondicionada em embalagem individual, hermeticamente selada, de forma a manter a esterilidade até o momento do uso. ✓ Informações na embalagem: A embalagem individual deve conter as seguintes informações de forma clara e legível: ▪ Número de lote; ▪ Data de fabricação; ▪ Data de validade; ▪ Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que assegura a conformidade com as regulamentações sanitárias vigentes. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve estar registrado na ANVISA, de acordo com as exigências da legislação brasileira para dispositivos médicos. ✓ O fornecedor deverá garantir que o produto esteja em total conformidade com as normas sanitárias aplicáveis, e fornecer a documentação de rastreabilidade (número de lote, fabricação, validade) quando solicitado.				
6	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 4 Características Técnicas:	UND	10	R\$ 7,98	R\$ 79,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	✓ Tamanho: Cânula para traqueostomia, número 4. ✓ Material: Fabricada em PVC (Policloreto de Polivinila), com propriedades que garantem resistência, durabilidade e segurança para uso médico. ✓ Conjunto: Inclui balão de retenção (cuff) e cadarço para fixação, assegurando a manutenção segura da cânula na traqueia e conforto ao paciente. ✓ Tipo de uso: Produto descartável, de uso único, evitando riscos de contaminação cruzada e infecções. Características de Esterilidade e Embalagem: ✓ Esterilidade: O produto deve ser esterilizado por processo aprovado, garantindo a segurança no momento do uso. ✓ Embalagem: Cada unidade deve ser acondicionada em embalagem individual, selada, que mantém a esterilidade até o momento do uso. ✓ Informações na embalagem: A embalagem de cada unidade deve conter as seguintes informações, claramente legíveis: ▪ Número de lote; ▪ Data de fabricação; ▪ Data de validade; ▪ Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para assegurar a conformidade com as normas regulatórias. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido na ANVISA, conforme as exigências da legislação sanitária brasileira para dispositivos médicos. ✓ O fornecedor deve garantir que o produto esteja em conformidade com as normas vigentes e fornecer a documentação necessária (como o número de lote, fabricação e validade) quando solicitado.				
7	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5 Características Técnicas: ✓ Tamanho: Cânula para traqueostomia, número 5. ✓ Material: Fabricada em PVC (Policloreto de Polivinila), adequado para uso médico, garantindo resistência, durabilidade e segurança.	UND	10	R\$ 8,50	R\$ 85,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	✓ Conjunto: A cânula inclui balão de retenção (cuff) e cadarço para fixação, assegurando que o dispositivo seja mantido de forma segura e confortável na traqueia. ✓ Tipo de uso: Descartável, de uso único, minimizando os riscos de infecção e garantindo a segurança do paciente. Características de Esterilidade e Embalagem: ✓ Esterilidade: Produto esterilizado por processo aprovado, para garantir que não haja riscos à saúde do paciente no momento do uso. ✓ Embalagem: Cada unidade deve ser acondicionada em embalagem individual, selada hermeticamente, garantindo a manutenção da esterilidade até o momento do uso. ✓ Informações na embalagem: A embalagem de cada unidade deve conter as seguintes informações de forma clara e legível: ▪ Número de lote; ▪ Data de fabricação; ▪ Data de validade; ▪ Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atestando a conformidade com as normas sanitárias. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido na ANVISA, conforme as exigências da legislação brasileira para dispositivos médicos. ✓ O fornecedor deve garantir que o produto esteja em total conformidade com as normas sanitárias vigentes, fornecendo a documentação necessária (como número de lote, fabricação e validade) quando solicitado.				
8	CATETER INTRAVENOSO nº22 Características Técnicas: ✓ Material: Fabricado em Teflon (polímero radiopaco), o que permite a visualização do cateter durante exames de imagem, como radiografias. ✓ Agulha: A agulha é feita de aço inoxidável, proporcionando resistência e durabilidade. ✓ Tamanho da Agulha: 22 GA (Gage), com comprimento aproximado de 25 mm, ideal	UND	2000	R\$ 1,13	R\$ 2.260,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

para infusão intravenosa em adultos e adolescentes. ✓ Fluxo: Apresenta fluxo adequado para administração de líquidos, medicamentos e coleta de amostras sanguíneas. ✓ Câmara de Refluxo: Acompanha uma câmara de refluxo, garantindo segurança durante a punção venosa e melhor controle do fluxo sanguíneo. ✓ Conector: Conector padrão Luer Lock ou Luer Slip, compatível com diversos sistemas de infusão médica. ✓ Esterilidade: Produto esterilizado por radiação gamma ou óxido de etileno, garantindo segurança para uso em ambientes hospitalares. ✓ Tipo de Uso: Descartável, para uso único, evitando o risco de infecção ou contaminação cruzada. ✓ Cor: Normalmente, o cateter nº 22 é identificado pela cor verde. Embalagem: ✓ Cada cateter é acondicionado em embalagem individual, hermeticamente selada, para garantir a esterilidade até o momento do uso. ✓ As embalagens devem conter as seguintes informações de forma legível: ▪ Identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem); ▪ Número do lote; ▪ Data de validade; ▪ Instruções de uso e advertências. Registro e Conformidade: ✓ O cateter intravenoso nº 22 deve possuir registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conforme a legislação vigente para dispositivos médicos. ✓ Deve estar em conformidade com as normas técnicas de segurança e qualidade exigidas pela ANVISA e outros órgãos reguladores, quando aplicável. Aplicação: ✓ O cateter intravenoso nº 22 é utilizado para a administração de medicamentos, fluidos intravenosos, transfusão de sangue e outros				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	procedimentos médicos em hospitais, clínicas e unidades de saúde. ✓ Indicado para pacientes de tamanho médio e adulto, em situações onde se exige um cateter de calibre médio para infusões rápidas ou de volume moderado.				
9	CATETER CENTRAL VENOSO Características Técnicas: ✓ A aplicação: Uso para acesso venoso central. ✓ Matéria-prima: Fabricado em poliuretano radiopaco, permitindo visualização em exames de imagem, como radiografias. ✓ Diâmetro: 7 FR (French), adequado para a aplicação clínica necessária. ✓ Vias: Duplo lúmen, permitindo a administração simultânea de soluções ou medicamentos por vias distintas. ✓ Lúmen: 18 GAU (gauge), adequado para a passagem de líquidos e medicamentos. ✓ Comprimento: Aproximadamente 20 cm, com especificação para acesso venoso central de acordo com a necessidade clínica. ✓ Tipo de fixação: Fixação subcutânea, garantindo a estabilização do cateter no local de inserção. ✓ Conector: Conectores padrão, compatíveis com os sistemas de infusão médicos. ✓ Clamp: Com clamp em todas as vias e tampas, para controle do fluxo e segurança do procedimento. ✓ Acessórios: Acompanha seringa de 5 ml com agulha 0.7 x 30 mm, para uso durante o procedimento de instalação. ✓ Fios guia: Inclui fios guia com ponta reta e J, com dispensador, para facilitar a inserção e manuseio do cateter. Embalagem: ✓ Cada unidade deve ser acondicionada em embalagem contendo as seguintes informações, legíveis e claras: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote.	UND	20	R\$ 49,24	R\$ 984,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	Registro e Conformidade: ✓ O cateter deve apresentar registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) , conforme exigido para dispositivos médicos. ✓ O produto também deve ser registrado no Ministério da Saúde , de acordo com as normativas sanitárias vigentes.				
	COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO Características Técnicas: ✓ Dimensões: Compressa de campo operatório com 45 x 50 cm , tamanho adequado para uso em procedimentos cirúrgicos. ✓ Estrutura: Fabricada com 4 camadas , proporcionando maior absorção e resistência durante o uso. ✓ Material: Confeccionada em 100% algodão , garantindo alta capacidade de retenção de líquido , essencial para a limpeza e proteção do campo operatório. ✓ Acabamento: Costura nas bordas para evitar desfiamento e garantir maior durabilidade durante o uso. ✓ Cadarço: Inclui cadarço , facilitando a fixação da compressa ao redor da área de procedimento.				
10	Embalagem: ✓ Cada embalagem deve conter 50 unidades , de acordo com a quantidade estabelecida. ✓ O peso mínimo de cada unidade deve ser 27 g , conforme especificação do produto. ✓ A embalagem deve conter as seguintes informações de forma clara e legível: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote; ▪ Número de camadas (especificando as 4 camadas da compressa). 2. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA , conforme exigido para dispositivos médicos e materiais de uso hospitalar.	PCT	30	R\$ 73,00	R\$ 2.190,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL Características Técnicas: ✓ Dimensões: 7,5 x 7,5 cm, tamanho padrão para utilização em diversos procedimentos médicos. ✓ Material: Fabricada em tecido hidrófilo 100% algodão branco, de alta qualidade, adequado para absorção de líquidos. ✓ Características do tecido: ▪ Tecido neutro, macio, adequado para contato com a pele e mucosas; ▪ Altamente absorvente, ideal para procedimentos que exigem alta capacidade de retenção de líquidos; ▪ Inodoro e insípido, sem substâncias que possam causar irritação ou reações adversas ao paciente. ✓ Estrutura: Com 5 dobras e 8 camadas, garantindo maior absorção e resistência ao uso. Embalagem: ✓ A embalagem deve conter 500 unidades de compressas. ✓ O peso mínimo total do pacote deve ser 500 g, garantindo que cada unidade atenda aos requisitos de peso especificados. ✓ As informações na embalagem devem ser claras e legíveis, incluindo: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote; ▪ Número de dobras e número de camadas (especificando 5 dobras e 8 camadas); ▪ Outras informações adicionais conforme NBR 13843:2009, garantindo conformidade com as normas nacionais para compressas de gaze. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme exigido para materiais médicos de uso hospitalar.				
11		PCT	200	R\$ 33,83	R\$ 6.766,00
12	DRENO CIRÚRGICO TORÁCICO Características Técnicas: ✓ Modelo: Torácico, indicado para drenagem após procedimentos cirúrgicos no tórax.	UND	10	R\$ 5,51	R\$ 55,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	✓ Material: Fabricado em PVC (Policloreto de Polivinila), material de alta resistência e flexibilidade. ✓ Calibre: 32 French (32 FR), proporcionando um diâmetro adequado para drenagem eficiente. ✓ Comprimento: Aproximadamente 50 cm, tamanho adequado para drenagem torácica. ✓ Componente adicional: Radiante (radiopaco), permitindo visualização durante exames de imagem, como radiografias, para assegurar a posição correta do dreno. ✓ Tipo de uso: Esterilizado e descartável, garantindo a segurança e evitando riscos de infecção ou contaminação cruzada durante os procedimentos. Embalagem: ✓ Cada unidade deve ser acondicionada em embalagem unitária, com as seguintes informações claramente legíveis: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde, conforme exigido para dispositivos médicos.				
13	EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Características Técnicas: ✓ Tipo de Uso: Esterilizado, atóxico e apirrogênico, garantindo segurança no uso em nutrição enteral. ✓ Material: Fabricado em PVC flexível de cor azul, material adequado para uso em alimentação enteral, com alta flexibilidade e resistência. ✓ Comprimento: Mínimo de 1,2 m, proporcionando alcance adequado para procedimentos de nutrição enteral. ✓ Componentes: ▪ Pinça rolete, para controle do fluxo de infusão. ▪ Câmara de gotejamento, para monitoramento preciso da infusão. ▪ Ponta perfurante com tampa protetora, para segurança durante a conexão com a bolsa ou frasco de nutrição. ▪ Conector tipo Luer Slip, garantindo compatibilidade com sistemas de nutrição enteral e outros dispositivos médicos. Embalagem: ✓ Cada equipo deve ser acondicionado em embalagem unitária, com as seguintes informações claras e legíveis: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto);	UND	500	R\$ 1,01	R\$ 505,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	▪ Número de lote; ▪ Data de validade. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido na ANVISA, conforme exigido para dispositivos médicos e produtos de nutrição enteral.				
14	EXTENSOR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Características Técnicas: ✓ Material: Fabricado em polímero, material adequado para uso em nutrição enteral, com alta flexibilidade e resistência. ✓ Tipo de Infusão: Infusão em bolus, ideal para infusões rápidas e eficazes. ✓ Vias: 1 via, para conduzir a nutrição enteral de maneira segura e eficiente. ✓ Dimensões: Aproximadamente 12 FR x 30 cm, fornecendo o comprimento necessário para facilitar a conexão durante a infusão. ✓ Tipo de Conexão: Luer Lock / Slip, garantindo compatibilidade com sistemas de nutrição enteral e outros dispositivos médicos. ✓ Adicionais: ▪ Com clamp, para controle preciso do fluxo de infusão. ▪ Tampas, para evitar contaminação e garantir a segurança do uso. ▪ Conector escalonado para gastrostomia, facilitando a conexão com dispositivos de gastrostomia, garantindo uma adaptação segura e eficiente. Embalagem: ✓ O extensor deve ser acondicionado em embalagem unitária, contendo as seguintes informações de forma legível: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote; ▪ Data de validade. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme exigido para dispositivos médicos e produtos de nutrição enteral.	UND	100	R\$ 5,69	R\$ 569,00
15	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Características Técnicas: ✓ Capacidade: 300 ml, ideal para armazenamento e administração de nutrição enteral. ✓ Material: Fabricado em plástico atóxico e transparente, garantindo segurança para o paciente e possibilitando a visualização do conteúdo.	UND	400	R\$ 0,89	R\$ 356,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	✓ Graduação visível: O frasco deve possuir graduação visível, facilitando a medição precisa da quantidade de nutrição enteral administrada. Embalagem: ✓ O frasco deve ser acondicionado em embalagem unitária, contendo as seguintes informações de forma clara e legível: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote; ▪ Data de validade. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme exigido para dispositivos médicos e produtos utilizados em nutrição enteral.				
16	FRASCO PARA DRENAGEM TORÁXICA Características Técnicas: ✓ Material: Frasco de PVC rígido transparente, garantindo resistência e visibilidade do conteúdo. ✓ Tampa: Tampa rosqueada com 3 vias, permitindo a adaptação a diferentes sistemas de drenagem e garantindo vedação segura. ✓ Volume: 2.000 ml, adequado para drenagem torácica durante procedimentos médicos. ✓ Graduação: Graduação visível de 50 em 50 ml, facilitando o monitoramento e controle do volume drenado. ✓ Características Adicionais: ▪ Tubo extensor de 1,20 m, permitindo maior flexibilidade durante o uso. ▪ Pinça corta-fluxo plana, para controle do fluxo de drenagem de forma segura. Embalagem: ✓ O frasco deve ser acondicionado em embalagem unitária, contendo as seguintes informações de forma legível: ▪ Dados de identificação do produto; ▪ Procedência (fabricante e origem do produto); ▪ Número de lote; ▪ Data de validade. Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme exigido para dispositivos médicos.	UND	10	R\$ 27,90	R\$ 279,00
17	Máscara Laringea Descartável nº 1. Características Técnicas: ▪ Material: Fabricada em PVC e silicone transparente (poliorganossiloxanos), sem látex,	UND	3	R\$ 17,41	R\$ 52,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	garantindo a segurança do paciente e minimizando riscos de reações alérgicas. • Tamanho: Número 1, indicado para uso pediátrico ou em pacientes de tamanho reduzido. • Vias: Para acesso gástrico, compatível com procedimentos de ventilação e suporte respiratório. Composição e Componentes: 1. Conector Proximal: Com diâmetro externo macho padrão de 15mm, compatível com sistemas de ventilação padrão. 2. Tubo Condutor da Via Aérea: Largo, flexível e dobrável até 180°, sem risco de acotovelamento. Material transparente, permitindo a visualização de secreções ou regurgitação inesperada. 3. Manguito Pneumático: Adaptável à hipofaringe, proporcionando um selamento seguro com as estruturas supraglóticas da laringe. 4. Válvula de Retenção Unidirecional: Mantém o manguito inflado até que seja necessário esvaziá-lo, permitindo o controle adequado do fluxo de ar. 5. Balão Piloto: Indicador visual da pressão interna do manguito, assegurando o controle adequado da inflação. 6. Tubo de Enchimento: Permite a insuflação e desinsuflação do ar no manguito pneumático, conforme necessário. 7. Linha de Referência: Linha longitudinal de cor preta no tubo condutor, indicando o posicionamento correto da máscara em relação ao paciente. Embalagem: • A máscara laringea deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, garantindo a segurança do produto até o momento do uso. • A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo, e fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número do lote; ✓ Data de fabricação; ✓ Prazo de validade. Registro e Conformidade: • O produto deve apresentar registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estar em conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas pela ANVISA/Ministério da Saúde.				
18	Máscara Laríngea Descartável nº 2 Características Técnicas: ✓ Tipo: Máscara laríngea descartável nº 2, pronta para uso imediato, indicada para vias aéreas em procedimentos médicos e emergenciais.	UND	3	R\$ 15,85	R\$ 47,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	✓ Tamanho: Número 2, indicado para pacientes adultos de tamanho médio, conforme a necessidade do procedimento. ✓ Material: Fabricada em PVC e silicone transparente (poliorganossiloxanos), sem látex, garantindo segurança ao paciente e minimizando o risco de reações alérgicas. ✓ Composição e Componentes: ✓ Conector Proximal: Diâmetro externo macho padrão de 15mm, compatível com os sistemas de ventilação padrão. ✓ Tubo Condutor da Via Aérea: Largo e flexível, permitindo fácil manuseio e adaptação à anatomia do paciente. O material transparente possibilita a visualização de secreções ou regurgitação. ✓ Manguito Pneumático: Adaptável à hipofaringe, proporcionando um selamento seguro com as estruturas supraglóticas da laringe, garantindo a ventilação adequada. ✓ Válvula de Retenção Unidirecional: Mantém o manguito inflado até que seja necessário esvaziá-lo, controlando a pressão de forma eficiente. ✓ Balão Piloto: Indicador visual da pressão interna do manguito, permitindo controle visual da insuflação. ✓ Tubo de Enchimento: Canal para a passagem do ar, responsável pela insuflação ou desinsuflação do manguito pneumático. ✓ Embalagem: ✓ A máscara laringea deve ser acondicionada em embalagem estéril e individual, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo, e fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número do lote; ✓ Data de fabricação; ✓ Prazo de validade. ✓ Registro e Conformidade: ✓ O produto deve possuir registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estar em conformidade com as normas exigidas para dispositivos médicos, conforme regulamentações do Ministério da Saúde.				
19	Máscara Laringea Descartável nº 3 Características Técnicas: • Tipo: Máscara laringea descartável nº 3, pronta para uso imediato, indicada para vias aéreas em procedimentos médicos e emergenciais. • Tamanho: Número 3, indicado para pacientes adultos de maior porte, conforme a necessidade do procedimento.	UND	3	R\$ 14,88	R\$ 44,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Material: Fabricada em PVC e silicone transparente (poliorganossiloxanos), sem látex, garantindo segurança ao paciente e minimizando o risco de reações alérgicas. Composição e Componentes: • Conector Proximal: Diâmetro externo macho padrão de 15mm, compatível com os sistemas de ventilação padrão. • Tubo Condutor da Via Aérea: Largo e flexível, permitindo fácil manuseio e adaptação à anatomia do paciente. O material transparente possibilita a visualização de secreções ou regurgitação. • Manguito Pneumático: Adaptável à hipofaringe, proporcionando um selamento seguro com as estruturas supraglóticas da laringe, garantindo a ventilação adequada. • Válvula de Retenção Unidirecional: Mantém o manguito inflado até que seja necessário esvaziá-lo, controlando a pressão de forma eficiente. • Balão Piloto: Indicador visual da pressão interna do manguito, permitindo controle visual da insuflação. • Tubo de Enchimento: Canal para a passagem do ar, responsável pela insuflação ou desinsuflação do manguito pneumático. Embalagem: A máscara laringea deve ser acondicionada em embalagem estéril e individual, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: • Dados de identificação do produto (descrição, modelo e fabricante); • Procedência (fabricante e origem do produto); • Número do lote; • Data de fabricação; • Prazo de validade. Registro e Conformidade: O produto deve possuir registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estar em conformidade com as normas exigidas para dispositivos médicos, conforme regulamentações do Ministério da Saúde.				
20	Máscara Laringea Descartável nº 4 Características Técnicas: • Tipo: Máscara laringea descartável nº 4, pronta para uso imediato, indicada para vias aéreas em procedimentos médicos e emergenciais. • Tamanho: Número 4, indicado para pacientes adultos de maior porte ou em situações específicas, conforme a necessidade do procedimento. • Material: Fabricada em PVC e silicone transparente (poliorganossiloxanos), sem látex,	UND	3	R\$ 14,88	R\$ 44,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	garantindo segurança ao paciente e minimizando o risco de reações alérgicas. Composição e Componentes: • Conector Proximal: Diâmetro externo macho padrão de 15mm, compatível com os sistemas de ventilação padrão. • Tubo Condutor da Via Aérea: Largo e flexível, permitindo fácil manuseio e adaptação à anatomia do paciente. O material transparente possibilita a visualização de secreções ou regurgitação. • Manguito Pneumático: Adaptável à hipofaringe, proporcionando um selamento seguro com as estruturas supraglóticas da laringe, garantindo a ventilação adequada. • Válvula de Retenção Unidirecional: Mantém o manguito inflado até que seja necessário esvaziá-lo, controlando a pressão de forma eficiente. • Balão Piloto: Indicador visual da pressão interna do manguito, permitindo controle visual da insuflação. • Tubo de Enchimento: Canal para a passagem do ar, responsável pela insuflação ou desinsuflação do manguito pneumático. Embalagem: A máscara laringea deve ser acondicionada em embalagem estéril e individual, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: • Dados de identificação do produto (descrição, modelo e fabricante); • Procedência (fabricante e origem do produto); • Número do lote; • Data de fabricação; • Prazo de validade. Registro e Conformidade: O produto deve possuir registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estar em conformidade com as normas exigidas para dispositivos médicos, conforme regulamentações do Ministério da Saúde.				
21	Máscara Laringea Descartável nº 5 Características Técnicas: • Tipo: Máscara laringea descartável nº 5, pronta para uso imediato, indicada para vias aéreas em procedimentos médicos e emergenciais. • Tamanho: Número 5, indicado para pacientes adultos de grande porte ou em situações específicas, conforme a necessidade do procedimento. • Material: Fabricada em PVC e silicone transparente (poliorganossiloxanos), sem látex, garantindo segurança ao paciente e minimizando o risco de reações alérgicas. Composição e Componentes:	UND	3	R\$ 14,88	R\$ 44,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Conector Proximal: Diâmetro externo macho padrão de 15mm, compatível com os sistemas de ventilação padrão. • Tubo Condutor da Via Aérea: Largo e flexível, permitindo fácil manuseio e adaptação à anatomia do paciente. O material transparente possibilita a visualização de secreções ou regurgitação. • Manguito Pneumático: Adaptável à hipofaringe, proporcionando um selamento seguro com as estruturas supraglóticas da laringe, garantindo a ventilação adequada. • Válvula de Retenção Unidirecional: Mantém o manguito inflado até que seja necessário esvaziá-lo, controlando a pressão de forma eficiente. • Balão Piloto: Indicador visual da pressão interna do manguito, permitindo controle visual da insuflação. • Tubo de Enchimento: Canal para a passagem do ar, responsável pela insuflação ou desinsuflação do manguito pneumático. Embalagem: A máscara laringea deve ser acondicionada em embalagem estéril e individual, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: • Dados de identificação do produto (descrição, modelo, e fabricante); • Procedência (fabricante e origem do produto); • Número do lote; • Data de fabricação; • Prazo de validade. Registro e Conformidade: O produto deve possuir registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estar em conformidade com as normas exigidas para dispositivos médicos, conforme regulamentações do Ministério da Saúde.				
22	Pinça Cheron Descartável Características Técnicas: • Tipo: Pinça Cheron descartável, ponta reta, com 24 cm de comprimento, indicada para uso em procedimentos cirúrgicos e médicos. • Material: Fabricada em plástico de alta qualidade, atóxico e livre de látex, garantindo segurança ao paciente e minimizando o risco de reações alérgicas. • Design: Ponta reta com cremalheira para garantir a fixação segura durante o manuseio. Proporciona um controle preciso e eficaz na manipulação de tecidos e outros materiais durante os procedimentos. Embalagem: • A pinça deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, garantindo a integridade do produto até o momento do uso.	UND	200	R\$ 1,91	R\$ 382,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo, e fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número do lote; ✓ Data da esterilização. Registro e Conformidade: O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme regulamentações exigidas para dispositivos médicos.				
23	Sonda de Aspiração Traqueal nº 06 Características Técnicas: • Tipo: Sonda de Aspiração Traqueal nº 06, indicada para a aspiração de secreções viscosa e fluídos das vias respiratórias. • Design e Construção: A sonda possui um orifício central na porção proximal e dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, projetados para proporcionar uma aspiração eficaz e eficiente. • Material: Fabricada em material atóxico, livre de impurezas, garantindo a segurança do paciente. O material é maleável e siliconizado para maior flexibilidade e facilidade no manuseio durante o procedimento. • Transparência: A sonda é transparente, o que permite a visualização do conteúdo aspirado, facilitando o controle durante o procedimento. • Adaptação Universal: A sonda possui uma adaptação universal, compatível com sistemas de aspiração padrão, proporcionando versatilidade e praticidade no uso. • Esterilidade: Produto estéril e descartável, fabricado de acordo com as normas de qualidade exigidas para dispositivos médicos. Embalagem: • A sonda deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. • A embalagem deve possuir abertura asséptica para facilitar a manipulação durante a utilização. • A embalagem deve conter, de forma clara e legível, as seguintes informações: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo, e fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número de lote; ✓ Prazo de validade; ✓ Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Registro e Conformidade: • O produto deve apresentar registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme as regulamentações exigidas para dispositivos médicos.	UND	1500	R\$ 0,59	R\$ 885,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

24	Sonda de Trato Urinário, Foley, 6 French, 2 Vias, com Balão Características Técnicas: • Tipo: Sonda de trato urinário, tipo Foley, indicada para uso em procedimentos médicos para drenagem urinária. • Diâmetro: 6 French (6F), adequado para a utilização em pacientes com necessidades de drenagem urinária. • Vias: 2 vias, para drenagem urinária e inflagem do balão, proporcionando segurança e eficácia no uso. • Balão: Com capacidade para cerca de 1,5 ml de solução salina ou água, para garantir a fixação segura da sonda na bexiga do paciente. • Ponta Distal: Ponta cilíndrica fechada com orifícios laterais para drenagem eficaz e segura. • Material: Fabricada em material atóxico e de alta qualidade, garantindo segurança para o paciente e minimizando o risco de reações alérgicas. • Esterilidade: Produto estéril e descartável, fabricado de acordo com as normas de qualidade exigidas para dispositivos médicos. • Adaptação: Conectores padrão, permitindo a fácil conexão com os sistemas de drenagem e drenagem urinária. Embalagem: • A sonda deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, com abertura asséptica para facilitar a utilização. • A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis e claras: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo e fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Tipo e descrição detalhada do produto; ✓ Data de esterilização; ✓ Prazo de validade; ✓ Número do lote; ✓ Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Registro e Conformidade: • O produto deve apresentar registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme as regulamentações exigidas para dispositivos médicos.	UND	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
25	Sonda de Trato Urinário, Foley, 16 French, 2 Vias, com Balão Características Técnicas: • Tipo: Sonda de trato urinário tipo Foley, indicada para drenagem urinária em procedimentos médicos. • Diâmetro: 16 French (16F), ideal para pacientes com maior necessidade de drenagem, garantindo eficácia no processo de esvaziamento da bexiga.	UND	30	R\$ 2,44	R\$ 73,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Vias: 2 vias, uma para drenagem urinária e outra para inflagem do balão, proporcionando segurança e facilidade no uso. • Balão: Com capacidade para cerca de 30 ml de solução salina ou água, para garantir a fixação segura da sonda na bexiga do paciente e evitar deslocamento. • Ponta Distal: Ponta cilíndrica fechada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente e reduzindo o risco de bloqueios. • Material: Fabricada em material atóxico, livre de látex, garantindo segurança ao paciente e minimizando reações alérgicas. • Esterilidade: Produto estéril, descartável e fabricado conforme as normas de qualidade para dispositivos médicos. • Conectores: Conectores padrão, compatíveis com os sistemas de drenagem urinária convencionais. Embalagem: • A sonda deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, com abertura asséptica para facilitar o manuseio e uso seguro do produto. • A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo e fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Tipo e descrição do produto; ✓ Data de esterilização; ✓ Prazo de validade; ✓ Número do lote; ✓ Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Registro e Conformidade: • O produto deve apresentar registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, em conformidade com as regulamentações exigidas para dispositivos médicos.				
26	Sonda de Trato Urinário, Foley, 20 French, 3 Vias Características Técnicas: • Tipo: Sonda de trato urinário tipo Foley, com 3 vias, destinada ao uso em procedimentos médicos e hospitalares para drenagem urinária. • Diâmetro: 20 French (20F), adequado para pacientes que necessitam de maior drenagem urinária, garantindo eficiência e segurança. • Vias: 3 vias, sendo uma para drenagem urinária e outras para inflagem do balão e controle de pressão. • Material: Fabricada em látex siliconizado de alta qualidade, atóxico, garantindo segurança ao paciente, minimizando o risco de reações alérgicas e proporcionando flexibilidade e maleabilidade adequadas.	UND	20	R\$ 2,49	R\$ 49,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Comprimento: Medindo no mínimo 39 cm, adequada para a maioria dos pacientes, com flexibilidade para garantir adaptação confortável. • Balão: Balão com capacidade para 30-50 ml, com boa distensibilidade, para fixação segura na bexiga, proporcionando estabilidade durante o uso. • Ponta Distal: Ponta arredondada e fechada, com dois orifícios ovais próximos à ponta, situados em lados opostos e proporcionais ao diâmetro do calibre, permitindo drenagem eficiente sem risco de obstrução. • Válvula do Balão: Com válvula fixa que permite a perfeita adaptação e insuflação do balão, garantindo a segurança e a eficácia no processo. • Qualidade: Sonda com espessura uniforme, isenta de manchas ou defeitos, sem rebarbas ou saliências que possam causar irritação ou traumatizar o paciente. Embalagem: • A sonda deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, com abertura asséptica para garantir a segurança e higiene no momento de uso. • A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Dados de identificação do produto (descrição, modelo, fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número do lote; ✓ Data da esterilização; ✓ Prazo de validade; ✓ Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Registro e Conformidade: • O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme as regulamentações exigidas para dispositivos médicos, garantindo a conformidade com os padrões de qualidade e segurança.				
27	Sonda Naso-Enteral Nº 10 (DOBBHOFF) Características Técnicas: • Tipo: Sonda naso-enteral tipo Dobbhoff, nº 10, com até 120 cm de comprimento, indicada para uso em procedimentos médicos de alimentação enteral e outras infusões. • Material: Fabricada em poliuretano, material biocompatível, flexível e radioopaco, garantindo segurança e adequação ao uso clínico. • Marcações: Com marcações de referência para garantir a profundidade correta de inserção. • Extremidade Distal: Equipado com peso sólido em tungstênio ou outro metal atóxico, projetado para facilitar a passagem e fixação da sonda, sem risco de toxicidade.	UND	30	R\$ 13,24	R\$ 397,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Orifícios: Possui orifícios na ponta distal da sonda para permitir a infusão de soluções de forma eficiente e segura. • Conexão: Conexão universal precisa, garantindo um encaixe firme, sem vazamentos, para assegurar a continuidade do procedimento sem risco de falhas. • Conector: Conector em Y com tampa, proporcionando segurança e praticidade na conexão de sistemas. • Mandril: Mandril flexível em aço inox, projetado para facilitar a introdução da sonda, de fácil remoção sem a necessidade de lubrificação ou água. O mandril é projetado para ser retirado sem tracionar a sonda ou causar danos aos orifícios da ponta distal. • Estéril e Descartável: Produto estéril, pronto para uso imediato, descartável após utilização. Embalagem: • A sonda deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, com abertura asséptica para garantir a segurança e integridade do produto até o momento de uso. • A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Identificação do produto (descrição, modelo, fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número do lote; ✓ Prazo de validade; ✓ Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Registro e Conformidade: • O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme as regulamentações exigidas para dispositivos médicos, garantindo a conformidade com os padrões de qualidade e segurança.				
28	Sonda Naso-Enteral Nº 06 (DOBBHOFF) Características Técnicas: • Tipo: Sonda naso-enteral tipo Dobbhoff, nº 06, com até 80 cm de comprimento, indicada para uso em procedimentos médicos de alimentação enteral e outras infusões. • Material: Fabricada em poliuretano, material biocompatível, flexível, e radioopaco, garantindo segurança e adequação para uso clínico. • Marcações: Possui marcações de referência para garantir a profundidade correta de inserção. • Extremidade Distal: Equipado com peso sólido em tungstênio ou outro metal atóxico, projetado para facilitar a passagem da sonda, sem risco de toxicidade. • Orifícios: Orifícios na ponta distal da sonda, permitindo a infusão eficiente e segura de soluções.	UND	30	R\$ 11,57	R\$ 347,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	• Conexão: Conexão universal precisa, que não cause vazamento, garantindo a continuidade do procedimento de infusão sem falhas. • Conector: Conector em Y com tampa, proporcionando praticidade e segurança na conexão de sistemas. • Mandril: Mandril flexível em aço inox, de fácil remoção, projetado para ser retirado sem a necessidade de lubrificação ou água, sem causar tração na sonda ou danos aos orifícios da ponta distal. • Estéril e Descartável: Produto estéril, pronto para uso imediato, descartável após utilização. Embalagem: • A sonda deve ser acondicionada em embalagem individual estéril, com abertura asséptica para garantir a integridade do produto até o momento do uso. • A embalagem deve conter as seguintes informações legíveis: ✓ Identificação do produto (descrição, modelo, fabricante); ✓ Procedência (fabricante e origem do produto); ✓ Número do lote; ✓ Prazo de validade; ✓ Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Registro e Conformidade: • O produto deve possuir registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme as regulamentações exigidas para dispositivos médicos, garantindo a conformidade com os padrões de qualidade e segurança.				
29	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO, 16MM X 180MM Características Técnicas: • Tala metálica confeccionada em alumínio 100%, maleável, permitindo moldagem adequada à anatomia do paciente. • Revestida com espuma de poliuretano antialérgica, densidade mínima de 23 g/cm³, garantindo conforto e proteção contra lesões na pele. • Pontas arredondadas, evitando riscos de cortes e garantindo segurança ao usuário. • Dimensões: 16 mm x 180 mm, com tolerância de $\pm 5\%$. • Produto descartável, não estéril e higiênico, indicado para imobilização de fraturas e entorses em membros superiores e inferiores. Embalagem e Rotulagem: • Embalagem individual, garantindo proteção e integridade do produto até o uso. • Rótulo contendo, de forma legível e indelevel:	UND	60	R\$ 0,86	R\$ 51,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	✓ Identificação do produto (descrição e modelo); ✓ Nome do fabricante/importador e país de origem; ✓ Número do lote e data de fabricação; ✓ Prazo de validade; ✓ Registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme exigências para dispositivos médicos.				
Total Materiais Hospitalares				R\$ 19.523,90	
LOTE 02 – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
ITEM	DESCRIATIVO	U.M.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	Condicionador, ácido fosfórico, concentração 37%. aspecto físico: gel Apresentação: pacote com 3 seringas e ponteiros de aplicação. Código BR: BR0391582	UN	25	R\$ 4,87	R\$ 121,75
31	Resina composta, fotopolimerizável. Aspecto físico: esculpível. Tamanho das partículas: nanohíbrida. Apresentação: seringa com 4g, cores ea2 e da3. Código BR: BR0404479	UN	20	R\$ 13,66	R\$ 273,20
32	Anestésico tópico, benzocaina 20%. Aspecto física: gel. Apresentação: pote 12g. Código BR: BR0272913	UN	20	R\$ 9,90	R\$ 198,00
33	Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%. Aspecto físico: gel Características adicionais: tixotrópico, neutro. Apresentação: frasco 200ml. Código BR: BR0428102	UN	15	R\$ 5,33	R\$ 79,95
34	Curativo alveolar com própolis. Apresentação: frasco de 10g	UN	6	R\$ 29,91	R\$ 179,46
35	Hemostático absorvível. Aspecto físico: esponja de gelatina liofilizada. Apresentação: cartela com 10 cubos de 1 cm. Código BR: BR0417242	UN	10	R\$ 48,15	R\$ 481,50
36	Paramonoclorofenol de uso odontológico com canfora. Aspecto físico: líquido Apresentação: frasco 20 ml. Código BR: BR0429902	UN	12	R\$ 11,93	R\$ 143,16
37	Anestésico cloridrato de mepivacaína associado com epinefrina, 2% + 1:100.000, para uso em carpule. Apresentação: caixa com 50 tubetes, cada tubete contendo 1,8 ml de anestésico líquido. Código BR: BR0357788	CX	25	R\$ 143,57	R\$ 3.589,25
38	Embalagem p/ esterilização.	CX	20	R\$ 65,70	R\$ 1.314,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

	Aspecto físico: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2. Apresentação: envelope, auto selante, tamanho: 15 x 25 cm, componentes: c/ indicador químico de temperatura, caixa com 200 unidades. Código BR: BR0445801				
39	Sugador odontológico descartável Aspecto físico: pvc Apresentação: pacote com 40 unidades Código BR: BR0406292	PCT	50	R\$ 9,09	R\$ 454,50
40	Algodão, tipo: hidrófilo. Aspecto físico: em roletes, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. Apresentação: pacote com 100 unidades. Código BR: BR0407961	PCT	100	R\$ 2,43	R\$ 243,00
41	Revelador radiológico. Aspecto físico: solução aquosa pronta p/ uso, Aplicação: para processamento manual. Apresentação: frasco de 500ml Código BR: BR0405620	FR	6	R\$ 9,65	R\$ 57,90
42	Filme/ película radiológico odontológico, adulto Tamanho: 30.5x40.5 mm Apresentação: caixa com 150 filmes. Código BR: BR0427192	CX	1	R\$ 229,09	R\$ 229,09
43	Cimento de ionômero de vidro. Tipo: indicado para restauração. Ativação: autopolimerizável Característica adicional: erosão máxima 0,17 mm, tempo de presa: máximo 5 minutos. Apresentação: caixa contendo pó e líquido, (cor a2) Código BR: BR0404581	UM	15	R\$ 26,75	R\$ 401,25
Total Materiais Odontológicos				R\$ 7.766,01	
VALOR TOTAL				R\$ 27.289,91	

2.1. LEVANTAMENTO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO

a) Solicitação de orçamentos via e-mail junto a fornecedores que atuam no ramo de atividade dos itens a serem adquiridos.

b) Consultas realizadas ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), cujos resultados foram satisfatórios, com data de consulta em 18 de fevereiro de 2025, às 9h40.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA


ESTADO DO PARANÁ

c) Consulta à Ata de Registro de Preços desta Administração, referente ao Pregão Eletrônico nº 32/2023, e às atas de registro de preços nº 271/2023, 272/2023, 273/2023, 275/2023, 279/2023, 284/2023 e 282/2023, realizadas no ano de 2023. Além disso, também se refere ao Pregão Eletrônico nº 68/2023 e às atas de registro de preços nº 349/2023, 348/2023, 351/2023 e 355/2023.

Dessa forma, foi realizada a composição da média de preços, considerando os orçamentos recebidos, os preços obtidos no PNCP, e as atas de registro de preços da contratação anterior do município de Imbituva.

Segue Tabela 2 e 3 - Composição do Preço Médio:

Lote 01 Materiais hospitalares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	DESCRIPTIVO	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	PNCP	Pregão 32/ 2023	Valor Média
1	Álcool Etilico 70% (70°GL), Hidratado, Líquido, Frasco 100 mL	R\$ 2,78	R\$ 1,79	R\$ 3,31	R\$ 1,60*	R\$ 1,24*	R\$ 2,63
2	Algodão Hidrófilo em Rolo, 500g, 100% Algodão	R\$ 17,11	R\$ 14,10	R\$ 18,53	R\$ 17,11	R\$ 14,52	R\$ 16,27
3	Atadura de Crepom, 15 cm x 1,8 m, 100% Algodão, Pacote com 12 Unidades	R\$ 0,91	R\$ 0,79	R\$ 7,65*	R\$ 1,83	R\$ 0,30*	R\$ 1,18
4	Cânula para Traqueostomia Nº 5,5, PVC, descartável, estéril		R\$ 11,08		R\$ 20,83		R\$ 15,96
5	Cânula para Traqueostomia Nº 6, PVC, descartável, estéril		R\$ 11,08		R\$ 15,92		R\$ 13,50
6	Cânula para Traqueostomia Nº 4, PVC, descartável, estéril				R\$ 8,50	R\$ 7,45	R\$ 7,98
7	Cânula para Traqueostomia Nº 5, PVC, descartável, estéril				R\$ 8,50		R\$ 8,50
8	Cateter Central Venoso, Poliuretano Radiopaco, 7FR, Duplo Lúmen	R\$ 0,89	R\$ 2,35*		R\$ 1,36		R\$ 1,13
9	Cateter Periférico Venoso, Teflon, 22 GAU, esterilizado				R\$ 43,00	R\$ 55,48	R\$ 49,24
10	Compressa de Campo Operatório, 45x50 cm, 4 Camadas, 100% Algodão, Pacote com 50 unidades	R\$ 130,56*	R\$ 76,10	R\$ 75,14	R\$ 84,00	R\$ 56,77	R\$ 73,00
11	Compressas de Gaze Não Estéril, 7,5x7,5 cm, 100% Algodão, 5 dobras, 8 camadas, inodoro e insípido, Embalagem com 500 unidades	R\$ 31,84	R\$ 17,45*	R\$ 34,66	R\$ 35,00		R\$ 33,83
12	Dreno Cirúrgico Torácico, PVC, 32 FR, 50 cm, Radiopaco, Esterilizado e descartável				R\$ 5,22	R\$ 5,81	R\$ 5,51
13	Equipo Macrogotas para Nutrição Enteral, PVC, 1,2m, com pinça rolete, câmara de gotejamento, conector Luer Slip	R\$ 1,21	R\$ 1,00	R\$ 1,05	R\$ 0,77	R\$ 0,66*	R\$ 1,01
14	Extensor para Nutrição Enteral, polímero, 12 FR x 30 cm, com clamp e tampas, conector escalonado				R\$ 6,54	R\$ 4,84	R\$ 5,69
15	Frasco para Nutrição Enteral, 300 ml, Plástico Atóxico e Transparente	R\$ 0,97		R\$ 0,99	R\$ 0,74	R\$ 0,88	R\$ 0,89
16	Frasco para Drenagem Torácica, PVC Rígido, 2.000 ml, 3 vias				R\$ 27,90		R\$ 27,90
17	Máscara Laringea Descartável nº 1, PVC e Silicone, Tamanho Pediátrico			R\$ 17,31	R\$ 17,50		R\$ 17,41
18	Máscara Laringea Descartável nº 2, PVC e Silicone, Tamanho Adulto Médio			R\$ 17,31	R\$ 14,39		R\$ 15,85
19	Máscara Laringea Descartável nº 3, PVC e Silicone, Tamanho Adulto Grande			R\$ 16,35	R\$ 13,40		R\$ 14,88
20	Máscara Laringea Descartável nº 4, PVC e Silicone, Tamanho Adulto Maior			R\$ 16,35	R\$ 13,40		R\$ 14,88
21	Máscara Laringea Descartável nº 5, PVC e Silicone, Grande Porte Adulto			R\$ 16,35	R\$ 13,40		R\$ 14,88
22	Pinça Cheron Descartável, Ponta Reta, 24 cm, Plástico Atóxico	R\$ 1,95			R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 1,91
23	Sonda de Aspiração Traqueal nº 06, Flexível, Siliconizada, adaptável	R\$ 0,56	R\$ 0,60	R\$ 0,64	R\$ 7,80*	R\$ 0,57	R\$ 0,59
24	Sonda de Trato Urinário, Foley, 6 French, 2 Vias, com Balão de 1,5 ml			R\$ 3,03	R\$ 3,52	R\$ 2,15	R\$ 2,90
25	Sonda de Trato Urinário, Foley, 16 French, 2 Vias, com Balão de 30 ml			R\$ 3,03	R\$ 2,14	R\$ 2,14	R\$ 2,44
26	Sonda de Trato Urinário, Foley, 20 French, 3 Vias, com Balão de 30-50 ml			R\$ 3,30	R\$ 2,19	R\$ 1,99	R\$ 2,49
27	Sonda Naso-Enteral nº 10 (DOBBHOFF), 120 cm, Poliuretano				R\$ 16,54	R\$ 9,95	R\$ 13,24
28	Sonda Naso-Enteral nº 06 (DOBBHOFF), 80 cm, Poliuretano	R\$ 9,30			R\$ 15,45	R\$ 9,97	R\$ 11,57
29	Tala Metálica para Imobilização, 16mm x 180mm, Alumínio, revestida com Espuma			R\$ 0,86	R\$ 6,49*		R\$ 0,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

Lote 02 Materiais Odontológicos

Item	Descritivo	Fornecedor 01	Fornecedor 02	PNCP	Pregão 68/2023	Média
30	Condicionador, ácido fosfórico 37%, pacote com 3 seringas.	R\$ 4,70	R\$ 5,99	R\$ 3,92	R\$ 1,20*	R\$ 4,87
31	Resina esculpível, fotopolimerizável, cores ea2 e da3, seringa 4g.	R\$ 35,80*	R\$ 15,99	R\$ 11,00	R\$ 14,00	R\$ 13,66
32	Anestésico tópico, benzocaína 20%, pote 12g.	R\$ 9,80	R\$ 8,14	R\$ 11,76		R\$ 9,90
33	Fluor gel tixotrópico, 1,23%, frasco 200ml.	R\$ 4,70	R\$ 6,39	R\$ 4,90		R\$ 5,33
34	Curativo alveolar com própolis.	R\$ 31,70	R\$ 93,90*	R\$ 32,04	R\$ 26,00	R\$ 29,91
35	Hemostático esponja de gelatina liofilizada, cartela com 10 cubos de 1 cm.	R\$ 54,00	R\$ 53,99	R\$ 46,62	R\$ 38,00	R\$ 48,15
36	Paramonoclorofenol canforado, frasco 20 ml.	R\$ 10,90	R\$ 15,90	R\$ 9,00	R\$ 6,50*	R\$ 11,93
37	Anestésico mepivacaína com epinefrina, 2% + 1:100.000, caixa com 50 tubetes 1,8 ml.	R\$ 163,90	R\$ 140,72	R\$ 126,10		R\$ 143,57
38	Embalagem/ envelope de papel grau para esterilização, autosselante, 15 x 25 cm. caixa com 200 un.	R\$ 79,10	R\$ 72,90	R\$ 56,78	R\$ 54,00	R\$ 65,70
39	Sugador odontológico descartável	R\$ 10,70	R\$ 8,90	R\$ 7,66		R\$ 9,09
40	Rolê de algodão dental, pacote com 100 un.	R\$ 2,80	R\$ 2,59	R\$ 2,21	R\$ 2,11	R\$ 2,43
41	Revelador radiográfico odontológico	R\$ 9,40	R\$ 19,90*	R\$ 9,54	R\$ 10,00	R\$ 9,65
42	Filme/ película radiológico odontológico adulto	R\$ 273,00	R\$ 219,99	R\$ 210,00	R\$ 213,35	R\$ 229,09
43	Ionômero de vidro restaurador, cor a2	R\$ 31,20	R\$ 90,99*	R\$ 23,35	R\$ 25,70	R\$ 26,75

Observação: a) No item 38, na coluna do Pregão 68/2023, está com o preço estipulado por caixa, contendo 200 unidades, enquanto na Ata de Registro de Preço nº 355/2023, o valor é apresentado por unidade. Nos orçamentos, o preço também é indicado por caixa. Para adequar o cálculo, o preço unitário de R\$ 0,27 foi multiplicado por 200 unidades. b) Os valores marcados com um asterisco não foram incluídos na composição da média, pois estão fora do padrão dos demais valores conforme critério estatístico adotado (Média saneada, tendo em vista coeficiente de variação menor que 25% ou próximo desse valor).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

3. PRAZO DA CONTRATAÇÃO

O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses contados da sua emissão.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em conformidade com o item 01 do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, para garantir a adequada gestão dos recursos públicos e a continuidade dos serviços de saúde, apresentamos a justificativa para a aquisição de insumos essenciais para o Pronto Atendimento Municipal e o Setor de Odontologia, conforme os princípios da eficiência, continuidade do serviço público e supremacia do interesse público, estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

O Pronto Atendimento Municipal e o Setor de Odontologia têm a responsabilidade de prestar assistência rápida e eficaz à população, necessitando de um estoque contínuo de materiais para assegurar a qualidade dos tratamentos, a segurança dos pacientes e o funcionamento ininterrupto dos serviços de saúde.

Atualmente, verifica-se que o único pregão vigente para aquisição desses materiais expirou, resultando na ausência de contratos ativos que garantam o abastecimento regular dos insumos. Essa situação compromete diretamente a prestação dos serviços de saúde, podendo ocasionar descontinuidade nos atendimentos e riscos aos pacientes.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A solução objeto desta contratação refere-se à aquisição de materiais hospitalares e odontológicos imprescindíveis para atender às demandas do Pronto Atendimento Municipal e do Setor de Odontologia. A contratação é necessária, uma vez que o único pregão vigente para aquisição desses materiais expirou, resultando na inexistência de contratos ativos que assegurem o fornecimento contínuo dos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

insumos. Essa situação compromete diretamente a prestação dos serviços de saúde, podendo ocasionar interrupções nos atendimentos e riscos à saúde dos pacientes.

Todos os materiais fornecidos devem ser novos e atender às especificações técnicas exigidas, alinhadas às necessidades do Pronto Atendimento Municipal e do Setor de Odontologia. A solução foi cuidadosamente planejada para atender de forma eficiente às demandas desses serviços, assegurando o cumprimento integral dos requisitos legais, de qualidade e operacionais estabelecidos.

Diante desse contexto, propõe-se a adoção das seguintes providências:

1. **Realização de compra direta** dos materiais essenciais, conforme a Lei nº 14.133/2021, utilizando os recursos orçamentários disponíveis para garantir a continuidade dos atendimentos sem interrupções e evitar prejuízos à população.
2. **Início imediato de um novo processo licitatório** para assegurar o fornecimento regular dos insumos, evitando futuras situações de escassez e promovendo a economicidade e eficiência das aquisições.

A aquisição inadiável é essencial para manter o estoque necessário à prestação dos serviços de saúde com segurança e qualidade, prevenindo a desassistência à população. Ademais, a rápida implementação de um novo processo licitatório possibilitará maior planejamento e continuidade no abastecimento, minimizando riscos e promovendo a gestão eficiente dos recursos públicos, em conformidade com a legislação vigente.

6. REQUISITOS DA PARTICIPAÇÃO, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO

6.1. PARA PARTICIPAÇÃO

6.1.1. Habilitação Jurídica

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e/ou, se for o caso, a(s) respectiva(s) alteração(ões) contratual(ais), que comprovem em seu objeto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

social a habilitação para atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, qual seja, fornecimento de materiais hospitalares e odontológicos.

6.1.2. Habilitação Técnica

a) Não será exigida habilitação técnica

6.1.3. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

- a) Apresentar Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF;
- b) Apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda;
- c) Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- e) Apresentar Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- f) Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.1.4. Qualificação Econômico-Financeira

- a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa ou documento equivalente, a fim de comprovar a regularidade financeira da proponente.

6.1.5. Consórcio

As empresas consorciadas deverão apresentar, por meio de escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

subscrito por todas elas, o compromisso de constituição do consórcio, com as seguintes condições:

- a) Indicação da empresa líder, que será responsável principal perante o MUNICÍPIO, com poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução do objeto, até o término do contrato. Em se tratando de consórcio com empresa estrangeira, a liderança deverá caber à empresa brasileira;
- b) Compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados no consórcio, tanto em relação à licitação quanto ao eventual contrato, até seu recebimento definitivo;
- c) Compromisso de não alteração na composição ou constituição do consórcio, sem prévia anuência da contratante, até o recebimento definitivo do objeto do contrato;
- d) Declaração expressa de que o consórcio não se constitui em pessoa jurídica distinta de seus membros;
- e) Definição das obrigações de cada consorciado de forma individual, em relação ao objeto da licitação;
- f) Duração do consórcio, no mínimo, pelo prazo do contrato, se este for firmado;
- g) Declaração dos consorciados de que, por ocasião da eventual assinatura do contrato, providenciarão o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio, a publicação da certidão de arquivamento e o registro no CNPJ, conforme disposto no art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

6.1.5.1. Da Habilitação de EMPRESAS CONSORCIADAS

- a) Cada membro do consórcio deverá satisfazer individualmente as condições de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, e habilitação econômico-financeira. Na qualificação técnica, será permitido o somatório de atestados das empresas consorciadas, desde que atendam às exigências mínimas do objeto da licitação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

b) Demais condições para empresas consorciadas serão conforme o disposto no Art. 15 da Lei 14.133/2021.

6.2. PARA CONTRATAÇÃO

Não será exigido.

6.3. PARA A EXECUÇÃO

A execução do contrato será realizada conforme as especificações e prazos do Termo de Dispensa de Licitação, sendo acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal do Contrato designado pela Secretaria Municipal de Saúde, responsável por monitorar a conformidade, qualidade dos materiais e cumprimento dos prazos. O fiscal poderá solicitar ajustes ou informações adicionais, conforme necessário para garantir a execução adequada do contrato.

As empresas vencedoras deverão garantir que os produtos fornecidos possuem validade dentro dos padrões exigidos e que estão devidamente esterilizados, conforme as normas sanitárias e regulamentações pertinentes.

7. SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8. GARANTIA CONTRATUAL

Não será exigida garantia contratual para a contratação.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA)

a) A solicitação do objeto ficará a cargo do Departamento de Compras, através da requisição de compras ou nota de empenho.

b) Os itens deverão atender as condições previstas no edital e termo de referência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

- c) O recebimento da mercadoria será realizado pelo fiscal designado, que verificará a conformidade dos materiais entregues em relação às especificações exigidas. A Administração reserva-se o direito de recusar produtos em desacordo com o solicitado, cabendo ao fornecedor providenciar a substituição dentro do prazo estipulado.
- d) A entrega dos materiais hospitalares e odontológicos deverão ser realizadas de acordo com as necessidades, por meio de requisição de compra.
- e) O prazo para entrega será no máximo 10 (dez) dias após solicitação dos itens através do envio da Nota de Empenho. Segue abaixo endereços de cada setor:

1	Pronto Atendimento Municipal	Rua Luís Francisco de Matos, Jardim Horizonte, Ibituva/PR, CEP 84430-000
2	Setor de Odontologia	Rua Santo Antônio, 109, Centro, Ibituva/PR, CEP 84430-000

OBS: Horário de recebimento: Das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 (em dias úteis).

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

De acordo com o Decreto Municipal **6806/2023** onde regulamenta a atuação de fiscais e gestores de contratos. Ficam previamente designados os servidores:

Gestor: José Valdenei Menon - Matricula nº 108151

Fiscais: Titular: Jhonathan Westphal - Matricula nº 2595721

Suplente: Ana Paola Menon - Matricula nº 223151

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E OU PAGAMENTO

11.1. RECEBIMENTO

- a) Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta do fornecedor. Obrigatoriamente, na Nota



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

Fiscal deverá obrigatoriamente conter o número do empenho, garantindo melhor tramitação nos setores competentes.

b) Em caso de divergências na execução do objeto, seja em dimensão, qualidade ou quantidade, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/21. A empresa será notificada para a emissão de uma nova Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução, viabilizando a liquidação e pagamento dessa parte.

c) O prazo para correção de inconsistências na execução do objeto ou na Nota Fiscal, conforme identificado pela Administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, não será computado para os fins de recebimento definitivo.

d) O recebimento provisório ou definitivo não exime o fornecedor de sua responsabilidade civil e ética-profissional, garantindo a segurança, qualidade e perfeita execução do contrato.

11.2. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado de acordo com as Ordens de Entrega;

b) O pagamento será efetuado de acordo com o Decreto Municipal nº 6738/2023. Notas fiscais de compras e prestações de serviços efetuados no período do dia 01º ao 10º dia do mês terão Pagamento no dia 20 do respectivo mês; Notas fiscais de compras e prestações de serviços efetuadas no período do dia 11º ao 20º dia do mês terão pagamento no dia 30 do respectivo mês; Notas fiscais de compras e prestações de serviços efetuadas no período do dia 21 e 30/31 terão pagamento no dia 10 do mês subsequente. Deverão ainda serem conferidas, aceitas, atestadas e protocolizadas pelo Fiscal do Contrato. As notas (DANFE) deverão ser enviadas também para o e-mail notas@imbituva.pr.gov.br;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

c) De acordo com o Decreto 6846/2024 que dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento pela Prefeitura Municipal de Imbituva aos seus fornecedores, O Município de Imbituva, ao efetuar pagamentos à pessoas físicas ou jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, fica obrigado a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR), observando as disposições do Decreto. As retenções serão efetuadas a partir de 01 de março do ano de dois mil e vinte e quatro, sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no anexo I. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão, a partir da vigência do presente Decreto, emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas pela legislação tributária cabendo recusa por parte dos setores competentes da Prefeitura de documentos fiscais que não estejam de acordo com o previsto no Decreto, podendo ocasionar falta de pagamento;

d) Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Prefeitura de Imbituva;

e) O pagamento efetuado pela Prefeitura não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas e demais encargos;

f) O Inadimplemento financeiro por parte do Município ensejará ao contratado direito à correção monetária sobre os valores a pagar que ultrapassarem o prazo legal. O Índice para correção monetária será o IPCA (índice oficial de inflação), proporcionalmente ao período do atraso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

- g) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
- h) Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

- a) O fornecedor será selecionado pelo critério do menor preço por item, através da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, conforme o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que os valores estabelecidos e atualizados pelo Decreto Federal nº 12.343/2024 não terem sido atingidos pela entidade.
- b) A Contratação será EXCLUSIVA PARA ME e EPP: Conforme a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, nos itens com valor de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com participação exclusiva de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total da contratação é de **R\$ 27.289,91** (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), com base nos orçamentos levantados. Desse total, R\$ 19.523,90 (dezenove mil quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos) referem-se à aquisição de materiais hospitalares para o Pronto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

Atendimento Municipal, enquanto R\$ 7.766,01 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e um centavo) destinam-se à compra de materiais odontológicos para o Setor de Odontologia.

13.1 CRITÉRIOS DE REAJUSTE

- a) O reajuste poderá ser aplicado em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou ainda, em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato conforme pactuado, conforme disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- b) O reajuste poderá ocorrer em caso de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, ou superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços registrados.
- c) Os preços registrados serão reajustados, respeitada a contagem da anualidade, utilizando o índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial de inflação, previsto para a contratação.
- d) Os preços poderão ser repactuados, a pedido do contratado, conforme critérios definidos no termo de contratação, respeitando a normativa vigente para esse tipo de ajuste.

14.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos previstos nas seguintes dotações orçamentárias:

09.001.10.301.10012-036.3390.30.00.00 C586 F000
09.001.10.301.10012-036.3390.30.00.00 C587 F303
09.001.10.301.10012-037.3390.30.00.00 C626 F000
09.001.10.301.10012-037.3390.30.00.00 C627 F303



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

Imbituva, 24 de março de 2025.

Vanessa C de Oliveira
Vanessa Campestrini de Oliveira
Equipe de Apoio

José Valdenel Menon
José Valdenel Menon
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA

****ESTADO DO PARANÁ****

084

Informação de Dotação Orçamentária

Em resposta de solicitação de dotação orçamentária, para aquisição de material hospitalar e odontológico, no valor de R\$ 27.456,96(Vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), informamos que nesta data existem saldos orçamentários conforme o demonstrativo abaixo:

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA

PROJ/ATIVIDADE: 10.301.10012-036 – MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTA 586 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo

FONTE: 000 – R\$ 19.675,18

CONTA 587 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo

FONTE: 303 – R\$ 19.675,18

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA

PROJ/ATIVIDADE: 10.301.10012-037 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

CONTA 626 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo

FONTE: 000 – R\$ 7.781,78

CONTA 627 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo

FONTE: 303 - R\$ 7.781,78

IMBITUVA, 24 DE MARÇO DE 2025.

CLECIANE DO ROCIO FERREIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

LUZIA KARACHINSKI ZWARETCK
CONTADORA CRC-PR 035645/O-4