



Município de Pinhão

Estado do Paraná

CNPJ: 76.178.011/0001-28

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico Nº 36/2026

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **K2 Indústria Comércio Importação e Exportação EIRELI**, referente aos itens **59 e 60**, informamos o seguinte:

Após análise da coordenadora responsável pelo setor de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, constatou-se que houve divergência no descritivo do item.

A especificação técnica correta para os itens é:

- **Material:** Titânio;
- **Relação de transmissão:** 20:1.

Assim, desconsidera-se a informação constante no descritivo que menciona equipamento confeccionado em alumínio anodizado e relação de transmissão 1:1, por tratar-se de erro material.

Dessa forma, para fins de elaboração das propostas, deverá ser considerada a especificação de **contra ângulo confeccionado em titânio, com relação de transmissão 20:1**, por atender a real necessidade e às especificações definidas pela área técnica.

Atenciosamente,

Assinado por:
Meuri Gonçalves de Macedo
22/07/2026 - 09:48
ZXOVY93GR0S0USWKFRYSLA

MEURI GONÇALVES DE MACEDO

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 127/2024

Assinado por:
JOSÉ RENNAN SOUZA DA SILVA
22/07/2026 - 09:47
UQL8QSAVR7W20V08QLY7LG

JOSÉ RENNAN SOUZA DA SILVA

Enfermeiro

Setor de Licitação

