



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de Materiais Odontológicos.

Item	Código Sistema	Descrição do produto	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade	Marcas de referência /amostra
1.	CADASTRAR	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL ODONTOLÓGICO Características mínimas: Desenvolvido para aplicação com resinas fotopolimerizáveis, sendo indicado para restaurações diretas das classes I, II, III, IV e V. Composição: Monômeros: Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, glicerol 1,3 dimetacrilato. Copolímero do ácido polialcenóico. Carga inorgânica: 10% em peso de sílica coloidal com diâmetro médio de 5 nanômetros. Fotoiniciador: Canforoquinona. Solventes: Água e etanol. Compatibilidade: Permite aplicação tanto em esmalte quanto em dentina úmida, após condicionamento ácido. Solvente: À base de água e álcool, o que evita rápida evaporação como ocorre com solventes à base de acetona. Pode ser armazenado em temperatura ambiente. Apresentação: Frasco único contendo 6g do produto. A embalagem externa deve conter claramente as seguintes informações: Nome e identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde e na ANVISA. O prazo de validade deve ser de, no mínimo, 15 meses a partir da data de entrega.	UND	80	3M
2.	22460	AGENTE CARIOSTÁTICO FLUORETO DIAMINO PRATA 30% Características mínimas: frasco com 5ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	40	
3.	19769	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA	Caixa	130	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		ODONTOLÓGICA 30G Características mínimas: curta, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com cânula de tamanho não inferior a 1 polegada ou 25mm, com bisel trifacetado e siliconizada, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, deve possuir marcação da posição do bisel. Acondicionadas em caixas com 100 unidades trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885, e com prazo de validade superior a 4 anos.			
4.	25637	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G Características mínimas: longa, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	40	
5.	25638	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM, FRASCO 1000 ML Características mínimas: Frasco com 1000 ml. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Características complementares: NBR 5991/97, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	60	
6.	25639	ALGINATO PARA MOLDAGEM - PACOTE COM 410g. Características mínimas: Classificado como Tipo II com presa normal e consistência média. É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da	Pacote	320	DENTSPLY SIRONA ZHERMACK COLTEN



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características tixotrópicas, escoamento e elasticidade fazem com que seja capaz de reproduzir com perfeição detalhes de até 50µ, apresentando excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em moldeiras e seringas. Traz externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Obrigatório apresentação de amostra.			
7.	25640	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL ODONTOLÓGICO DE MEPIVACAÍNA 2% Características mínimas: com epinefrina 1:100.000, envasado em tubetes de cristal contendo 1,8 ml caixa com 50 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	270	
8.	22964	ANESTÉSICO LOCAL ODONTOLÓGICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% Características mínimas: com epinefrina, 1:100.000. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaina, 10 microgramas de Epinefrina, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados, alojados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentados em caixas com 50 tubetes, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	500	
9.	25641	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA, AROMATIZADO Características mínimas: frasco c/ 12 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade	Caixa	150	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
10	27157	BICARBONATO DE SÓDIO - PÓ DE BICARBONATO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO Ideal para uso em aparelhos de profilaxia. Agente fluidificante. Umidade e granulometria controlados, evita a obstrução do equipamento. Proporciona total remoção da placa bacteriana. Embalagem: caixa com 15 pacotes de 40g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	10	
11	22652	BROCA BRANCA PONTA DE CHAMA SHOFU Broca branca baixa granulação para polimento “chama”; Características mínimas: de dióxido de alumínio, em Formato de “chama” - FG, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1.590 e 1.600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	100	
12	CADASTRAR	BROCA BRANCA PONTA FINA SHOFU Características mínimas: Broca branca baixa granulação para polimento “fina”; de dióxido de alumínio, em Formato Ponta Fina” - FG, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1.590 e 1.600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA)	UNIDADE	50	
13	CADASTRAR	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 Características mínimas: broca de baixa	EMB	50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		rotação nº 2. Fabricada em aço carbono de alta resistência, autoclavável, formato esférico, corte suave e preciso com lâminas lisas, compatível com todos os contra ângulos "CA" de baixa rotação. Embalagem com 6 unidades, contendo dados de identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA)			
14	CADASTRAR	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 Características mínimas: broca de baixa rotação nº 4. Fabricada em aço carbono de alta resistência, autoclavável, formato esférico, corte suave e preciso com lâminas lisas, compatível com todos os contra ângulos "CA" de baixa rotação. Embalagem com 6 unidades, contendo dados de identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA)	EMB	50	
15	CADASTRAR	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 Características mínimas: broca de baixa rotação nº 6. Fabricada em aço carbono de alta resistência, autoclavável, formato esférico, corte suave e preciso com lâminas lisas, compatível com todos os contra ângulos "CA" de baixa rotação. Embalagem com 6 unidades, contendo dados de identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA)	EMB	80	
16	CADASTRAR	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 Características mínimas: broca de baixa rotação nº 8. Fabricada em aço carbono de alta resistência, autoclavável, formato esférico, corte suave e preciso com lâminas lisas, compatível com todos os contra ângulos "CA" de baixa rotação. Embalagem com 6 unidades, contendo dados de identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA)	EMB	80	
17	CADASTRAR	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 10 Características mínimas: broca de baixa	EMB	80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		rotação nº 10. Fabricada em aço carbono de alta resistência, autoclavável, formato esférico, corte suave e preciso com lâminas lisas, compatível com todos os contra ângulos "CA" de baixa rotação. Embalagem com 6 unidades, contendo dados de identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA)			
18	22481	BROCA DIAMANTADA Nº. 1011 - FG Características mínimas: Nº. 1011 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. (ANVISA)	UND	70	
19	22484	BROCA DIAMANTADA Nº. 1012 – FG Características mínimas: Nº. 1012 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. (ANVISA)	UND	70	
20	22485	BROCA DIAMANTADA Nº.1012 HL – FG Características mínimas: Nº. 1012 HL - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os	UND	70	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. (ANVISA)			
21	22501	BROCA DIAMANTADA Nº. 1013 - FG Características mínimas: Nº. 1013 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. (ANVISA)	UND	70	
22	22482	BROCA DIAMANTADA Nº. 1014 - FG Características mínimas: nº. 1014 – FG broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	UND	120	
23	22486	BROCA DIAMANTADA Nº. 1014 HL- FG Características mínimas: nº. 1014 HL FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	120	
24	cadastrar	BROCA DIAMANTADA Nº. 1015- FG Características mínimas: Nº. 1015- FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta	UND	70	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
25	cadastrar	BROCA DIAMANTADA Nº 1015 HL – FG Características mínimas: Nº. 1015 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	70	
26	22488	BROCA DIAMANTADA Nº. 1016 HL - FG Características mínimas: Nº. 1016 HL - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	120	
27	22489	BROCA DIAMANTADA Nº. 1019 - FG Características mínimas: Nº. 1019 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e	UND	60	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		número de registro no Ministério da Saúde.			
28	22490	BROCA DIAMANTADA Nº. 1019 HL - FG Características mínimas: Nº. 1019 HL - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	60	
29	cadastrar	BROCA DIAMANTADA nº. 1031 - FG Características mínimas: broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	20	
30	22491	BROCA DIAMANTADA Nº. 1034 - FG Características mínimas: Nº. 1034 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	30	
31	22493	BROCA DIAMANTADA Nº. 1090 FG Características mínimas: Nº. 1090 FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de	Unidade	20	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
32	22495	BROCA DIAMANTADA Nº. 1092 FG Características mínimas: Nº. 1092 FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20	
33	22497	BROCA DIAMANTADA Nº. 1094 - FG Características mínimas: Nº 1094 FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20	
34	cadastrar	BROCA DIAMANTADA Nº. 1095 FG Características mínimas: Nº. 1095 FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

35	25750	BROCA DIAMANTADA Nº1112 F - FG Características mínimas: Broca diamantada nº 1112 F - FG - broca diamantada para acabamento ponta com granulações fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1.. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	Unidade	50	
36	25751	BROCA DIAMANTADA Nº1112 FF – FG Características mínimas: Broca diamantada nº1112 FF – FG, broca diamantada para acabamento ponta com granulações extra-fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1.. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	
37	25752	BROCA DIAMANTADA Nº 1190 – FG Características mínimas: Broca diamantada nº 1190 - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	
38	25753	BROCA DIAMANTADA Nº.1190 F - FG Características mínimas: Broca	Unidade	20	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		diamantada nº.1190 F - FG - broca diamantada para acabamento ponta com granulações fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
39	25754	BROCA DIAMANTADA Nº.1190 FF - FG Características mínimas: Broca diamantada nº.1190 FF - FG - broca diamantada para acabamento ponta com granulações extra-fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	
40	25755	BROCA DIAMANTADA Nº. 1302 – FG Características mínimas: Broca diamantada nº.1302 – FG - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20	
41	25759	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 - FG Características mínimas: Broca diamantada nº 2135 - FG, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável	Unidade	24	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
42	25760	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 F - FG Características mínimas: Broca diamantada nº2135 F - FG, para acabamento, ponta com granulações extra-fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	Unidade	30	
43	25761	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 FF – FG Características mínimas: Broca diamantada nº.2135 FF - FG para acabamento, ponta com granulações extra-fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	Unidade	40	
44	22483	BROCA DIAMANTADA Nº. 2137 F FG Características mínimas: Nº. 2137 F FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme	UNIDADE	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
45	25763	BROCA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA Nº 2200 FG Características mínimas: Broca diamantada tronco cônica nº 2200 - FG, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	40	
46	25765	BROCA DIAMANTADA Nº 3118 – FG Características mínimas: Broca diamantada nº 3118 - FG, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	
47	25766	BROCA DIAMANTADA Nº 3118 F – FG Características mínimas: Broca diamantada nº3118 F - FG para acabamento ponta com granulações extra-fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente	Unidade	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde			
48	25767	BROCA DIAMANTADA Nº 3118 FF – FG Características mínimas: Broca diamantada nº3118 FF - FG para acabamento ponta com granulações extra-fina, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	Unidade	40	
49	22499	BROCA DIAMANTADA Nº. 3138F FG Características mínimas: Nº. 3138F FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	50	
50	25768	BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FG Características mínimas: Broca diamantada nº 3168 FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

51	25769	BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F FG Características mínimas: Broca diamantada nº 3168 F FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	
52	25770	BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF FG Características mínimas: Broca diamantada nº3168 FF FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	40	
53	25771	BROCA DIAMANTADA Nº. 3195 FG Características mínimas: Broca diamantada nº 3195 FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	50	
54	25772	BROCA DIAMANTADA Nº. 3195 F - FG Características mínimas: Broca	Unidade	50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		diamantada nº 3195 F - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
55	22500	BROCA DIAMANTADA Nº. 3195 FF – FG Características mínimas: Nº 3195 FF - FG, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	50	
56	15283	BROCA ENDO Z FG Características mínimas: Broca para uso odontológico - para alta rotação, carboneto de tungstênio, tronco-cônica longa, com extremidade inativa, conforme as normas ISO existentes para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação.	Unidade	50	
57	22503	CERA PARA ARTICULAÇÃO, ROSA 07 Características mínimas: Cera Rosa 07, para articulação, em laminas de 13,6 x 6,9cm, aproximadamente, embalada em caixa com 225g aproximadamente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

58	22966	CERA UTILIDADE Características mínimas: caixa contendo 5 placas com aproximadamente 225g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	60	
59	25805	CIMENTO CIRÚRGICO 90g DE BASE E 90g DE CATALISADOR Características mínimas: Cimento cirúrgico 90 g de base e 90 g de catalizador (base contendo óxido de zinco 30-60%, óxido de magnésio 30-60%, óleo vegetal 7-13% e óleo mineral 3-7% e catalizador). Kit trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Kit	3	
60	22506	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL Características mínimas: Cimento à base de ionômero de vidro de presa química (autopolimerizável: possui mecanismo de cura química que polimeriza em torno de 2 a 3 minutos, diminuindo a possibilidade de infiltração de fluídos no local da cimentação por tempo de presa excessivo), para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Boa resistência à compressão, estabilidade de cor e translucidez adequada a um material estético restaurador. Alta liberação de flúor. Disponível nas cores A2 e A3. Embalagem contendo 01 frasco de cimento em pó com 10 g, 01 frasco de líquido com 8 ml, 01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Kit	300	
61	25818	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL – Kit (ESTOJO) Características mínimas: Estojo com Composição: pó: silicato de estrôncio-	Kit	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. Líquido: 2-hidróxi-etil metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido de benzoíla e canforoquinona. Ionômero foto, Ionômero de Vidro fotopolimerizável. Apresentação: Pó mínimo de 9g - vidro de fluoralumínio silicato e líquido mínimo de 5,5ml e acessórios, ácido polialcenóico, água, HEMA e fotoativador. Composto por Pó (vidro de fluoralumínio silicato) e Líquido (copolímero do ácido polialcenóico, água, HEMA e fotoativador) Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
62	25819	CIMENTO ENDODÔNTICO KIT (PÓ + LÍQUIDO) OXIDO DE ZINCO E EUGENOL Características mínimas: Cimento Endodôntico - kit (pó + líquido) de cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol, apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. seu tempo de trabalho a 37 C é de aproximadamente 20 minutos. Composição: pó - óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio. Líquido- eugenol e óleo de amendoas doces. Embalagem : 1 frasco de pó com 12 gr. e 1 frasco de líquido com 10 ml. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Kit	10	
63	22278	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Características mínimas: Hidróxido de cálcio - pasta base, pasta catalisadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13g, composta basicamente por salicilato, catalisador em tubo com aproximadamente 11g, composto basicamente por hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etil tolueno sulfonamida, embalado em caixa, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número	Kit	50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
64	22510	CLOREXIDINA 0,12% Características mínimas: Gluconato de Clorhexidina a 0,12% - solução antisséptica para micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, embalagem de 1 L, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	100	
65	22511	COLA DE SECAGEM RÁPIDA Características mínimas: a base de Éster de cianoacrilato na forma líquida, em frascos plásticos de 5 gramas, trazendo externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Frasco	10	
66	22968	CONDICIONADOR ÁCIDO Características mínimas: ÁCIDO FOSFÓRICO 37 %, seringa com 2,5 ml, pacote com 3 seringas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Kit	200	
67	25831	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO OU SECUNDÁRIO XF (28MM) Características mínimas: Cones de Guta Percha Acessórios ou Secundário XF – Pontas de guta percha 28 mm roladas á mão, não esterilizável em autoclave, de cor rosa, composição: guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	10	
68	25832	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO OU SECUNDÁRIO F	Caixa	10	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		(28MM) Características mínimas: Cones de Guta Percha Acessórios ou Secundário F — Pontas de guta percha 28 mm roladas á mão, não esterilizável em autoclave, de cor rosa, composição: guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
69	25833	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO OU SECUNDÁRIO FF (28MM) Características mínimas: Cones de Guta Percha Acessórios ou Secundário FF — Pontas de guta percha 28 mm roladas á mão, não esterilizável em autoclave, de cor rosa, composição: guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	10	
70	25834	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO OU SECUNDÁRIO MF (28MM) Características mínimas: Cones de Guta Percha Acessórios ou Secundário MF — Pontas de guta percha 28 mm roladas á mão, não esterilizável em autoclave, de cor rosa, composição: guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	10	
71	25835	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO OU SECUNDÁRIO FM (28MM) Características mínimas: Cones de Guta Percha Acessórios ou Secundário FM — Pontas de guta percha 28 mm roladas á mão, não esterilizável em autoclave, de cor rosa, composição: guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,	Caixa	10	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
72	42392	CONES DE GUTA PRINCIPAL Nº 15 - 40 (28MM) Características mínimas: Cones de guta principal Nº 15-40 (28mm) contendo guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, calibrada roladas á mão com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Caixa	10	
73	42393	CONES DE GUTA PRINCIPAL Nº 45-80 (28MM) Características mínimas: Cones de guta principal Nº 45-80 (28mm) contendo guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, calibrada roladas á mão com 120 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Caixa	10	
74	22524	CONES DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15-40 (28mm) Características mínimas: Nº. 15-40, pontas de papel absorvente isentos de contaminação com aproximadamente 28 mm de comprimento embalados em caixa com 120 unidades, sendo 20 unidades de cada medida, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	50	
75	22525	CONES DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45-80 (28mm) Características mínimas: Nº. 45-80, pontas de papel absorvente isentos de contaminação com aproximadamente 28 mm de comprimento embalados em caixa com 120 unidades, sendo 20 unidades de cada medida, trazendo externamente os	Caixa	50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
76	22649	CURATIVO ALVEOLAR Características mínimas: fórmula contém própolis que estimula a cicatrização reduzindo o seu tempo em até 50%, isenta de Eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Indicado na prevenção e tratamento de alveolites após extração dental provocada principalmente pelos estafilococos e estreptococos. Tem ainda efeito analgésico, o que garante um pós-operatório mais tranquilo ao paciente. Frasco com 10 gr, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	20	
77	26171	DISCOS DE POLIMENTO E ACABAMENTO, TAMANHO 1/2 (FLEXÍVEIS) Características mínimas: Discos de polimento e acabamento - proporcionam resultados estéticos excelentes e comprovadamente duradouros e permitem ainda poupar tempo. Discos de polimento flexíveis com revestimento em óxido de alumínio. Quatro diferentes graus abrasivos (grosso a superfino) e duas espessuras de disco (normal e extra fino). Cada grau abrasivo é identificado por um sistema especial de código de cores. Os discos podem ser facilmente mudados devido ao sistema patenteado de mandril de encaixe. Kit com 50 discos sortidos. Tamanho 1/2. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Kit	10	
78	26172	DISCOS DE POLIMENTO E ACABAMENTO, TAMANHO 3/4 (FLEXÍVEIS) Características mínimas: Discos de polimento e acabamento - proporcionam resultados estéticos excelentes e comprovadamente duradouros e permitem ainda poupar tempo. Discos de polimento	Kit	35	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		flexíveis com revestimento em óxido de alumínio. Quatro diferentes graus abrasivos (grosso a superfino) e duas espessuras de disco (normal e extra fino). Cada grau abrasivo é identificado por um sistema especial de código de cores. Os discos podem ser facilmente mudados devido ao sistema patenteado de mandril de encaixe. Kit com 50 discos sortidos. Tamanho 3/4. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
79	26175	EDTA TRISSÓDICO - 20 ML Características mínimas: líquido 20 ml - trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Frs	20	
80	cadastrar	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 50 MM X 100M Características mínimas: Termosselante, Composto de filme "flex" azul, 4 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m ² e papel grau cirúrgico 60gr/m ² ; impresso com dois indicadores químicos de 1 cm ² para monitoramento nos processos de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Validade de 24 meses.	Rolo	50	
81	37278	ESCOVAS DE ROBSON - PLANA – CA Características mínimas: Escova montada para profilaxia para contra ângulo, de forma cilíndrica, com cerdas macias, não devem provocar lesões nos tecidos moles, estéreis , embaladas individualmente. As escovas devem ser resistentes o suficiente para sofrerem processos de desinfecção sem soltarem as cerdas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de	Unidade	600	MICRODONT MK LIFE ALLPIMER



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		registro no Ministério da Saúde.			
82	22970	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO Características mínimas: hidrolisada (gelatina), liofilizada. Caixa com 10 unidades, com tamanho de 1x1x1cm, absorvível, embaladas individualmente em blister, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	120	
83	37279	EUCALIPTOL, SOLVENTE DE GUTA PERCHA, FRASCO 10 ML Características mínimas: Líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, obtido do óleo essencial do eucalipto. Solvente de guta percha, frasco contendo 10 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	5	
84	37280	EUGENOL, FRASCO 20 ML Características mínimas: líquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo. Frasco com 20 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	50	
85	22971	FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL Características mínimas: medindo 3x4 centímetros, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixas com 150 películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	Caixa	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
86	22274	FIO DENTAL 500m Características mínimas: Fio de poliamida com cera mineral e aroma, rolo com 500 metros , trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Rolo	40	
87	26220	FIO PARA SUTURA SEDA 3.0 MULTIFILAMENTO Características mínimas: Fio para sutura seda 3.0, Multifilamento trançado não absorvível de origem natural proveniente do casulo do bicho da Seda com a reatividade tisular moderada 3.0, com no mínimo 45 cm de comprimento, estéril, com agulha 1,7 triangular cortante, atraumática. Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto. Caixa contendo 24 unidades. A embalagem do produto deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde, ISSO 13485 E CE 46002, endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	100	SHALON J&J ETHICON PROCARE
88	26221	FIO PARA SUTURA SEDA 4.0 MULTIFILAMENTO Características mínimas: Fio para sutura seda 4.0, Multifilamento trançado não absorvível de origem natural proveniente do casulo do bicho da Seda com a reatividade tisular moderada 4.0 com no mínimo 45 cm de comprimento, não absorvível, estéril, com agulha 1,7 triangular cortante, atraumática. Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a	Caixa	95	SHALON J&J ETHICON PROCARE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		esterilidade do produto. Caixa contendo 24 unidades. A embalagem do produto deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde. Endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
89	40972	FIO DE NYLON 3-0, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE III Características mínimas: Fio de nylon 3,0 - Contém um monofilamento preto classe II não absorvível de origem sintética, sua superfície é lisa e uniforme, preparada através de processos químicos sintéticos. O fio acompanha uma agulha cirúrgica circular de aço inox, sua forma é triangular (Agulha CTI 3/8 Circ. TRG.2,0 cm). Estéril. Tamanho: 45cm. Embalada em caixa com 24 unidades. Trazendo na embalagem o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde. Endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	50	SHALON J&J ETHICON PROCARE
90	40973	FIO DE NYLON 4-0, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE III Características mínimas: Fio de nylon 4,0 - Contém um monofilamento preto classe III não absorvível de origem sintética, sua superfície é lisa e uniforme, preparada através de processos químicos sintéticos. O fio acompanha uma agulha cirúrgica circular de aço inox, sua forma é triangular (Agulha CTI 3/8 Circ. TRG.2,0 cm). Estéril. Tamanho: 45cm. Embalada em caixa com 24 unidades. Trazendo na embalagem o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde. Endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	110	SHALON J&J ETHICON PROCARE
91	42978	FIO DE SUTURA MONTADO DE	CAIXA	5	SHALON



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		POLIGLACTINA 910 INCOLOR 5-0 Características Mínimas: Fio de sutura montado de poliglactina 910 incolor, trançada, absorvível 5.0, 45 cm, agulha F 15 - ½ triangular, 17 mm, com 24 unidades. A embalagem do produto deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde, endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
92	53013	FIO RETRATOR ODONTOLÓGICO 000 Características: indicado para retração gengival em procedimentos dentais. No tamanho 000 , confeccionado em 100% algodão entrelaçado, hidrofílico, não impregnado podendo ser embebido em solução hemostática de livre escolha, com comprimento aproximado de 250cm. A embalagem deve conter dados do produto, lote, data de fabricação, validade, o número do registro no Ministério de Saúde (MS) /Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Endereço do fabricante, nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	UND	10	
93	26226	FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS Características mínimas: Solução fixadora pronta para uso em processo manual contendo:água, hidroquinona, com capacidade de fixação em um intervalo de tempo de 1 à 10 minutos,em frasco com aproximadamente 500 ml. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	50	
94	19838	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA (CONSISTENTE) Características mínimas: acidulado com até 1,5% de Ion Flúor, Ph em torno de 3,5 com 200 ml e aromatizado, tempo de aplicação de 1minuto, trazendo	Frasco	120	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
95	37281	FORMOCRESOL Características mínimas: formaldeído a 19%, cresol 35%, deve ter ação bacteriana e hemostática. Frasco com no mínimo 10ml, contendo o nº do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	32	
96	19845	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. Características mínimas: Pó puro, com boa dissolução em água. Frasco com 10 g. No frasco deverá conter o número do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Frasco	20	
97	53074	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA Características: indicado para acabamento e polimento de restaurações e facetas realizadas com resinas composta. O kit deve conter 12 pontas sendo 3 Ogivas, 3 Torpedos, 3 Taças e 3 Lentilhas com Granulometria grosso ao extrafino, sendo caracterizado por cores diferentes. As pontas devem ser com material de silicone, com encaixe em contra ângulo baixa rotação, autoclavável, embaladas em broqueiro, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)	kit	50	
98	42488	LÂMINAS DE BISTURI CIRÚRGICAS Nº15C Características mínimas: Lâminas de bisturi cirúrgicas nº15C (com no máximo 4 mm de largura) o produto deverá ser entregue em embalagem constando a identificação do fabricante, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde, lacrado e sem fracionamento. A data de validade	Unidade	1200	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
99.	42489	LÂMINAS DE BISTURI CIRÚRGICAS Nº15 Características mínimas: Lâminas de bisturi cirúrgicas nº15 (com no máximo 4 mm de largura) o produto deverá ser entregue em embalagem constando a identificação do fabricante, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde, lacrado e sem fracionamento. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado .	Unidade	1.200	
100	19855	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Características mínimas: Lençol de borracha p/ dique - lençol de borracha para isolamento absoluto à base de látex, com superfície lisa, livre de rebarbas e defeitos, resistente ao alongamento e à desinfecção química. Tamanho: 13.5 cm x 13.5 cm, embalagem contendo 26 folhas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	50	
101	22572	LIMA C-PILOT nº 10, 21 mm Características mínimas: para patência e cateterismo, série especial, nº 10, 21 mm, embalagem com 6 unidades. Para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Emb	60	
102	42490	LIMA C-PILOT , nº 10, 25 mm Características mínimas: para patência e cateterismo, série especial, nº 10, 25 mm, embalagem com 6 unidades. Para canais radiculares muito curvados e de difícil	Caixa	300	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
103	53076	LIMALHA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO É indicado para restaurações em dentes posteriores com pouco ou nenhum comprometimento estético. Composição de no mínimo 40% de Prata, 31% de Estanho, 24% de cobre e 47% de Mercúrio. Presa regular. Apresentação em 01 porção. Embalagem com 50 cápsulas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	PCT	30	
104	53075	LIMALHA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES É indicado para restaurações em dentes posteriores com pouco ou nenhum comprometimento estético. Composição de no mínimo 40% de Prata, 31% de Estanho, 24% de cobre e 47% de Mercúrio. Presa regular. Apresentação em 02 porções. Embalagem com 50 cápsulas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	PCT	50	
105	cadastrar	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (FACE SHIELD) Características mínimas: destinada à proteção do rosto contra respingos de líquidos, gotículas e partículas em suspensão, com viseira transparente em Policarbonato, PETG ou outro material de alta transparência (mínimo 90% de transparência ótica); Espessura mínima da viseira: 0,3 mm; Formato: Curvado, cobrindo toda a face (do queixo até acima da testa e de orelha a orelha); Fixação:	UND	100	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		Ajuste por elástico, cinta regulável ou suporte rígido com mecanismo de ajuste; Suporte de fixação: Em material leve, resistente e de fácil higienização (polipropileno, polietileno, PVC ou equivalente); Conforto: Deve permitir uso conjunto com óculos e máscaras respiratórias; Reutilizável, devendo permitir higienização com álcool 70%, sabão neutro ou solução desinfetante; Peso máximo: 200 gramas; Cor: Transparente (viseira) e suporte em cor neutra (branco). Dimensões aproximadas da viseira: 25 cm de altura x 30 cm de largura. Cada unidade deve ser fornecida embalada individualmente, protegida contra riscos e contaminação, deverá conter identificação do fabricante, lote, validade, CNPJ e instruções de higienização. Número de registro no Ministério da Saúde. Registro no MTE - C.A.			
106	26267	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO Características mínimas: Material restaurador temporário. Kit contendo frasco líquido de 15 ml (composição: eugenol, ácido acético glacial 0,27%) e frasco contendo pó de 40 g a base de óxido de zinco (91,5%) e resina acrílica e fosfato de cálcio. O seu tempo de presa é de aproximadamente 5 a 8 minutos (para a proporção pó / liq 8/1 em peso). Sua concentração hidrogênica é de pH=7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Por esta razão é um dos cimentos menos irritantes de todos usados em Odontologia. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Kit	20	
107	53077	MATRIZ DE AÇO PRÉ CONTORNADA - SORTIDA Características mínimas: indicada para restaurações de Classe II, produzida em aço inoxidável, matrizes com espessura de 0,05 mm, aproximadamente 50 matrizes com tamanhos sortidos (pequeno, médio e grande), contendo 2 grampos de fixação, produto autoclavável. A embalagem deve conter dados de identificação do produto, procedência, lote, prazo de validade, número de Registro no Ministério da Saúde.	EMB	60	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		A data de validade deve ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
108	26270	MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO) - CIMENTO ENDODÔNTICO Características mínimas: MTA (mineral trióxido agregado) - cimento endodôntico reparador para tratamento de perfurações e complicações endodônticas. Indicado para: tratamento de reabsorção radicular, apexificação e apexigênese, proteção pulpar, pulpotomia, tratamento de perfuração de furca e raiz, retro-obturação. É um excelente selador marginal e radiopaco. Seu tempo de presa é rápido devido a diminuição do sulfato de cálcio. Embalagem contendo 1gr. pó, 3ml de água destilada e 1 dosador, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	5	
109	22275	ÓLEO LUBRIFICANTE Características mínimas: para canetas de alta rotação e baixa rotação com 200 ml/143g. Descrição: óleo mineral de baixa viscosidade, atóxico, propano-butano. Não contém clorofluorcarbono e não agride a camada de ozônio. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar, Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas, ação detergente e bactericida, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Incluso kit de ponteiros para lubrificação de contra ângulo, alta e baixa rotação	Frasco	270	
110	19878	ÓXIDO DE ZINCO Óxido de zinco deve ser um pó fino, amorfo, branco, inodoro, insolúvel em água e em etanol. Frasco com 50gr trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde; A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de	Frasco	30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		entrega no almoxarifado.			
111	19885	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO Paramonoclorofenol canforado 20 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	15	
112	22609	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL Características mínimas: aromatizada, com flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina (baixa abrasividade) tubo com 90 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	tubo	90	
113	26277	PASTA ZINCO ENÓLICA Características mínimas: pasta destinada à moldagem de bocas totalmente desdentadas; cimentação provisória de incrustações metálicas fundidas, pontes fixas, coroas de jaqueta; como cimento cirúrgico nas gengivectomias e gengivoplastias; para reembasar provisoriamente dentaduras e aparelhos parciais móveis. Característica: não irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável, sendo tolerada perfeitamente pelo paciente; quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal, diminuindo a sensação de desconforto para o paciente e economizando o tempo dispensado pelo profissional; reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal; adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Composição: Eugenol 18%, Óxido de Zinco, Resina Mineral, Óleo Vegetal e Corante. Embalagem: Caixa com duas bisnagas (pastas: branca e vermelha) de 60 g cada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da	Caixa	5	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		data de entrega no almoxarifado.			
114	22611	PEDRA POMES Características mínimas: pacote com 100 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado	Frasco	45	
115	CADASTRAR	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA SENSOR DIGITAL Características mínimas: indicado para a realização de radiografias periapicais dos dentes superiores e inferiores, com aplicação em diagnóstico radiográfico odontológico e avaliação transoperatória durante procedimentos de tratamento endodôntico, sendo compatível com diferentes tamanhos de sensores digitais intraorais; com presilha de adaptação e trava ajustável, permitindo uso com múltiplos modelos e tamanhos disponível no mercado; autoclavável a até 135°C. Kit com no mínimo: 01 (um) posicionador para pré-molares superiores do lado direito e molares/pré-molares mandibulares do lado esquerdo; 01 (um) posicionador para pré-molares superiores do lado esquerdo e pré-molares/molares mandibulares do lado direito; 01 (um) posicionador para incisivos maxilares e mandibulares (dentes anteriores); 18 (dezoito) anéis de silicone adaptáveis aos posicionadores; 01 (um) recipiente autoclavável, apropriado para armazenamento do kit. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)	KIT	5	
116	CADASTRAR	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Características mínimas: Utilizada em restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes I,II,III,IV e V, contendo 4g, radiopaca para dentes anteriores e posteriores,100% nano particulada (zircônia e sílica), partículas não aglomeradas abaixo de 100 nm e tamanho medio de nanoaglomerados entre 0,6 µm e 20 µm. Matriz orgânica BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e BISEMA e partículas inorgânicas de zirconia/silica com 55,6% em volume e 72,5% em pesos nas cores: A1E; A2E; A3E; A2B; A3B; A3,5B;	Unidade	590	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		A4B; A2D; A3D; A4D; B1E; B2E; B1B; B2B; C2B. As cores serão definidos no empenho A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
117	22632	RESINA FLUÍDA Características mínimas: Utilizada para restauração de preparos poucos invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, fotopolimerizável com luz azul. Com elevada resistência mecânica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Seringa com 2g, nas cores: A3)	Unidade	50	
118	26279	REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS Características mínimas: Solução reveladora composta por: água, sulfato de alumínio, tiosulfato de amônia, com capacidade de revelação entre 1 e 3 minutos, em frasco com aproximadamente 500 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	50	
119	37295	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOATIVADO Características mínimas: Kit de selante resinoso fotopolimerizável com adequada viscosidade, aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. Libera flúor. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Kit com 5 Seringas de 2g cada + 1 Seringa de de Condicionador Ácido Dental Gel de 3ml + Pontas aplicadoras descartáveis. Trazendo externamente os dados de identificação,	Kit	20	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
120	37296	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA Características mínimas: indicado para hemostasia e retração gengival imediata através de constrição local, não contém epinerina. É atóxico e de uso altamente seguro, composição cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquiloneína e álcool etílico. Frasco com 10 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	20	
121	22637	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Características mínimas: caixa com 40 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	60	
122	CADASTRAR	SUGADOR DESCARTÁVEL ENDODONTICO Características mínimas: Tubo transparente em PVC atóxico, com reforço em fio de aço, projetado para permitir fixação imediata e estável na posição desejada. Ponteiros finas coloridas, macias, vazado e aromatizado. Embalado individualmente e ser acondicionado em pacote contendo 20 (vinte) unidades; contendo, de forma legível: Número do lote; Data de fabricação; Data de validade e número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Validade de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados a partir da data de fabricação, no ato da entrega no almoxarifado.	PCT	100	SS PLUS
123	22643	TIRA MATRIZ DE AÇO 5 mm de largura Características mínimas: com 5 mm de largura, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem	Rolo	70	TDV FAVA MAQUIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
124	22644	TIRA MATRIZ DE AÇO 7 mm de largura Características mínimas: com 7 mm de largura, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Rolo	40	TDV FAVA MAQUIRA
125	26281	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER TRANSPARENTE Características mínimas: Tira matriz de poliéster transparente para restaurações em resina, 100 X 10 X 0,05 mm. Caixa com 50 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	56	
126	26282	TIRAS DE LIXA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA Características mínimas: Tiras de Lixa com granulação média/fina para acabamento e polimento de restaurações de resina composta e ionômero de vidro, com centro neutro, tamanho 4 mm x 170 mm. Caixa com 150 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa	50	3M
127	37297	TIRAS DE LIXA DE AÇO 4 MM Características mínimas: pacote com 12 unidades a embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número	Pacote	70	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		de registro no Ministério da Saúde.			
128	22642	TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM Características mínimas: 6 mm - pacote com 12 unidades, a embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Pacote	35	
129	15278	TRICRESOL FORMALINA Para ser aplicado como curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e preparo químico-mecânico incompleto do canal; Frasco de solução contendo 10 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	20	
130	53078	VASELINA SÓLIDA 90G Vaselina branca sólida, indicado como umectante e emoliente. Composição: Mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos. Embalagem com apresentação de 90G , trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	35	
131	26291	VERNIZ COM FLÚOR, FRASCO 10 ML Características mínimas: Verniz com flúor (5% de fluoreto de sódio) frasco com 10ml. Composição: Fluoreto de Sódio 5,00g% Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto solvente: Álcool Etílico, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Frasco	40	
132	22647	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES	Frasco	15	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

		Características mínimas: Líquido claro ou ligeiramente amarelado, volátil, com forte odor característico. (Composição: Nitrocelulose 8g% e Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico)-frasco de 15 ml trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
--	--	---	--	--	--

2. JUSTIFICATIVA

Considerando o parágrafo único do art. 3º da Lei nº. 8.080/90 que diz respeito às ações destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, como fator determinante e condicionante da saúde, cabe ao Município o atendimento odontológico necessário aos pacientes do SUS.

Desde a implantação das Equipes de Saúde Bucal, observa-se que houve um aumento na produção de atividades de promoção de saúde e controle das doenças bucais prevalentes, devido principalmente, a ampliação da cobertura, melhoria na capacidade diagnóstica da cárie, doença periodontal, má oclusão e câncer bucal. As ações de atenção básica de saúde bucal tornam-se efetivamente resolutivas gerando assim uma maior satisfação da população.

Atualmente têm-se 10 equipes de saúde bucal e um Centro de Especialidades Odontológicas classificado pelo Ministério da Saúde como tipo III no município, abrangendo tanto a região urbana quanto a rural, com a cobertura da população com vistas a oferecer melhora na qualidade de vida, necessitando de materiais e equipamentos para a manutenção do serviço adequado a população.

3. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** a contar do recebimento da requisição de material, emitida pelo setor Requisitante, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração.

3.2. No ato da entrega, produtos devem ter prazo de validade de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados a partir da data de fabricação.

3.3. O objeto será recebido provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.4. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser retirados pelo contratado, no local entregue e substituídos no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

3.5. O objeto será recebido definitivamente no prazo de **15 (quinze)** dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.7. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

3.8. O Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no local abaixo estabelecido, conforme as condições e as necessidades do licitante.

Secretaria Municipal de Saúde
Local de Entrega: Rua Emilio Pelisson, Nº 68
Responsável pelo Recebimento: Ligiane
Telefone: (43) 3178-8617
Horário de Funcionamento: 08h00 às 15h30

3.9. A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a FORMA PARCELADA, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Ibiporã.

3.10. A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado.

3.11. Os produtos devem ser entregues em suas embalagens originais e em perfeito estado, sem sinais de violação, de umidade e sem inadequação de conteúdo (qualitativo ou quantitativo). A marca, o número do lote, a data de fabricação e a validade, conforme o caso deverá estar impresso na embalagem dos produtos.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

4.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

4.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades por descumprimento contratual.

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

4.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, o objeto com avarias ou que apresente defeitos de fabricação, quando em uso no decorrer do prazo de validade/garantia.

4.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. A eventual prorrogação dependerá de solicitação justificada e comprovada do Contratado e de aceitação expressa da Administração, sem efeito automático;

4.1.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

4.1.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente;

4.1.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

4.1.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

4.1.9.1. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

4.1.9.2. Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

4.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

4.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

4.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

4.2.4. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua correção, sob pena das sanções cabíveis, nos termos do item 9.

4.2.5. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

4.2.6. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

4.2.7. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

4.2.8. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

4.2.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal, contendo (Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de Empenho e Dados Bancários) ao fiscal do contrato. A Nota Fiscal deverá ser assinada pelo gestor do Contrato.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito via depósito em conta corrente (indicada na proposta) em nome da CONTRATADA.

5.4. Em caso de atraso de pagamento pelos produtos efetivamente entregues, a administração deve realizar a correção monetária (INPC) destes valores com a incidência, inclusive, de juros moratórios, nos termos do artigo 92, V, da Lei 14.133/2021.

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que satisfeitos os requisitos do artigo 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. Fica designada como gestor deste contrato a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Leiliane de Jesus De Martini Lopes Vilar, Matrícula: 3308, a qual desempenhará as atribuições atinentes ao controle orçamentário e financeiro e a ordenação de despesa, bem como as alterações contratuais que se fizerem necessárias.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

7.2. A fiscalização do contrato, por sua vez, será exercida pelo(s) servidor(es) **Ana Paola Fernandes Rolim Cargo: Odontóloga, Matrícula: 90701** e **Ligiane Kellen Furtado Cargo: Auxiliar Consultório Dentário, Matrícula: 90171**, designado(s) pela secretária da pasta, conforme previsto no **Decreto nº 02/2023**, a quem caberá, entre outras obrigações pertinentes, o acompanhamento da execução do contrato e o aviso ao gestor quando da ocorrência de qualquer fato adverso ou ainda da necessidade de alterações contratuais de prazo e/ou de valor para que o gestor tome as providências necessárias. O recebimento das mercadorias/bens deverá ser efetuado pela comissão devidamente instituída mediante atestado de recebimento na respectiva nota fiscal.

7.3. A execução do objeto deste pregão eletrônico será fiscalizada pelos servidores acima designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.

7.4. São atribuições da Fiscalização, entre outras:

7.4.1. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as ocorrências verificadas;

7.4.2. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;

7.4.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.4.4. Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Secretaria Municipal de Administração os documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.

8. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

8.1. 8.1. A contratada deverá cumprir as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como as demais garantias contratuais previstas neste instrumento.

8.2. No ato da entrega, os produtos devem ter prazo de validade de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados a partir da data de fabricação, exceto quando especificado prazo diferente no descritivo do item.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 611/20205 e no que couber o Decreto Municipal nº 135/2023, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Apresentar 01 (um) atestado firmado por pessoa jurídica de direito público, ou 01 (um) atestado firmado por pessoa jurídica de direito privado, emitido há, no máximo, 01 (um)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

ano, comprovando a venda de bens **iguais ou similares** ao objeto desta licitação, bem como a boa aplicação dos itens cotados.

- b) Licença Sanitária Estadual ou Municipal atualizada da empresa proponente com o descritivo de atividade correspondente aos objetos do edital conforme a Lei Estadual 13331/2001;
- c) **Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)** do proponente (Armazenar, distribuir, expedir, fabricar, importar), dispositivos médicos/odontológicos, conforme a atividade pertinente, atualizada ou protocolo de renovação com comprovante de pagamento, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, conforme a RDC 665/2022 da ANVISA.
- d) Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS)/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), **válidos**, conforme a RDC 751/2022, **mesmo que não esteja tipificado no descritivo** e houver exigência legal para cada item.
- e) Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando houver exigência na descrição dos itens ou exigência legal para o mesmo.

11. AMOSTRAS

11.1. As amostras solicitadas, deverão ser apresentadas pelos primeiros colocados, **que não ofertarem as marcas de referência**, em até 5 (cinco) dias úteis após o resultado da classificação final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante, **via protocolo**, durante o transcurso do prazo inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

11.2. Solicitamos amostra para os itens 01, 06, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 122, 123, 124, e 126 descritos abaixo:

Item	Descrição / Especificação	Unidade de Medida
1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL ODONTOLÓGICO Características mínimas: Desenvolvido para aplicação com resinas fotopolimerizáveis, sendo indicado para restaurações diretas das classes I, II, III, IV e V. Composição: Monômeros: Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, glicerol 1,3 dimetacrilato. Copolímero do ácido polialcenóico. Carga inorgânica: 10% em peso de sílica coloidal com diâmetro médio de 5 nanômetros. Fotoiniciador: Canforoquinona. Solventes: Água e etanol. Compatibilidade: Permite aplicação tanto em esmalte quanto em dentina úmida, após condicionamento ácido. Solvente: À base de água e álcool, o que evita rápida evaporação como ocorre com solventes à base de acetona. Pode ser armazenado em temperatura ambiente. Apresentação: Frasco único contendo 6g do produto. A embalagem externa deve conter claramente as seguintes informações: Nome e identificação do produto; Procedência; Número do lote; Prazo de validade; Número de registro no Ministério da Saúde e na ANVISA. O prazo de validade deve ser de, no	UND



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

	mínimo, 15 meses a partir da data de entrega.	
6	ALGINATO PARA MOLDAGEM - PACOTE COM 410g. Características mínimas: Classificado como Tipo II com presa normal e consistência média. É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características tixotrópicas, escoamento e elasticidade fazem com que seja capaz de reproduzir com perfeição detalhes de até 50µ, apresentando excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em moldeiras e seringas. Traz externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Obrigatório apresentação de amostra.	PCT
81	ESCOVAS DE ROBSON - PLANA – CA Características mínimas: Escova montada para profilaxia para contra ângulo, de forma cilíndrica, com cerdas macias, não devem provocar lesões nos tecidos moles, estéreis, embaladas individualmente. As escovas devem ser resistentes o suficiente para sofrerem processos de desinfecção sem soltarem as cerdas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade
87	FIO PARA SUTURA SEDA 3.0, MULTIFILAMENTO Características mínimas: Fio para sutura seda 3.0, Multifilamento trançado não absorvível de origem natural proveniente do casulo do bicho da Seda com a reatividade tisular moderada 3.0, com no mínimo 45 cm de comprimento, estéril, com agulha 1,7 triangular cortante, atraumática. Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto. Caixa contendo 24 unidades. A embalagem do produto deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde, ISO 13485 E CE 46002, endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA
88	FIO PARA SUTURA SEDA 4.0, MULTIFILAMENTO Características mínimas: Fio para sutura seda 4.0, Multifilamento trançado não absorvível de origem natural proveniente do casulo do bicho da Seda com a reatividade tisular moderada 4.0 com no mínimo 45 cm de comprimento, não absorvível, estéril, com agulha 1,7 triangular cortante, atraumática. Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto. Caixa contendo 24 unidades. A embalagem do produto deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde. Endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa
89	FIO DE NYLON 3-0, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE III Características mínimas: Fio de nylon 3,0 - Contém um monofilamento preto classe II não absorvível de origem sintética, sua superfície é lisa e uniforme,	Caixa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

	preparada através de processos químicos sintéticos. O fio acompanha uma agulha cirúrgica circular de aço inox, sua forma é triangular (Agulha CTI 3/8 Circ. TRG.2,0 cm). Estéril. Tamanho: 45cm. Embalada em caixa com 24 unidades. Trazendo na embalagem o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde. Endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	
90	FIO DE NYLON 4-0, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE III Características mínimas: Fio de nylon 4,0 - Contém um monofilamento preto classe III não absorvível de origem sintética, sua superfície é lisa e uniforme, preparada através de processos químicos sintéticos. O fio acompanha uma agulha cirúrgica circular de aço inox, sua forma é triangular (Agulha CTI 3/8 Circ. TRG.2,0 cm). Estéril. Tamanho: 45cm. Embalada em caixa com 24 unidades. Trazendo na embalagem o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde. Endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa
91	FIO DE SUTURA MONTADO DE POLIGLACTINA 910 INCOLOR 5-0 Características Mínimas: Fio de sutura montado de poliglactina 910 incolor, trançada, absorvível 5.0, 45 cm, agulha F 15 - ½ triangular, 17 mm com 24 unidades. A embalagem do produto deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, lote, data de fabricação e validade, o número do registro no Ministério de Saúde, endereço do fabricante, quantidade de embalagens individuais e nome do farmacêutico responsável. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA
122	SUGADOR DESCARTÁVEL ENDODONTICO Características mínimas: Tubo transparente em PVC atóxico, com reforço em fio de aço, projetado para permitir fixação imediata e estável na posição desejada. Ponteiras finas coloridas, macias, vazado e aromatizado. Embalado individualmente e ser acondicionado em pacote contendo 20 (vinte) unidades; contendo, de forma legível: Número do lote; Data de fabricação; Data de validade e número de registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Validade mínima de 15 (quinze) meses a contar da data de entrega no almoxarifado.	PCT
123	TIRA MATRIZ DE AÇO 5 mm de largura Características mínimas: com 5 mm de largura, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Medidas: 0,5 m fita matriz de aço de 0,05 mmX5mm	Rolo
124	TIRA MATRIZ DE AÇO 7 mm de largura Características mínimas: com 7 mm de largura, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número	Rolo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

	de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Medidas: 0,5 m fita matriz de aço de 0,05 mmX 7mm.	
126	TIRAS DE LIXA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA Tiras de lixa, granulação média/fina, tamanho 4 mm x 170 mm Características mínimas: Tiras de Lixa com granulação média / fina para acabamento e polimento de restaurações de resina composta e ionômero de vidro, com centro neutro, tamanho 4 mm x 170 mm. Caixa com 150 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Caixa

11.2. Os Critérios para análise de Amostras serão conforme abaixo:

As amostras devem ser encaminhadas identificadas da seguinte forma:

- Nome do fornecedor (licitante)
- Número do pregão e do lote;
- Nome do produto;
- Em sua embalagem original de comercialização e rótulo de acordo com a legislação vigente; sem sinais de violação.
- No caso dos artigos químicos, encaminhar também, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ;
- Instruções de uso em português;
- Condições especiais de armazenamento, quando couber;
- Advertências e precauções;
- Método de esterilização.

As amostras apresentadas serão submetidas à análise visual, testes práticos, aferição de medidas como tamanho, espessura; tipo de encaixe, resistência, maleabilidade, resistência à fricção e outros, para verificação da coerência do produto ofertado com a descrição do material no edital, sua qualidade em condições de uso, se atende ou não ao apoio a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos, bem como o devido registro, válido, nos competentes órgãos de fiscalização (ANVISA).

A avaliação será realizada por servidores indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, com conhecimento técnico e prático no uso e avaliação dos materiais.

A não apresentação da amostra conforme exigência deste edital, ou se for constatado que a mesma não atende ao que está especificado na descrição do objeto, ou ainda, que está em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

desconformidade com a proposta apresentada, implicará na desclassificação da empresa licitante e será convocada a autora da melhor proposta seguinte;

As amostras apresentadas pelas licitantes e não classificadas, que forem passíveis de devolução, poderão ser solicitadas pelas mesmas, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do resultado do julgamento.

As amostras, que forem classificadas, ficarão retidas para comparação com os materiais entregues, sendo devolvidas, quando solicitadas, no prazo de 30 (trinta) dias úteis após o término da vigência do contrato, quando couber ou ainda, quando for possível seu uso pelo município, poderá ser descontado em uma das entregas no decorrer do contrato, desde que ajustados entre as partes.

A licitante deverá retirar as amostras apresentadas, **no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, sito a Rua Emilio Pelisson nº 68, Ibiporã PR.** e a mesma será responsável pelo destino adequado e/ou descarte dos materiais e/ou produtos de acordo com as normas vigentes, uma vez que estes estarão com suas embalagens originais violadas em razão da necessidade de abri-las para avaliação e/ou consumo do produto. Sendo material ou equipamento passível de uso após a abertura da embalagem original, a licitante estará ciente destas implicações, sendo este o responsável pelas mesmas.

Os custos da devolução das amostras serão de responsabilidade do licitante, para tanto a mesma, deverá encaminhar documento apropriado para retirada, quando via transportadora (ordem de coleta) ou autorização de postagem, quando via correios, cabendo ao município encaminhar a amostra à agência do correio, local mais próxima.

Findo os prazos acima descritos, caso não sejam retirados, após 50 dias úteis, a administração não se responsabilizará pela guarda dos mesmos e poderá a seu critério e de acordo com as normas vigentes dar destino adequado as amostras.

12. DO REAJUSTE.

12.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se o índice INPC.

12.1.1. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, § 7º, e do art. 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

12.1.2. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

12.3. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

12.4. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

13. DA MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

13.1. A alocação dos riscos contratuais observará a Análise de Riscos integrante dos autos e a matriz constante deste contrato.

13.2. São considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execução contratual com potencial de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro, aqueles que estiverem preenchidos como riscos do contratante, sendo aplicada a regra para reequilíbrio econômico-financeiro nestes casos.

13.3. Não são exigidos seguros específicos para esta contratação, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pelos riscos que lhe forem alocados.

13.4. O fiscal do contrato acompanhará os mecanismos de mitigação dos riscos previstos na matriz de risco contratual.

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS MITIGADORAS
Especificações insuficientes, excessivas ou incompatíveis com a necessidade	Baixa	Alto	CONTRATANTE	Revisar descritivos e unidades; validar os itens com a equipe odontológica; admitir equivalência técnica sem restrição indevida à competição.
Estimativa de preços acima ou abaixo do mercado	Média	Alto	CONTRATANTE	Utilizar cota de preços, análise crítica, conversão correta das unidades e exclusão motivada de valores inexequíveis ou excessivos.
Baixa competitividade em itens exclusivos para ME/EPP	Média	Médio	CONTRATANTE	Divulgar amplamente o certame; julgar por item; verificar previamente a existência de fornecedores aptos e aplicar as exceções legais quando comprovadas.
Ausência, atraso ou reprovação das amostras exigidas	Média	Alto	CONTRATADA	Exigir amostras apenas dos itens definidos e das marcas não referenciais; fixar prazo claro; realizar avaliação técnica motivada e convocar o próximo classificado quando necessário.
Documentação sanitária ou registro ANVISA ausente, vencido ou incompatível	Média	Alto	CONTRATADA	Verificar Licença Sanitária, AFE e registro/notificação/isenção aplicável a cada item; realizar diligência apenas para esclarecer ou comprovar condição preexistente.
Atraso na entrega parcelada dos materiais	Média	Alto	CONTRATADA	Controlar requisições e prazo de 10 dias úteis; exigir comunicação prévia de impedimentos; aplicar sanções e convocar medidas de contingência.
Entrega de produto diverso, defeituoso ou com validade inferior à exigida	Média	Alto	CONTRATADA	Conferir marca, lote, registro, integridade e validade no recebimento; rejeitar e exigir substituição em até 5 dias úteis, sem ônus.
Danos, contaminação ou perda de integridade no transporte e armazenamento	Média	Alto	CONTRATADA	Exigir embalagem original, transporte adequado e observância das condições do fabricante; recusar materiais violados, úmidos ou avariados.
Desabastecimento decorrente de consumo superior ao quantitativo estimado	Média	Alto	CONTRATANTE	Monitorar estoques e consumo das 10 equipes e do CEO; programar pedidos parcelados; iniciar nova contratação com antecedência.
Sobrecarga de fiscalização em razão do grande número de itens e fornecedores	Média	Médio	CONTRATANTE	Adotar checklist de recebimento, registro por item/fornecedor e segregação de funções entre gestor, fiscais e comissão de recebimento.
Descarte inadequado de embalagens, produtos vencidos ou amostras	Baixa	Alto	CONTRATANTE e CONTRATADA	Cumprir normas sanitárias e ambientais; aplicar logística reversa quando cabível; documentar devolução e destinação final.
Atraso no pagamento pela Administração	Baixa	Médio	CONTRATANTE	Reservar dotação; atestar tempestivamente as notas fiscais; observar a ordem cronológica e controlar os prazos de pagamento.
Caso fortuito, força maior, fato do	Baixa	Alto	CONTRATANTE e	Registrar o evento, preservar evidências e aplicar,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS MITIGADORAS
príncipe ou fato da Administração			CONTRATADA	quando comprovados os requisitos legais, prorrogação, alteração ou reequilíbrio econômico-financeiro.

Ibiporã, 01 de setembro de 2026.

Mário Luiz Soares Reghin

Revisor do termo de referência após parecer jurídico

ARI FERREIRA DE OLIVEIRA

Servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência

Secretaria Municipal de Saúde

Divisão de Planejamento e Controle

Ana Paola Fernandes Rolim

Fiscal do Contrato

Ligiane Kellen Furtado

Fiscal do Contrato

LEILIANE DE JESUS DE MARTINI LOPES VILAR

Secretária Municipal de Saúde