

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 186.370,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (200)

Grupo: G1

2 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.594,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (200)

Grupo: G1

3 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 426.263,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (100)

Grupo: G1

4 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.605,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (15)

Grupo: G2

5 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.994,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (15)

Grupo: G2

6 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Unicameral Transvenoso Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.932,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (15)

Grupo: G2

7 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 290.151,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (10)

Grupo: G3

8 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

Grupo: G3

9 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: De Choque , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Df-4 , Componente I: Dupla Mola , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136.185,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (35)

Grupo: G3

10 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.414,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (35)

Grupo: G3

11 - Introduutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.307,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (70)

Grupo: G3

12 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 113.996,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (5)

Grupo: G4

13 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: De Choque , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Df-4 , Componente I: Dupla Mola , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (5)

Grupo: G4

14 - Introduitor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 664,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (5)

Grupo: G4

15 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is4 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 580.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (20)

Grupo: G5

16 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos , Modelo: P/ Cdi Multissítio , Aplicação: Endocárdico, Seio Coronário E De Choque , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119.602,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (20)

Grupo: G5

17 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Trans E Epi Is-1 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (10)

Grupo: G6

18 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos , Modelo: P/ Cdi Multissítio , Aplicação: Endocárdico, Seio Coronário E De Choque , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.801,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (10)

Grupo: G6

19 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos , Modelo: P/ Marcapasso Multissítio , Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.900,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (5)

20 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Aplicação: Via Seio Coronário , Tipo: Quadripolar , Conexão: Conector Tipo Is-4 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.499,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (5)

21 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.128,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (3)

22 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.474,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (20)

Grupo: G7

23 - Introduutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (20)

Grupo: G7

24 - Material Especial Cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco , Material: Metálico , Componente 1: Fio Guia C/ Ponta Distal Extratora , Tipo 1: Via Subclávia , Adicionais: Conjunto Introdutor Completo , Tamanho: Comprimento Total Cerca De 140 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (5)

Grupo: G8

25 - Material Especial Cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco , Material: Metálico , Componente 1: Mecânico, C/ Manopla Em Polímero , Componente 2: Dilatador C/ Lâmina Rotacional , Tamanho: Comprimento Total Cerca De 40 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (10)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	200	Unidade
2	Introdutor Percutâneo	200	Unidade
3	Marca-Passo Cardíaco Implantável	100	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	15	Unidade
5	Introdutor Percutâneo	15	Unidade
6	Marca-Passo Cardíaco Implantável	15	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Cardioversor Desfibrilador Implantável	10	Unidade
8	Cardioversor Desfibrilador Implantável	25	Unidade
9	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	35	Unidade
10	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	35	Unidade
11	Introdutor Percutâneo	70	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Cardioversor Desfibrilador Implantável	5	Unidade
13	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	5	Unidade
14	Introdutor Percutâneo	5	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Cardioversor Desfibrilador Implantável	20	Unidade
16	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Marca-Passo Cardíaco Implantável	10	Unidade
18	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	10	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca	20	Unidade
23	Introdutor Percutâneo	20	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Material Especial Cardiovascular	5	Unidade
25	Material Especial Cardiovascular	10	Unidade