

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Ofício: 98/2026

Rebouças, 09 de março de 2026

Senhora: Édina C. Faganeli
Departamento de Compras e Licitações

Venho através deste, encaminhar relação e quantidade de produtos à serem contratados, bem como as dotações orçamentárias das Secretarias.

1) - Objeto:

O objeto consiste na aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das demandas da Rede de Atenção à Saúde do Município, visando fortalecer a estrutura dos serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado à população.

2) - Justificativa e informações adicionais:

A aquisição dos equipamentos justifica-se pela necessidade de fortalecer a estrutura e aprimorar a capacidade de atendimento das unidades e serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde do Município. A disponibilidade de equipamentos adequados é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população, bem como para proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam nas unidades de saúde. A modernização e ampliação da infraestrutura tecnológica contribuem diretamente para a realização de procedimentos assistenciais, diagnósticos e de apoio com maior eficiência, segurança e agilidade, refletindo na melhoria da qualidade do atendimento oferecido no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Além disso, a aquisição dos equipamentos possibilita a adequação das unidades de saúde às necessidades operacionais existentes, promovendo melhores condições para o desenvolvimento das atividades e garantindo maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

3) – Classificação da Despesa (OBS.: No Anexo II, previsão de gasto mensal.):

As dotações orçamentárias estão descritas no Anexo II, planejamento mensal de gastos.

4) Origem do Recurso:

FONTE: 3380/3501

5) Especificações dos itens:

As especificações dos itens, quantidades, valores unitários e totais encontram-se conforme Anexo I.

6) Valor total do processo licitatório:

R\$ 154.300,25

7) Do Prazo de Execução e Vigência da Licitação:

O prazo de vigência e execução da precitada licitação será de 12 meses.

8) RESUMO PARA PROTOCOLO:

aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das demandas da Rede de Atenção à Saúde do Município

ANAIARA DE FÁTIMA ADAMANTE
Secretária de Saúde

ANEXO I - RELAÇÃO DA QUANTIDADE DE ITENS

OFÍCIO:98/2026

O objeto consiste na aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das demandas da Rede de Atenção à Saúde do Município, visando fortalecer a estrutura dos serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado à população.					
Item	Descrição dos Itens	Unidade de medida	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	Camara para conservação de imunobiologicos / Termolabeis Equipamento vertical desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS E ASSEMBLHADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável, gabinete externo de chapa pintada com alta resistência a corrosão Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado, Com no mínimo 02 (duas) gavetas fabricadas em aço inoxidável, contra tampas individuais. Sistema de refrigeração por compressor hermético A/C de alta capacidade de recuperação térmica, estabilidade e homogeneidade. Porta de acesso vertical. Porta de vidro triplo anti embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando único e controle em LCD, frontal superior, com memória interna possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos ocorridos com garantia da rastreabilidade do relatório com o equipamento com comando eletrônico digital micro processado programável de 2 graus Celsius a 8,0 graus Celsius no mínimo, sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de pane elétricas/eletrônicos do comando principal, temperatura controlada automaticamente por solução através de sensor de temperatura PT100 a 4 graus Celsius. dotado de senha para acesso a quaisquer ajustes Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, e falta de energia. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme visual e sonoro de porta aberta. Sistema de discagem por telefone automática para no mínimo de 8 números Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 24 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 127 V. "	UNID	1	R\$ 18.276,92	R\$ 18.276,92

2	RADIOLOGIA GERAL COM IMPRESSORA - equipamento ecógrafo eletrônico, com Plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows (com garantia e treinamento para o operador inclusos). Possuir tela de no mínimo 21 Polegadas, possuir tela de no mínimo 10 polegadas touch screen no console "Mesa de Comando", possuir interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, possuir no mínimo 03 portas USB. O aparelho de Ultrassom deverá conter envio de imagens via Ethernet e Wireless, como também através de Wifi e bluetooth integrado. O aparelho deverá possuir Ajuste de Altura no console, como também braço rotacional e articulável no Monitor de imagem, deverá possuir disco rígido de no mínimo 500 GB, conter faixa dinâmica de mínimo de 280 dB, possuir capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; Capacidade para aquisição de imagens estendidas panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, possibilidade em 3D abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, musculoesquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia): protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume); aquisição de imagem em tempo real de no mínimo 1.500 frames/seg. Dispõe de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 4 portas ativas e simultâneas (sem considerar a porta de caneta cega) com as seguintes especificações: Possibilidade futura para Cardiologia com software já integrado com Doppler Contínuo, Doppler Tecidual, Modo M-Anatômico, Fração Ejeção, como também pacote completo de medição cardíaca. O equipamento deve ter capacidade futura de receber transdutor setorial Adulto, possuir Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Imagem Geral acrescentando as seguintes funcionalidades: imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas, medições automáticas da espessura da camada íntima média nas artérias carótidas e em outros vasos superficiais, Software de avaliação cardíaca fetal avançada em 3D utilizando a técnica de Correlação Temporal espacial de imagem. Pacote de ferramentas volumétricas que quantificam o volume em 3D, possibilitando com ajuste de espessura, detecção de agentes, Fonte de 110V/127V ou bivolt automático com dispositivo de liga desliga de segurança e alimentação elétrica compatível com o local de instalação. Possuir os seguintes Transdutores: Transdutor convexo com frequências mínimas de (2 - 6 MHz), com no mínimo 128 elementos ou cristais e abertura de no mínimo 60 graus de campo de visão; Transdutor Endocavitário com frequências mínimas de (5 - 11MHz) com no mínimo	UNID	1	R\$ 136.023,33	R\$ 136.023,33
				TOTAL :	R\$ 154.300,25

CÓDIGO DOTAÇÃO 2026	<u>EXERCÍCIO DE 2026</u> <u>PREVISÃO DE GASTOS</u>												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RED : 579 F:3501			R\$ 98.745,57										R\$ 98.745,57
RED : 579 F:3380			R\$ 55.554,68										R\$ 55.554,68
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
TOTAL GERAL ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.300,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.300,25

CÓDIGO DOTAÇÃO 2027	<u>EXERCÍCIO DE 2026</u> <u>PREVISÃO DE GASTOS</u>												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
TOTAL GERAL ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL LICITAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.300,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-----------------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

eventual divergência entre planilhas =



Assinado por: Anaiara Adamante - 08682994992 12/03/2026
08:45:16 DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE - DECRETO
MUNICIPAL 110/2023
