

1 - Itens da Licitação

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (80)

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (100)

4 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.428,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

5 - Higrometro

Descrição Detalhada: Higrometro Tipo: Medidor De Umidade E Temperatura Do Ambiente, Tipo Sensor: Digital De Alta Precisão, Precisão Humidade: $\pm 5^{\circ}\text{C}$, Precisão Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Temperatura De Trabalho: $-10^{\circ}\sim 60^{\circ}\text{C}$

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.354,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

6 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 A 600°C , Aplicação: Leitura De Temperatura Por Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: De Acordo Com O Ensaio Mqt 2 Da Iec 61215-2:2021

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.931,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

7 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 A 600°C , Aplicação: Leitura De Temperatura Por Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: De Acordo Com O Ensaio Mqt 2 Da Iec 61215-2:2021

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.075,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

8 - Cesto

Descrição Detalhada: Cesto Material: Polipropileno, Altura: 240MM, Comprimento: 340MM, Largura: 440MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.774,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (200)