RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Solo, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 75 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 2 Portas, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 190.655,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (3)

2 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, Rodízio C/ Freio, Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Tampa Em Acrílico, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 60L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 30 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Automáticos, Adicional 2: C/ Impressora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 60.792,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (7)

3 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação, Peso: 17,4KG, Voltagem: 110/220V, Largura: 25,50CM, Altura: 45,50CM, Profundidade: 35,50CM, Caracterisitcas Adicionais: Lâmpada Ultra Violeta (254 A 185 Nm), Filtro Micro, Vazão: 1,5L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27.518,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (2)

4 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Esterilização Em Autoclaves, Velocidade: 10M/MIN, Potência: 280W, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura Selagem Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 11.211,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (5)

5 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Tipo*: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10°C A 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 12.123,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (4)

6 - Aparelho Raios X Uso Médico

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Portátil, Tipo: Gerador De Alta Frequência, Adicional: Sistema Cad Diagnóstico Auxiliado Por Computador, Corrente: Ajuste De Kv, Mas, Componente: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 515.356,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (1)

7 - Impressora radiológica

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Impressora Radiológica Tipo: Colorida, Ajuste: Painel Controle Digital, Microprocessado, Compatibilidade: Filme Radiológico E Papel, Capacidade: Até 5 Bandejas, Até 5 Cassetes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 46.576,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sarandi/PR (2)