



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 19955 / 2025

DADOS DO FORNECEDOR

CONV-Ressarcimento

CNPJ/CPF: 13.210.293 / 0001 - 83	SIAF: 116488	CÓD. RAZÃO SOCIAL 29541 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA				
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1257 - BAIRRO BARRA FUNDA		CEP: 86800520				
CIDADE: APUCARANA	UF: PR	CELULAR : FONE/FAX: (43) 996484727 (43) 34226490				
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 2755 - 3	Nº C/C: 29844 - 1				
CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
13062	UN	1,00	PHMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Marca: OHAUS Modelo: AB23PH-F UN - UNIDADE Desc. ICMS de 19,50% Vlr. Bruto Unit.: 3.900,00 Vlr. Desconto: 760,500		3.139,50	3.139,50

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: Até 15 dias úteis após a entrega, inclusive a instalação qdo for o caso.	TOTAL 3.139,50
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)	REFERÊNCIA L.E.-15608/07 Art.34-XVIII Contr GMS: DL nº 0085/2025(DM-DCC) eProtocolo:23.972.268-7
PRazo DE ENTREGA: 20 DIAS. *** SUJEITO A MULTA ***	
DETALHES ENTREGA: PROPOSTA 12551- FRETE CIF	
Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.	
OBS: CCA-PROPPG/PESQ-Cv. FA 304/23 - PDI NAPI Inova Vitis c/c 39742-3 45.301 - 19291 / CCA-CCA - DEPTO AGRONOMIA/	SIAFIC ESPÉCIE Compra Mat. Direto 45.84.2332 - 4.4.90.52.08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 449052.08 - 2 ou 1 - 703.000284				
Id. Exerc: Preferencialmente 2 - Recursos de Exercícios Anteriores, senão 1 - Recurso do Exercício	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	GLOBAL	22.321,75	3.139,50	19.182,25

EM 10/10/2025

EMITENTE
Anne Carinne Pisolato Zanoni Yabe

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE
Soraia Martinez da Silva Carmo

ORDENADOR DE DESPESA
Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento: 7B5H5.79IQQ.23K7L.3G6I6.J9L0G.TGG07



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 19955 / 2025

Fornecedor: 0029541 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA

013062 PHMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Realizar calibração em 3 pontos
- Parâmetros: Ph, Mv E Temperatura
- Faixa Ph: -1,999 A 19,999
- Faixa Mv: $\pm 1999,9$ Mv
- Resolução Ph: $\pm 0,002$ Ph
- Resolução Mv: $\pm 0,03\%$ Escala Total
- Resolução Temperatura: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- Compensação Temperatura: Automática (0 A 100°C)
- Temperatura: -10 To 110°C
- Armazenamento: 600 Grupos
- Comunicação: Rs-232
- Tensão De Alimentação: 220v

Deve acompanhar o equipamento:

- Eletrodo Combinado em Plástico pH/Atc
- Eletrodo Combinado de Vidro
- Eletrodo de pH Combinado Tipo Difusão Com Bulbo Plano, Conector Bnc
- Sonda de Temperatura
- Haste-Suporte
- Fonte para pHmetro 9v - 110v Opcional
- Solução Tampão de pH (4, 7, 10)
- Cd de Software de Comunicação

O equipamento deve acompanhar manual de operação e manutenção em português.

Deve constar os seguintes serviços:

- Calibração eletrônica de transmissor de pH com simulador rastreado ao RBC.
- Qualificação do instrumento contendo: pasta de qualificação contendo IQ e OQ do instrumento,
- Calibração por laboratório acreditado a RBC executado no local de instalação e emissão do certificado.
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação contados a partir da data de recebimento.

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 19955 /2025

COMUNICADO SOBRE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) vem informar a todos os seus fornecedores que está em vigor a retenção do Imposto de Renda na Fonte com base na Instrução Normativa RFB no 2145/2023 que altera a Instrução Normativa RFB no 1234/2012, que estabelece que os estados e suas autarquias devem reter o Imposto de Renda sobre os valores das contratações de bens e prestação de serviços.

De acordo com a Tabela de Retenção estabelecida no Anexo I coluna IR(02) da Instrução Normativa RFB no 1234/2012 e alterações posteriores, será aplicada a alíquota correspondente à natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.

Com a implementação desse novo procedimento, é necessário que as empresas destaquem obrigatoriamente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos documentos fiscais emitidos para UEL e observem o enquadramento legal de incidência, sob pena da nota fiscal ser devolvida para anulação e correção.

Ressaltamos que não haverá impacto financeiro para as empresas, já que o valor do imposto retido será considerado antecipação do total devido pela pessoa jurídica prestadora de serviços ou fornecedora dos bens.

No entanto, é importante lembrar que as empresas optantes pelo Simples Nacional e as pessoas jurídicas amparadas por isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero estão dispensadas da retenção do IRRF. Nesses casos a condição deverá ser informada no documento fiscal, com o devido enquadramento legal.

Os demais tributos tratados pela referida normativa federal – PIS, COFINS e CSLL – não serão objeto de retenção na fonte pelos órgãos do estado, suas autarquias e fundações, não devendo ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO Nº 19955 / 2025

Fornecedor: ***** LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA

013062 PHMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Realizar calibração em 3 pontos
- Parâmetros: Ph, Mv E Temperatura
- Faixa Ph: -1,999 A 19,999
- Faixa Mv: $\pm 1999,9$ Mv
- Resolução Ph: $\pm 0,002$ Ph
- Resolução Mv: $\pm 0,03\%$ Escala Total
- Resolução Temperatura: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- Compensação Temperatura: Automática (0 A 100°C)
- Temperatura: -10 To 110°C
- Armazenamento: 600 Grupos
- Comunicação: Rs-232
- Tensão De Alimentação: 220v

Deve acompanhar o equipamento:

- Eletrodo Combinado em Plástico pH/Atc
- Eletrodo Combinado de Vidro
- Eletrodo de pH Combinado Tipo Difusão Com Bulbo Plano, Conector Bnc
- Sonda de Temperatura
- Haste-Suporte
- Fonte para pHmetro 9v - 110v Opcional
- Solução Tampão de pH (4, 7, 10)
- Cd de Software de Comunicação

O equipamento deve acompanhar manual de operação e manutenção em português.

Deve constar os seguintes serviços:

- Calibração eletrônica de transmissor de pH com simulador rastreado ao RBC.
- Qualificação do instrumento contendo: pasta de qualificação contendo IQ e OQ do instrumento,
- Calibração por laboratório acreditado a RBC executado no local de instalação e emissão do certificado.
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação contados a partir da data de recebimento.