Universidade Estadual de Londrina
Relação de Itens da Licitação

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 192/2026(HU) **Processo Nº:26.543.327-8** (**HU**)

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), CÂMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA, GERADOR PARA ANAEROBIONESE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-UEL, HOSPITAL

EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Região: Nacional
Itens: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
001	0001	04069	35	UN	436236 ARQUIVO COM CAPACIDADE PARA 1.000 LÂMINAS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE : ALTURA 8CM X LARGURA 21 CM X COMPRIMENTO 22,5CM., IMPRESSÃO NA CAIXA PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO. UN - UNIDADE	9,750	**341,25**	Exclusiva
002	0002	04067	50	UN	0412268 CAIXA, USO: PARA BLOCOS DE PARAFINA, MATERIAL: PAPELÃO, DIMENSÕES: 22,5CM X 21CM X 6CM, CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 130 BLOCOS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO UN - UNIDADE	8,180	**409,00**	Exclusiva
003	0003	09770	79	UN	411380 CAMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA UN - UNIDADE	175,000	**13.825,00**	Exclusiva
004	0004	06654	57	PC	0462593 CASSETE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE PEÇAS ANATOMO-PATOLÓGICAS, PAREDES ANTERO-POSTERIOR VAZADAS (GRADEADAS), ABA PARA ABERTURA DE TAMPA POR TRÁS, COR BRANCA, MEDINDO 3CM X 4CM X 0,7CM (LARG X PROF X ALT). PACOTE COM 500 UNIDADES. PC - PACOTE	113,620	**6.476,34**	Exclusiva
005	0005	43108	2	UN	410860 CÂMARA DE CONTAGEM FUCHS-ROSENTHAL Câmara de Contagem de células ou outras partículas em suspensão, vidro óptico, sendo amplamente empregada em análises de líquidos biológicos, como o líquido cefalorraquidiano. UN - UNIDADE	63,500	**127,00**	Exclusiva
006	0006	27029	2	UN	408570 ESCOVA P/LAVAR TUBO DE ENSAIO COM PINCEL, DIAMETRO 20MM Escova para Lavagem com Cerdas em Crina (Escova para tubo/ Cepilho / Escova para lavar vidraria / Escova para limpeza de vidrarias / Escova para vidraria / Escova de crina lavadora de garrafas), indicado para limpeza de vidraria em geral, fabricada com arame galvanizado e pêlo de animal. -Diâmetro 20mm; -Comprimento da escova 85mm; -Comprimento do cabo 145mm; -Comprimento do Pincel 25mm; -Comprimento total 255mm. UN - UNIDADE	5,660	**11,32**	Exclusiva

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 192/2026(HU) **Processo Nº:26.543.327-8** (**HU**)

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), CÂMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA, GERADOR PARA ANAEROBIONESE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-UEL, HOSPITAL

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
007	0007	27035	2	UN	408574 ESCOVA P/LAVAR TUBO DE ENSAIO COM PINCEL, DIAMETRO 30MM Escova para Lavagem com Cerdas em Crina, forma cilíndrica, cabo com rabicho (Escova para tubo/ Escova de Cepilho / Escova para lavar vidraria / Escova para limpeza de vidrarias / Escova para vidraria / Escova de crina lavadora de garrafas), indicado para limpeza de vidraria em geral, fabricada com arame galvanizado e pêlo de animal. -Diâmetro mínimo 30mm -Comprimento mínimo da escova 110mm; -Comprimento mínimo do cabo 175mm; -Comprimento mínimo pincel 25mm; -Comprimento total mínimo 310mm. UN - UNIDADE	7,480	**14,96**	Exclusiva
008	0008	21276	6	CX	329478 GERADOR P/ANAEROBIOSE CX.C/10 UNIDADES Kit, Reagente, Gerador de anaerobiose, Sachê de papel com componente ativo ácido ascórbico, para uso em jarras de 3,5L para rápida geração de atmosfera anaeróbica, Dispensa o uso de catalisador e a adição de água para a reação ser ativada, EMBALAGEM: Caixa com 10 sachês, UNID. DE MEDIDA: Unitário CX - CAIXA	200,850	**1.205,10**	Exclusiva
009	0009	11308	2	UN	410426 PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), FAIXA DE VOLUME INDICADA NO BOTÃO DA PIPETA DE 0,5 A 10µL. - Incrementos de 0,02µL; - Exatidão absoluta de mais ou menos 0,025µL ou 1,0%; - Precisão absoluta menor ou igual a 0,012µL ou 0,4%; - Pistão em aço inox isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco); - Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; - Volume ajustável continuamente somente pelo botão; - Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; - Sistema de absorção de impacto para reduzir a força necessária para ejeção; - Sistema de auxílio para localizar a posição zero do pistão no primeiro estágio da pipetagem; - Porta cone cilíndrico para uso com ponteiras tradicionais (universal); - Partes parciais ou totais autoclavaveis; - Acompanha manual de operações, certificado individual de conformidade com os padrões do fabricante. UN - UNIDADE	1.737,500	**3.475,00**	Exclusiva

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 192/2026(HU) **Processo Nº:26.543.327-8** (**HU**)

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), CÂMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA, GERADOR PARA ANAEROBIONESE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-UEL, HOSPITAL

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
010	0010	35622	4	UN	410516 PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), FAIXA DE VOLUME INDICADA NO BOTÃO DA PIPETA DE 100 A 1000µL. - Incrementos de 1µL; - Exatidão absoluta de mais ou menos 3,0µL ou 0,8%; - Precisão absoluta menor ou igual a 0,60µL ou 0,15%; - Pistão em aço inox isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco); - Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; - Volume ajustável continuamente somente pelo botão; - Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; - Sistema de absorção de impacto para reduzir a força necessária para ejeção; - Sistema de auxílio para localizar a posição zero do pistão no primeiro estágio da pipetagem; - Porta cone cilíndrico para uso com ponteiras tradicionais (universal); - Partes parciais ou totais autoclavaveis; - Acompanha manual de operações, certificado individual de conformidade com os padrões do fabricante. UN - UNIDADE	1.929,340	**7.717,36**	Exclusiva
011	0011	20648	2	UN	410430 PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), FAIXA DE VOLUME INDICADA NO BOTÃO DA PIPETA DE 20 A 200µL. - Incrementos de 0,2µL; - Exatidão absoluta de mais ou menos 0,5µL ou 0,8%; - Precisão absoluta menor ou igual a 0,2µL ou 0,15%; - Pistão em aço inox isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco); - Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais, - Volume ajustável continuamente somente pelo botão; - Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; - Sistema de absorção de impacto para reduzir a força necessária para ejeção; - Sistema de auxílio para localizar a posição zero do pistão no primeiro estágio da pipetagem; - Porta cone cilíndrico para uso com ponteiras tradicionais (universal); - Partes parciais ou totais autoclavaveis; - Acompanha manual de operações, certificado individual de conformidade com os padrões do fabricante. UN - UNIDADE	1.795,000	**3.590,00**	Exclusiva

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 192/2026(HU) **Processo Nº:26.543.327-8** (**HU**)

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), CÂMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA, GERADOR PARA ANAEROBIONESE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-UEL, HOSPITAL

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
012	0012	24803	4	UN	408631 PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), FAIXA DE VOLUME INDICADA NO BOTÃO DA PIPETA DE 500 A 5000µL. - Incrementos de 5µL; - Exatidão absoluta de mais ou menos 12,0µL ou 0,6%; - Precisão absoluta menor ou igual a 3,0µL ou 0,16%; - Pistão em aço inox isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco); - Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; - Volume ajustável continuamente somente pelo botão; - Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; - Sistema de absorção de impacto para reduzir a força necessária para ejeção; - Sistema de auxílio para localizar a posição zero do pistão no primeiro estágio da pipetagem; - Porta cone cilíndrico para uso com ponteiras tradicionais (universal); - Partes parciais ou totais autoclavaveis; - Acompanha manual de operações, certificado individual de conformidade com os padrões do fabricante. UN - UNIDADE	2.293,730	**9.174,92**	Exclusiva
013	0013	57073	2	UN	417367 SUPORTE (ESTANTE) UNIVERSAL, PARA 5 MICROPIPETAS MONOCANAL, EM ACRÍLICO. UN - UNIDADE	144,000	**288,00**	Exclusiva
014	0014	53900	8000	UN	0444925 SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO PONTA RAYON EMBALADOS INDIVIDUALMENTE UN - UNIDADE	0,370	**2.960,00**	Exclusiva
015	0015	11672	2	UN	477833 TERMOMETRO COMUM, LABORATORIAL, -10º C A 150º C. UN - UNIDADE	66,050	**132,10**	Exclusiva
016	0016	22642	4	UN	441020 TERMOMETRO DE MERCURIO PARA ESTUFA DE 0 A 200°C UN - UNIDADE	125,150	**500,60**	Exclusiva
017	0017	54575	4	UN	0453413 TERMÔMETRO PARA ESTUFA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: - ser fabricado em vidro; - possuir haste de 12 cm e corpo de 15 cm , aproximadamente; - apresentar escala interna de -10°C a + 110°C; - apresentar enchimento de liquido vermelho; - ter escala de 1°C em 1°C; - vir com certificado de calibração pela Rede Brasileira de Calibração(RBC). UN - UNIDADE	109,450	**437,80**	Exclusiva

Obs :

Nº.Pesquisa: 718-2026

Dotações Orçamentárias :

80.99.9980-9901 68.99.9980-9981 80.99.9980-9902

Universidade Estadual de Londrina
Relação de Itens da Licitação

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 192/2026(HU) **Processo Nº:26.543.327-8** (**HU**)

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PIPETA MANUAL MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL (MICROPIPETA), CÂMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA, GERADOR PARA ANAEROBIONESE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-UEL, HOSPITAL

Prazo Entrega : CONFORME EDITAL

Condição Pgto.: CONFORMEEDITAL

Valor Máximo: R$ 50.685,75

Validade Proposta : 90 Dias

Data / Hora de Abertura

___ /___ /___ ___ : ___

Data ____/_____/_____

_____

Assinatura e carimbo do Proponente

Data / Hora de Entrega

___ /___ /___ ___ : ___