


 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ		Universidade Estadual do Oeste do Parana HUOP - Solicitação de Compras		Número : 114441 Dt. Solic : 10/09/2025 13:13 Dt. Liber : 10/09/2025 13:17		
Solicitante : Ademir Vanin Da Rocha Local Estoque : Almoxarifado Observação : Realização de estudo técnico preliminar dos itens constantes na solicitação para compra. Liberação : Ademir Vanin da Rocha Forma Compra : Pesquisa de Preços						
Seq.	Qtde. Unid.	Código Descrição material	VI. Unit.	VI. Total	A/C/B	
Fornecedor última compra			Marca última compra			
001	1,00 un	78573 Dispositivo de Fixação para Cateter Central Adulto	0,000	0,000	N/N/N	
-						
Dispositivo de fixação e estabilização para cateter, uso único, estéril. Produto confeccionado por espuma de poliéster ou malha de poliéster, podendo possuir aletas para fixação do cateter, tamanho ADULTO, apresentando base adesiva hipoalergênica e sistema de encaixe compatível com cateter. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Código BR aproximado: 483841. GMS:6510.87588.						
002	1,00 un	78576 Kit para punção vascular com agulha 21G	0,000	0,000	N/N/N	
-						
Kit para Punção Vascular Guia com Agulha 21G Pediátrico, estéril. Kit guia 21G, composto de cobertura plástica estéril, com no mínimo 120 cm de comprimento e 15cm de largura, confeccionado em poliuretano. Deverá vir acompanhado por 2 elásticos fixadores, livre de látex, sache estéril contendo 20g de gel condutor de base aquosa e anguladores plásticos de punção acopláveis ao transdutor do USG de forma segura para acessar a rede venosa de 1, 0cm, 1,5cm e 2,0cm de profundidade. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Código BR aproximado: 444410. GMS:6510-104783.						
003	1,00 kit	76190 PICC Duplo Lúmen guiado por USG - 5FR duplo lúmen	0,000	0,000	N/N/N	
-						
Cateter Central de Inserção Periférica Duplo Lúmen, estéril. Produto confeccionado em poliuretano, radiopaco, com calibre de 5 FR de diâmetro e comprimento entre 55 cm à 65 cm, graduação visível em toda extensão (centimetrado), com início em marcação zero no sentido do hubb à ponta do cateter, haste de fixação com orifício para estabilização, vir acompanhado de mandril compatível com sistema de navegação de ponta intracavitário e suportar pressões de no mínimo 300 PSI. O conjunto deverá possuir agulha de punção de 21G, com sistema de segurança, fio guia hidrofílico com no mínimo 0, 46mm x 50 cm de comprimento, micro introdutor 20/21G e comprimento entre 5 à 7 cm, com sistema de segurança, assistido por ultrassom, introdutor bipartido com dilatador 7cm (+/-1cm), estilete com sistema de segurança, tampas protetoras e um dispositivo de fixador de cateter, com seringa luer lock de 10ml à 12ml. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. COMODATO: Empresa deverá fornecer equipamento USG compatível com tecnologia específica para inserção do cateter e confirmação de ponta. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR Aproximado: 437327 GMS 6510.90051.						
Total Itens 3,00		Valor Total				
Informações Contábeis						
Conta contábil		Rubrica		Valor Prev.		
Material Hospitalar		1.4.1.0.3.3.90.30.36				
Ademir Vanin da Rocha Farmácia Central						
Impresso em: 10/09/2025 13:18:50		Página 1		ademirvr CSUP00118		