



Estado do Paraná

CNPJ: 78.956.513/0001-68

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 293 *****

Telefone: (43) 3422-5888

CEP: 86.800-490

Cidade: Apucarana

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
1	CARDIOVERSOR CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CARDIOVERSOR PARAMETROS NECESSÁRIOS: ECG +DEA + MARCAPASSO + PRINTER + SPO2. DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO. APARELHO ELETRÔNICO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA E PARA PRODUIR CHOQUE ELÉTRICO PARA REVERSÃO DE PARADA CARDÍACA OU ARRITMIAS. PERMITE REMOÇÕES EMERGENCIAIS DIFÍCEIS. FÁCIL OPERAÇÃO - PADRÃO 1,2,3 APLICAÇÃO BÁSICA: DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO CARDÍACA, MONITORAÇÃO DO ECG DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. COMPORTA MÓDULOS INTERNOS DE ELETROCARDIOGRAMA INTERPRETATIVO, RESPIRAÇÃO, DEA, IMPRESSORA, OXIMETRIA(SPO2) E MARCA - PASSO TRANSCUTÂNEO; BIFÁSICO, COM CARGA AJUSTÁVEL QUE ABRANGE A FAIXA DE 1 A 360J, COM SELEÇÃO ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS E COM INDICAÇÃO VISUAL DA CARGA SELECIONADA. PORTÁTIL, COM CORPO ÚNICO. RESISTENTE A ALTAS VIBRAÇÕES, E IMPACTOS, UMIDADE E VARIAÇÕES DE PRESSÃO. FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA. DEFIBRILAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DAS PÁS OU ELETRODOS EXTERNO NÃO INVASIVO. TEMPO TOTAL DE CARREGAMENTO, NA CARGA MÁXIMA, ATÉ 6 SEGUNDOS. ANULA CARGA MANUALMENTE. DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 2 (DOIS) MINUTOS, DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES (UM EM CADA PÁ), PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL, INDICAÇÃO CLARA DAS FASES: CARREGANDO, PRONTO, DESCARREGANDO, DESCARREGADO AUTOMATICAMENTE PELO OPERADOR; AS PÁS DEVERÃO POSSUIR LEDS COM INDICAÇÃO DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE; FUNCIONAMENTO TANTO A BATERIA QUANTO A ENERGIA ELÉTRICA. PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 7,5 KG. GABINETE; COM SISTEMA DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA. MONITORIZAÇÃO EM TELA DE LCD COLORIDO VERTICAL, COM NO MÍNIMO 8," POLEGADAS COM MATRIZ ATIVA E ALTA RESOLUÇÃO, PERMITINDO A LEITURA DA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DE NO MÍNIMO 3 CURVAS DE ECG SIMULTÂNEAS PARA MELHOR A VALIAÇÃO DO PACIENTE E PERMITA UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO ESTANDO O USUÁRIO EM DIFERENTES ÂNGULOS E DISTÂNCIAS; DEVE POSSUIR SOFTWARE TOTALMENTE DEDICADO EM PORTUGUÊS. REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS A CADA . FREQUÊNCIA CARDÍACA, EM DISPLAY ESPECÍFICO OU NA TELA DO MONITOR; ECG: AQUISIÇÃO DOS SINAIS CARDÍACOS DEVERÁ SER FEITA POR INTERMÉDIO DAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO E DOS SENSORES TRADICIONAIS DE ECG; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO; CONEXÃO COM PC VIA USB PARA TRANSFERÊNCIA DO ECG; BATERIA REMOVÍVEL SEM NECESSIDADE DE ABERTURA E PARALIZAÇÃO DO APARELHO. BATERIA RECARREGÁVEL QUANDO LIGADA DIRETO NA FONTE ELÉTRICA; ALARME E INDICAÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO DA BATERIA: SE ESTÁ BAIXA, SE ELA ESTÁ SENDO CARREGADA E SE ATINGE A CARGA TOTAL.O SISTEMA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 130 DESCARGAS DE 360 JOULES NA CARGA MÁXIMA E NO MÍNIMO 3 HORAS NO MODO MONITOR, SEM PRECISAR DE RECARGA	4	UNIDADE	R\$29.534,85	R\$ 118.139,40

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S**

Pág 2 / 6

Estado do Paraná

CNPJ: 78.956.513/0001-68

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 293 *****

Telefone: (43) 3422-5888

CEP: 86.800-490

Cidade: Apucarana

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Máxima
	DURANTE ESSE PERÍODO. BIVOLT AUTOMÁTICO. MEMÓRIA INTERNA COM POSSIBILIDADE DE ARQUIVAR OS ÚLTIMOS EVENTOS DE USO DO APARELHO, COM DATA E HORA; ACESSÓRIOS: 02 CABO ECG COM 05 VIAS PARA PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO - 02 CABO PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS COM 05 VIAS PARA USO ADULTO 01 CABO DE FORÇA DE TRÊS PINOS; 10 JOGOS DE PÁS DEA/MP ADULTO; 03 JOGOS DE PÁS DEA/MP INFANTIL; 05 BOBINAS DE ECG PARA IMPRESSÃO; 02 SENSORES OXIMETRIA ADULTO; 02 SENSORES OXIMETRIA INFANTIL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60.601-1 OU IEC 601-1 E NBR 600.601 - 2 - 4 OU EQUIVALENTE COM O PAÍS DE ORIGEM. A DESCLASSIFICAÇÃO SERÁ BASEADA, EXCLUSIVAMENTE, NO MANUAL QUE SE ENCONTRA NA ANVISA, CONFORME RDC 185.62. EM CASO DE DÚVIDA, SERÁ PEDIDA UMA AMOSTRA DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DO PESSOAL NA ENTREGA DO APARELHO. GARANTIA: DE 01 (UM) ANO E PASSARA A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO; DEVERÁ MINISTRAR TREINAMENTO TÉCNICO A TODA EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE. MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS E REGISTRO NA ANVISA.				
2	OXÍMETRO DE MESA COM BASE CARREGADORA COM CAPA PARA PROTEÇÃO NA MOBILIDADE. ACOMPANHA SENSOR ADULTO E SENSOR INFANTIL: MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO; QUE SEJA LEVE, PEQUENO E FÁCIL DE TRANSPORTAR COM ALARMES VISUAIS E SONOROS; MEDICAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; EXIBIÇÃO DO PI; ARMAZENAMENTO DE ATÉ 580H DE DADOS SPO2 E PR; 16 IDS DE USUÁRIO PARA MARCAÇÃO DE DADOS; SUPORTE POSICIONAMENTO E VISUALIZAÇÃO DA TELA EM SUPERFÍCIE PLANA; EXIBIÇÃO DO STATUS DA BATERIA EM TEMPO REAL E INDICAÇÃO DE BAIXA TENSÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CARREGAMENTO DE DADOS PARA ERENCIAMENTO (COMPUTADOR VIA CABO USB); MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA; AUTONOMIA DE BATERIA DE ATÉ 18 HORAS; MENOS DE 6 HORAS PARA CARREGAMENTO COMPLETO DA BATERIA; FAIXA DA MEDIÇÃO SPO2: 0 - 100% FAIXA DE MEDIÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO: 30 - 50BPM. POSSUI INDICADOR DE PERFUSÃO? SIM POSIÇÃO DO DISPLAY: 2 POSICIONAMENTOS DIFERENTES. ALIMENTAÇÃO: BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 18 HORAS OU CABO AC/DC VISOR LCD COLORIDO DE ALTA ESOLUÇÃO COM DOIS CLIPES: SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELL COR ADULTO E SENSOR PEDIÁTRICO REGISTRO NA ANVISA	20	UNIDADE	R\$2.261,73	R\$ 45.234,60
3	BRAÇADEIRA DE UMA VIA PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PNI - PA; DE NYLON, IMPERMEÁVEL, COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO NÃO REMOVÍVEL; LÁTEX FREE; ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL; TAMANHO ADULTO REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO ABNT.	20	UNIDADE	R\$91,00	R\$ 1.820,00
4	BRAÇADEIRA DE UMA VIA PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PNI - PA; DE NYLON, IMPERMEÁVEL, COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO NÃO REMOVÍVEL; LÁTEX FREE; ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL; TAMANHO INFANTIL / ADOLESCENTE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO ABNT.	4	UNIDADE	R\$79,13	R\$ 316,52

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S**

Pág 3 / 6

Estado do Paraná

CNPJ: 78.956.513/0001-68

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 293 *****

Telefone: (43) 3422-5888

CEP: 86.800-490

Cidade: Apucarana

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
5	BRAÇADEIRA DE UMA VIA PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PNI - PA; DE NYLON, IMPERMEÁVEL, COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO NÃO REMOVÍVEL; LÁTEX FREE; ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL; TAMANHO OBESO REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO ABNT.	8	UNIDADE	R\$96,75	R\$ 774,00
6	BRAÇADEIRA DE UMA VIA PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PNI - PA; DE NYLON, IMPERMEÁVEL, COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO NÃO REMOVÍVEL; LÁTEX FREE; ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL; TAMANHO INFANTIL. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO ABNT.	4	UNIDADE	R\$83,90	R\$ 335,60
7	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR PRECISA. COM UMA EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS. EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE E EMPILHÁVEL. IDEAL PARA DIVERSAS CONFIGURAÇÕES CLÍNICAS. COM PROGRAMAÇÕES FLEXÍVEIS, ALARMES INTEGRADOS E FUNÇÃO BOLUS, QUE GARANTA UMA ADMINISTRAÇÃO PRECISA E CONTÍNUA. QUE TENHA CONFORMIDADE COM REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS E NORMAS DE SEGURANÇA PARA UMA UTILIZAÇÃO CONFIÁVEL E SEGURA. -EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES; -PEQUENA, LEVE E EMPILHÁVEL; -CABO PARA CONECTAR ATÉ 3 EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE; -PROGRAMAÇÕES DISPONÍVEIS: VAZÃO, TEMPO OU VOLUME. A PARTIR DE 02 VARIÁVEIS INFORMADAS, A TERCEIRA É AUTOMATICAMENTE CALCULADA -ALARMES DE: SENSOR DE AR, SENSOR DE GOTAS, BATERIA; -TITULAÇÃO: ALTERAÇÃO DA VAZÃO SEM INTERRUPÇÃO DA INFUSÃO; -FUNÇÃO BOLUS; -FUNÇÃO STAND BY; -FUNÇÃO KVO: KEEP VEIN OPEN; -EM CONFORMIDADE COM E DE ACORDO COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR IEC 60601-2-24 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 2: PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE BOMBAS E CONTROLADORES DE INFUSÃO;	3	UNIDADE	R\$3.950,00	R\$ 11.850,00

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S**

Pág 4 / 6

Estado do Paraná

CNPJ: 78.956.513/0001-68

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 293 *****

Telefone: (43) 3422-5888

CEP: 86.800-490

Cidade: Apucarana

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
8	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL COM A MARCA DO EQUIPAMENTO LICITADO, DEDICADOS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS QUE NÃO REQUER FOTOPROTEÇÃO. O EQUIPO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE PVC - DEHP FREE, COM SEGMENTO DE SILICONE E CONECTORES DISTINTOS PARA GARANTIR A INSERÇÃO CORRETA NA BOMBA DE INFUSÃO. DOTADO DE CLAMP DE SEGURANÇA PARA EVITAR FLUXO LIVRE QUANDO NA REMOÇÃO DO EQUIPO DA BOMBA DE INFUSÃO. TERMINAÇÃO LUER LOCK REVERSÍVEL COM TAMPA FILTRO HIDRÓFOTO, PARA GARANTIR O CORRETO PREENCHIMENTO DO EQUIPO SEM CAUSAR VAZAMENTOS. CARACTERÍSTICAS: -CÂMARA DE GOTEJAMENTO; -LANCETA PERFURO CORTANTE DE ALTA PRECISÃO, PERMITE INSERÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE RECIPIENTES; -RESPIRO COM FILTRO DE 15 MICRAS; -MACROGOTAS - 20 GOTAS = 1ML;-FILTRO DE PARTÍCULAS 15 MICRAS; -PINÇA ROLETE (ROLLERCLAMP) QUE PERMITE ACOPLAR A PONTA DO EQUIPO, BEM COMO A LANCETA PARA DESCARTE, PROTEGENDO CONTRA ACIDENTES PERFURO CORTANTES; -INJETOR LATERAL, QUE PODE SER COM ELASTÔMERO (UTILIZA AGULHA HIPODÉRMICA) OU NEEDLE FREE (CONECTOR VALVULADO); -COMPATÍVEL COM BOMBA DE INFUSÃO LICITADA.	300	UNIDADE	R\$5,28	R\$ 1.584,00
9	KIT COMPLETO DE LARINGOSCÓPIO: CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, RECARTEILHADO.ABERTURA NA BASE DO CABO, FÁCIL CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX CONTEÚDO: 1 CABO ADULTO + 1 CABO INFANTIL + LÂMINAS DE 0 À 5 CURVAS + 00 À 4 RETAS. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS. ILUMINAÇÃO LÂMPADA HALÓGENA 2,5V LÂMINA STANDARD. MATERIAL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICOS À PROVA DE FERRUGEM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO.	3	UNIDADE	R\$1.679,83	R\$ 5.039,49
10	OTOSCÓPIO CLÍNICO: DE FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS CARACTERÍSTICAS, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, ZOOM ÓPTICO: AUMENTO EM CERCA DE 3,5 VEZES TIPO CABO: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO	7	UNIDADE	R\$685,00	R\$ 4.795,00
11	LANTERNA CLÍNICA PROFISSIONAL: TOM DE LUZ AMARELADO COM CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA; LÂMPADA DE LED; LANTERNA COLORIDA POR ANODIZAÇÃO; TECNOLOGIA RADIANTLITE	7	UNIDADE	R\$92,41	R\$ 646,87



Estado do Paraná

CNPJ: 78.956.513/0001-68

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 293 *****

Telefone: (43) 3422-5888

CEP: 86.800-490

Cidade: Apucarana

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
12	CARDIOVERSOR CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CARDIOVERSOR PARAMETROS NECESSÁRIOS: ECG +DEA + MARCAPASSO + PRINTER + SPO2. DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO. APARELHO ELETRÔNICO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA E PARA PRODUIR CHOQUE ELÉTRICO PARA REVERSÃO DE PARADA CARDÍACA OU ARRITMIAS. PERMITE REMOÇÕES EMERGENCIAIS DIFÍCEIS. FÁCIL OPERAÇÃO - PADRÃO 1,2,3 APLICAÇÃO BÁSICA: DEFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO CARDÍACA, MONITORAÇÃO DO ECG DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. COMPORTA MÓDULOS INTERNOS DE ELETROCARDIOGRAMA INTERPRETATIVO, RESPIRAÇÃO, DEA, IMPRESSORA, OXIMETRIA(SPO2) E MARCA - PASSO TRANSCUTÂNEO; BIFÁSICO, COM CARGA AJUSTÁVEL QUE ABRANGE A FAIXA DE 1 A 360J, COM SELEÇÃO ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS E COM INDICAÇÃO VISUAL DA CARGA SELECIONADA. PORTÁTIL, COM CORPO ÚNICO. RESISTENTE A ALTAS VIBRAÇÕES, E IMPACTOS, UMIDADE E VARIAÇÕES DE PRESSÃO. FUNÇÃO DE DEFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA. DEFIBRILAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DAS PÁS OU ELETRODOS EXTERNO NÃO INVASIVO. TEMPO TOTAL DE CARREGAMENTO, NA CARGA MÁXIMA, ATÉ 6 SEGUNDOS. ANULA CARGA MANUALMENTE. DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 2 (DOIS) MINUTOS, DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES (UM EM CADA PÁ), PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL, INDICAÇÃO CLARA DAS FASES: CARREGANDO, PRONTO, DESCARREGANDO, DESCARREGADO AUTOMATICAMENTE PELO OPERADOR; AS PÁS DEVERÃO POSSUIR LEDS COM INDICAÇÃO DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE; FUNCIONAMENTO TANTO A BATERIA QUANTO A ENERGIA ELÉTRICA. PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 7,5 KG. GABINETE; COM SISTEMA DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA. MONITORIZAÇÃO EM TELA DE LCD COLORIDO VERTICAL, COM NO MÍNIMO 8," POLEGADAS COM MATRIZ ATIVA E ALTA RESOLUÇÃO, PERMITINDO A LEITURA DA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DE NO MÍNIMO 3 CURVAS DE ECG SIMULTÂNEAS PARA MELHOR A VALIAÇÃO DO PACIENTE E PERMITA UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO ESTANDO O USUÁRIO EM DIFERENTES ÂNGULOS E DISTÂNCIAS; DEVE POSSUIR SOFTWARE TOTALMENTE DEDICADO EM PORTUGUÊS. REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS A CADA . FREQUÊNCIA CARDÍACA, EM DISPLAY ESPECÍFICO OU NA TELA DO MONITOR; ECG: AQUISIÇÃO DOS SINAIS CARDÍACOS DEVERÁ SER FEITA POR INTERMÉDIO DAS PÁS DE DEFIBRILAÇÃO E DOS SENSORES TRADICIONAIS DE ECG; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO; CONEXÃO COM PC VIA USB PARA TRANSFERÊNCIA DO ECG; BATERIA REMOVÍVEL SEM NECESSIDADE DE ABERTURA E PARALIZAÇÃO DO APARELHO. BATERIA RECARREGÁVEL QUANDO LIGADA DIRETO NA FONTE ELÉTRICA; ALARME E INDICAÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO DA BATERIA: SE ESTÁ BAIXA, SE ELA ESTÁ SENDO CARREGADA E SE ATINGE A CARGA TOTAL.O SISTEMA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 130 DESCARGAS DE 360 JOULES NA CARGA MÁXIMA E NO MÍNIMO 3 HORAS NO MODO MONITOR, SEM PRECISAR DE RECARGA	1	UNIDADE	R\$29.534,85	R\$ 29.534,85

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S**

Pág 6 / 6

Estado do Paraná

CNPJ: 78.956.513/0001-68

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 293 *****

Telefone: (43) 3422-5888

CEP: 86.800-490

Cidade: Apucarana

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
	DURANTE ESSE PERÍODO. BIVOLT AUTOMATICO. MEMÓRIA INTERNA COM POSSIBILIDADE DE ARQUIVAR OS ÚLTIMOS EVENTOS DE USO DO APARELHO, COM DATA E HORA; ACESSÓRIOS: 02 CABO ECG COM 05 VIAS PARA PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO - 02 CABO PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS COM 05 VIAS PARA USO ADULTO 01 CABO DE FORÇA DE TRÊS PINOS; 10 JOGOS DE PÁS DEA/MP ADULTO; 03 JOGOS DE PÁS DEA/MP INFANTIL; 05 BOBINAS DE ECG PARA IMPRESSÃO; 02 SENSORES OXIMETRIA ADULTO; 02 SENSORES OXIMETRIA INFANTIL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60.601-1 OU IEC 601-1 E NBR 600.601 - 2 - 4 OU EQUIVALENTE COM O PAÍS DE ORIGEM. A DESCLASSIFICAÇÃO SERÁ BASEADA, EXCLUSIVAMENTE, NO MANUAL QUE SE ENCONTRA NA ANVISA, CONFORME RDC 185.62. EM CASO DE DÚVIDA, SERÁ PEDIDA UMA AMOSTRA DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DO PESSOAL NA ENTREGA DO APARELHO. GARANTIA: DE 01 (UM) ANO E PASSARA A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO; DEVERÁ MINISTRAR TREINAMENTO TÉCNICO A TODA EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE. MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS E REGISTRO NA ANVISA.				
Total Geral:				R\$68.094,73	R\$ 220.070,33