

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90098/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Inserção Periférica, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Comprimento: Cerca 55CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 2.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	338		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	216.451,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponta Grossa/PR (338)		

2 - Cateter Central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Inserção Periférica, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Comprimento: Cerca 55CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	112		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	71.723,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponta Grossa/PR (112)		

3 - Fita Adesiva - Uso Cutâneo			
Descrição Detalhada: Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Impermeável, Material Dorso: 100% Algodão, Tipo De Adesivo: Sintético, Hipoalergênico, Largura Da Fita: Cerca De 50 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 4.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	15000		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	159.150,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponta Grossa/PR (15000)		

4 - Fita Adesiva - Uso Cutâneo			
Descrição Detalhada: Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Impermeável, Material Dorso: 100% Algodão, Tipo De Adesivo: Sintético, Hipoalergênico, Largura Da Fita: Cerca De 50 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5000		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	53.050,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponta Grossa/PR (5000)		

5 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Torneirinha Vias: 3 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (25000)

6 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Torneirinha Vias: 3 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (25000)

7 - Dreno Cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 38FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente li: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 441,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (60)

8 - Dreno Cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 38FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente li: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 441,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (60)

9 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.894,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (200)

10 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.894,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (200)

11 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Infantil, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (500)

12 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Infantil, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (500)

13 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Adulto, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (2000)

14 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Adulto, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (2000)

15 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Agulha, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.731,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (20)

16 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Agulha, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.731,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (20)

17 - Espéculo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Auricular, Tamanho: Adulto, Ponta Ativa: Cerca De 4,0MM, Adicional 2: Compatível C/ Otoscópio, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (250)

18 - Espéculo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Auricular, Tamanho: Adulto, Ponta Ativa: Cerca De 4,0MM, Adicional 2: Compatível C/ Otoscópio, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (250)

19 - Equipo De Infusão De Contraste

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Número Vias: Espiralado, Duas Vias, Material: Pvc, Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Conector: Conectores Luer Lock, Características Adicionais: Baixa Pressão C/ Duas Válvulas Anti Refluxo, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (850)

20 - Equipo De Infusão De Contraste

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Número Vias: Espiralado, Duas Vias, Material: Pvc, Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Conector: Conectores Luer Lock, Características Adicionais: Baixa Pressão C/ Duas Válvulas Anti Refluxo, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (850)