



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

I - INFORMAÇÕES GERAIS

PSES 104821/2025

Assunto: Aquisições e Contratações

Classe: Processo sobre Contratações e Serviços

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome	Cargo/Função	Matrícula	e-mail
DANIEL XAVIER DE SOUZA	Engenheiro Clínico	722.308-0-01	souzadx@saude.sc.gov.br
JESSYKA ZANELLA COSTA	Téc. Adm	673371-01-9	planaquicontratos@gmail.com

II - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO OU DA NECESSIDADE APRESENTADA

A realização da manutenção corretiva nas Mesas Cirúrgicas da marca BARRFAB, modelo BF683, patrimônio 251525e, NS 75710713; patrimônio 189849, NS 2606 e patrimônio 18992 NS 2644 são essenciais, pois as mesmas apresentaram problemas nos rodízios e parte da mesa cirúrgica PF Allen e conjunto quadro inox perna inteira. Necessidade de troca das peças e avaliação geral dos equipamentos. Não há equipamentos reservas no setor do Centro Cirúrgico.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANO ANUAL DE COMPRAS

A referida contratação está prevista no Plano Anual de Compras e no planejamento orçamentário.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATAÇÃO

- Desmontagem total dos equipamentos;
- Substituição das peças listada na requisição;
- Montagem;
- Revisão geral.
- Limpeza;
- Vistoria de saída

Considerando que se trata de uma manutenção corretiva específica, com fornecimento único, estabelece-se que a Garantia Contratual para mão-de-obra, peças, acessórios e consumíveis será de 03 (três) meses consecutivos e ininterruptos. No entanto, é importante ressaltar que, a critério da CONTRATANTE e com a concordância da CONTRATADA, essa garantia poderá ser prorrogada mediante acordo entre as partes envolvida.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (CONSIDERAR INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS – SUH
HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ – HRSJ



ITEM	SCCD	CIASC	DESCRIÇÃO	QNT	Nº ORÇ	VALOR TOTAL (R\$)
Lote 1 Mesa Cirúrgica, SN 75710713 Patrimônio 251525e - TAG: MCG015						
01	2113/2025	502650001	Manutenção Corretiva em Mesa Cirúrgica marca: Barrfab modelo: BF683 TDO SN: 75710713 Patrimônio: 251525e	3	OS30201-25	750,00
02		087084389	Peças e Componentes para Mesa Cirúrgica marca: Barrfab modelo: BF683 TDO SN: 75710713 Patrimônio: 251525e Peça: - RODIZIOS UAP 125 MM - 4pçs	1		5.200,00
Valor total do orçamento						R\$ 5.950,00
ITEM	SCCD	CIASC	DESCRIÇÃO	QNT	Nº ORÇ	VALOR TOTAL (R\$)
Lote 2 Mesa Cirúrgica, SN 2606 Patrimônio 189849 - TAG: MCG012						
03	2114/2025	502650001	Manutenção Corretiva em Mesa Cirúrgica marca: Barrfab modelo: BF683 SN: 2606 Patrimônio: 189849	2	OS30007-25	500,00
04		087084389	Peças e Componentes para Mesa Cirúrgica marca: Barrfab modelo: BF683 TDO SN: 2606 Patrimônio: 189849 Peças: - PARTE MESA CIRURGICA PF ALLEN - 2pçs - CJ QUADRO INOX PERNA INTEIR - 1pç	1		1.318,00
Valor total GERAL						R\$ 1.818,00
ITEM	SCCD	CIASC	DESCRIÇÃO	QNT	Nº ORÇ	VALOR TOTAL (R\$)
Lote 3 Mesa Cirúrgica, SN 2644 Patrimônio 188992 - TAG: MCG010						
05	2463/2025	502650001	Manutenção Corretiva em Mesa Cirúrgica marca: Barrfab modelo: BF683 SN: 2644 Patrimônio: 188992	2	OS30007-25	250,00
06		087084389	Peças e Componentes para Mesa Cirúrgica marca: Barrfab modelo: BF683 TDO SN: 2644 Patrimônio: 188992 Peças: - REVESTIMENTO FENOLITE 480,00 X 348 X 10 MM FIXA	1		610,00
Valor total GERAL						R\$860,00





III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

6. LEVANTAMENTO MERCADOLÓGICO (QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR)

Foram realizadas análises de licitações de outras unidades da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), assim como de outros órgãos da administração pública. Concluiu-se que a solução adotada neste Estudo Técnico Preliminar é similar àquelas utilizadas por diversas entidades e comum no mercado de fornecedores.

Devido à exclusividade da Ilhatec no atendimento da marca em questão, a pesquisa de mercado contemplou apenas essa empresa, resultando em apenas um orçamento válido. Além disso, foram obtidas as justificativas de preço de mercado fornecida pela referida empresa.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	VALOR TOTAL
01	Mesa Cirúrgica, SN 75710713 Patrimônio 251525e - TAG: MCG015	01	R\$ 5.950,00
02	Mesa Cirúrgica, SN 2606 Patrimônio 189849 - TAG: MCG012	01	R\$ 1.818,00
03	Mesa Cirúrgica, SN 2644 Patrimônio 188992 - TAG: MCG010	01	R\$860,00
	Valor total:		R\$8.628,00

8. COMPARATIVO DAS SOLUÇÕES

Devido à exclusividade comercial, não há como comparar soluções, desta forma, considera-se a contratação da empresa detentora da comercialização exclusiva da marca, como a solução que atende esta demanda.

IV - SOLUÇÃO ESCOLHIDA

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

A solução que se adequa de maneira mais satisfatória às necessidades da instituição consiste no **Serviço de Manutenção Corretiva junto à empresa que possui exclusividade no atendimento da marca em questão**. Todos os pormenores dessa solução selecionada serão minuciosamente descritos no Termo de Referência, de forma a proporcionar uma compreensão abrangente.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente manutenção corretiva deverá ser realizada por lote, haja vista se tratar de itens complementares do mesmo equipamento.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.





12. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há necessidade de providências prévias a serem realizadas pela administração.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verificam riscos ambientais relevantes, visto que o cuidado com os resíduos (troça de peças) e o descarte dos mesmos ocorrerá conforme programa de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde da unidade.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

O serviço de manutenção corretiva tem como finalidade preservar as condições iniciais e ideais de operação do equipamento, por meio da identificação e eliminação de potenciais fontes de falhas.

Essa medida assume particular importância devido à elevada demanda de utilização desses equipamentos, os quais são fundamentais para o pleno funcionamento desta Instituição de Saúde, garantindo assim o cumprimento dos requisitos de segurança exigidos para a proteção dos pacientes.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

O Núcleo de Engenharia Clínica, na qualidade de Assessoria conhecedora e especializada em Gestão de Equipamentos Médico- hospitalares e Infraestrutura, tem como objetivo primordial assegurar a plena satisfação das necessidades técnicas e clínicas do Hospital Regional São José (HRSJ).

Após uma cuidadosa análise das informações disponíveis, uma comparação abrangente dos aspectos-chave, uma avaliação detalhada tanto qualitativa quanto quantitativa, bem como um estudo aprofundado dos riscos envolvidos, **foi tomada a decisão de respaldar o prosseguimento do processo de manutenção corretiva, sem interrupções, via Exclusividade da empresa.**

No entanto, é importante ressaltar que a continuidade e a decisão final desse processo estão sob a responsabilidade exclusiva da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.





Assinaturas do documento



Código para verificação: **2D6G78MS**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANIEL XAVIER DE SOUZA (CPF: 022.XXX.379-XX) em 08/05/2025 às 08:58:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/11/2023 - 12:49:43 e válido até 10/11/2123 - 12:49:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAxMDQ4MjFfMTA1NzYxXzlwMjVfMkQ2Rzc4TVM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00104821/2025** e o código **2D6G78MS** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.