



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CANELINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANELINHA

Ao setor de licitações

Esclarecimento do processo de licitação nº 22/FMS/2025, pregão eletrônico nº 14/FMS/2025.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de oxigênio medicinal.

Questionamento:

No termo de referência item 5 – Prazo e local de entrega.

Não especifica com clareza a quantidade exata de cilindros em comodato com regulador e fluxometro. Menciona apenas a quantidade mínima e descreve que poderá ocorrer variação na solicitação de quantidades. Lembrando que essas informações que solicito são muito importantes e influenciam muito no preço de custo do produto. Por gentileza podem especificar melhor.

R: Em resposta ao que foi questionado, a empresa vencedora deverá fornecer no mínimo 10 cilindros e em forma de comodato, os cilindros, reguladores e fluxômetros. No tamanho de 1m³ vou precisar de 3 cilindros, no tamanho de 7m³ vou precisar de 7 cilindros e 10m³ somente se houver necessidade.

As quantidades e tamanhos de cilindros, reguladores e fluxômetros podem sofrer alterações, devido a necessidade da CONTRATANTE, ficando desde já a licitante vencedora, obrigada a atender as solicitações, sob pena das sanções previstas neste instrumento convocatório.

Esclarecido

Canelinha, 09 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCIELA ALVES
Data: 09/06/2025 14:01:30-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Franciela Alves
Responsável pela
Formalização da demanda

Rua Bento Aragão, nº 32 - Centro

CNPJ 08.692.266/0001-54 - Fone/Fax (48) 3264-1278 – CEP: 88230.000 – CANELINHA - SANTA CATARINA