

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 13/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAO-X DE COLUNA MÓVEL, UM SCANNER DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA DIGITAL E PLACAS DE FÓSFORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, conforme especificações do edital e seus anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 06/06/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 24/06/2025 - 14:00	Pregoeiro Rafael Renó da Silva
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	RAO X ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO;TENSÃO NOMINAL DE 70KVp;CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA;TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL;O CABEÇOTE DO RAO-X, COM ISOLAMENTO DA RADIAÇÃO;COM CONTROLE CENTESIMAL DE TEMPO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR;SELETOR EM PAINEL DE ALTO-RELEVO;CONTROLE DIGITAL;CABO ESPIRALADO;TEMPOS PADRONIZADO;ANGULAÇÃO DO CABEÇOTE: ROTAÇÃO DE 300° COM INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO CABEÇOTE;ERGONÔMICO; PROTEÇÃO TÉRMICA DO CABEÇOTE;CABEÇOTE COM CÂMARA DE COMPENSAÇÃO;PONTO FOCAL;BRAÇO ARTICULADO VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE; COLUNA, BRAÇOS E BASE CONSTRUÍDOS EM AÇO;FREIO EM DOIS RODÍZIOS;CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL PADRÃO ABNT;TENSÃO DA REDE: BIVOLT POTÊNCIA DE ENTRADA: ENTRE 1200VA E 1350VA;TENSÃO DO TUBO: 70KVp;CORRENTE DO TUBO: 7MA;TEMPO DE EXPOSIÇÃO: ENTRE 0,06S E 3,2S;COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM; COLIMADOR CILÍNDRICOFILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO: ENTRE 1,5MM ATÉ 3MM.DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO ENTRE 0,7X 0,7MM ATÉ 0,8,X08MM.FATOR DE RESFRIAMENTO ENTRE: 1:0,1S E 1:30S.	UN	1	12.489,0600	12.489,0600
1	2	PLACA DE FÓSFORO INTRAORALÉ UM DISPOSITIVO UTILIZADO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PARA CAPTURAR IMAGENS DIGITAIS DE ALTA QUALIDADE; COMPATÍVEL COM SCANNERS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS: AS PLACAS SÃO PROJETADAS PARA FUNCIONAR COM SISTEMAS QUE CONVERTEM AS IMAGENS EM FORMATOS DIGITAIS;PEREAPICAL;TAMANHO:2:31 X 41MM(ADULTO). EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UN	20	701,4100	14.028,2000
1	3	PLACA DE FÓSFORO INTRAORALÉ UM DISPOSITIVO UTILIZADO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PARA CAPTURAR IMAGENS DIGITAIS DE ALTA QUALIDADE; COMPATÍVEL COM SCANNERS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS: AS PLACAS SÃO PROJETADAS PARA FUNCIONAR COM SISTEMAS QUE CONVERTEM AS IMAGENS EM FORMATOS DIGITAIS;PEREAPICAL;TAMANHO:1:24 X 40MM(INFANTIL) EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UN	20	473,6100	9.472,2000
1	4	SCANNER DE PLACA DE FÓSFORO PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:O EQUIPAMENTO DEVERÁ SERVIR PARA LEITURA DE PLACAS DE FÓSFORO OBTENDO IMAGEM DE EXCELENTE QUALIDADE E DETALHE;COMPATÍVEL COM APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO QUE TRABALHAM COM CORRENTE ALTERNADA OU CONTÍNUA;BIVOLT;DEVERÁ POSSUIR UM SOFTWARE PARA TRATAMENTO DA IMAGEM E A POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DAS MESMAS NO FORMATO DICOM;COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E POSSUIR CONEXÃO VIA USB;CAPACIDADE PARA LEITURA DE PLACAS DE FÓSFORO NOS FORMATOS PERIAPICAIS DE TAMANHOS 1:24 X 40MM E NO TAMANHO 2: 31 X 41MM.DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM 4 PLACAS NO FORMATO PERIAPICAL DE TAMANHO: 1:24 X 40MM(INFANTIL) E 2:31 X 41MM(ADULTO).RESOLUÇÃO: 22PL/MM A 25PL /MMNÍVEIS DE CINZA: ENTRE 14BIT E 16BITSOFTWARES:	UN	1	25.808,3300	25.808,3300

	DEVE INCLUIR SOFTWARE PARA CADASTRO, ARQUIVAMENTO E EDIÇÃO DE IMAGEM E SER COMPATÍVEL COM OUTROS SOFTWARES VIA DRIVE TWAIN.				
--	---	--	--	--	--