

	Prefeitura Municipal de Criciúma Secretaria Municipal de Saúde	Notificação n.º. 45/2024
	Para: Diretoria de Licitações e Contratos	

MEMORANDO Nº 45/2024

Criciúma – SC, 25 de março de 2024.

Prezados,

Segue abaixo relatório sobre análise dos documentos solicitados a respeito da análise dos catálogos;

Empresa Dental Premium:

item 27- não cumpre descritivo, cabo não é o mesmo exigido no descritivo de 8mm e oco.

Item 65- não cumpre descritivo, cabo não é emborrachado conforme consta no descritivo.

Empresa K2

item 37- não cumpre descritivo do edital, velocidade de rotação não é constante em 420mil rpm, peso líquido produto é acima do especificado no descritivo e não cita o modelo específico que foi licitado (catálogo apresenta diversos modelos)

item 44- não cumpre descritivo, não informa peso líquido das peças e nem qual o modelo específico que foi licitado.

Empresa Máxima

item 61- não atende ao descritivo, cabo não é emborrachado como é exigido no prego.

Empresa Vitória

item 505- Não apresentou catálogo do produto

Empresa Betaniamed

item 511- não atende ao descritivo exigido, não possui reservatório de água com iluminação a led para melhor visualização pelo profissional do indicativo de água, caneta de ultrassom apresenta iluminação em led que não foi pedido no edital o que aumentará custo numa possível manutenção.

Item 516 – não atende ao descritivo exigido, descritivo enviado pela empresa informa que os comandos da cadeira ficam no pedal com 11 funções e não na base da cadeira como exige o edital o que dificulta e atrapalha o manuseio pelo profissional podendo ocasionar disparos acidentais, descritivo da empresa informa possuir 6 a 7 leds do refletor e não 3 como solicitado no edital ampliando muito o campo de atuação da luz led podendo interferir em materiais fotossensíveis.

Empresa BS Equipamentos

item 512 – não apresentou catálogo do produto

	Prefeitura Municipal de Criciúma Secretaria Municipal de Saúde	Notificação n.º. 45/2024
	Para: Diretoria de Licitações e Contratos	

Empresa Ferreira Souza

item 515- catálogo incompleto, não apresenta diversas informações técnicas exigidas no descritivo como disposição dos pistões, tempo de garantia tipo de pintura interna reservatório e se possui relé térmico.

Empresa Prioritta

item 518- não apresentou catálogo do produto

item 519- não apresentou catálogo do produto

item 520- não apresentou catálogo do produto

Empresa VS Costa

item 528- descritivo do produto incompleto, não informa velocidade de rotação e não informa se produto é usado com motor elétrico.

Empresa Real Saúde

item 531- não apresentou catálogo do produto.

Os demais itens estão de acordo com o descritivo do edital.

Gustavo Thome da Silva
Gerência Almoxarifado da Saúde Odontologia