

	Prefeitura Municipal de Criciúma Secretaria Municipal de Saúde	Notificação nº. 46/2024
	Para: Diretoria de Licitações e Contratos	

MEMORANDO Nº 46/2024

Criciúma – SC, 26 de março de 2024.

Prezados,

Segue abaixo relatório sobre análise dos documentos solicitados a respeito da análise dos catálogos;

Empresa Betaniamed

item 37- não atende ao descritivo informado, equipamento possui temperatura máxima de esterilização abaixo do exigido, velocidade de rotação não é fixa em 420 mil RPM e equipamento não é feito de alumínio como preconizado e sim de aço inox e não informa se possui microbalanceamento digital.

Item 44- não atende ao descritivo do edital, não é fabricado em alumínio com tratamento anodizado e sim aço inox.

item 520 - não cumpre descritivo, não apresenta duas baterias removíveis como solicitado.

Empresa Bio Lógica

item 279- não cumpre descritivo do edital, não especifica se é fabricado com madeira sicômoro.

Item 505- não cumpre descritivo edital, não atende uso clínico, se desfaz muito facilmente e não faz polimento da restauração.

Empresa Dental Premium

item 318- empresa pediu desclassificação do item

item 473- empresa pediu desclassificação do item

item 477- empresa pediu desclassificação do item

Empresa DPS

item 511- não atende ao descritivo exigido, não possui reservatório de água com iluminação a led para melhor visualização pelo profissional do indicativo de água, reservatório de água não possui 1 litro de capacidade como exigido e luzes indicativas de led no painel para visualização.

Empresa J. Ribeiro Comércio

item 515- catálogo incompleto, não apresenta diversas informações técnicas exigidas no descritivo como disposição dos pistões, tempo de garantia tipo de pintura interna reservatório e se possui relé térmico.

Item 516- não atende ao descritivo do edital, não apresenta braço pneumático como exigido.

Empresa Mais Materiais Odontológicos

item 226- não atende ao descritivo do edital, não possui alça para transporte como exigido.

Empresa Máxima Dental Importação

	Prefeitura Municipal de Criciúma Secretaria Municipal de Saúde	Notificação nº. 46/2024
	Para: Diretoria de Licitações e Contratos	

item 27- não atende ao descritivo, cabo não é oco como exigido.

Empresa Stermax

item 512- não atende ao descritivo do edital, não possui sensor de temperatura e pressão exibidos por leds, bandejas não são de alumínio anodizado.

Empresa VRM

item 519- Não apresentou catálogo do produto.

Os demais itens estão de acordo com o descritivo do edital.

Gustavo Thome da Silva
Gerência Almoxarifado da Saúde Odontologia