

	Prefeitura Municipal de Criciúma Secretaria Municipal de Saúde	Notificação nº. 48/2024
	Para: Diretoria de Licitações e Contratos	

MEMORANDO Nº 48/2024

Criciúma – SC, 25 de março de 2024.

Prezados,

Segue abaixo relatório sobre análise dos documentos solicitados a respeito da análise dos catálogos;

Empresa J. Ribeiro

item 511- não atende ao descritivo do edital, não possui luz led no reservatório de água e não informa capacidade do reservatório, não informa alguns dados técnicos como frequência de trabalho nem a potencia do equipamento.

Empresa Mastermedic

item 520- não atende ao descritivo do edital, não possui duas baterias removíveis como consta no descritivo.

Empresa Máxima Dental Importação

item 279- não atende ao descritivo exigido, material não é confeccionado de madeira sicômoro.

Empresa RGL Med

item 512- não atende ao descritivo, secagem não é feita com a porta entreaberta como consta edital, bandejas não cita qual tipo de material, temperatura e pressão não são exibidos por led e sim por manômetro.

Empresa VRM

item 37- não atende ao descritivo edital, peso superior a 32gr conforme consta descritivo, velocidade máxima de rotação não atinge 420 mil RPM e não é autoclavável até a temperatura de 135°C.

Item 44- não atende descritivo edital, não possui informações como tipo de material do equipamento (se é alumínio anodizado), não cita se o rolamento é cerâmico conforme consta edital.

Os demais itens estão de acordo com o descritivo do edital.

Gustavo Thome da Silva
Gerência Almoxarifado da Saúde Odontologia



Prefeitura Municipal de Criciúma
Secretaria Municipal de Saúde

Para: Diretoria de Licitações e Contratos

Notificação nº.
48/2024