



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - FMS
PARECER TÉCNICO
Parte XVI

Tem por objeto o Pregão Eletrônico nº 014/2024, *Aquisição de materiais ambulatoriais para abastecimento da rede de saúde de Chapecó*, conforme especificações e exigências constantes no corpo do Edital de Licitação.

A Análise ficou a cargo da Secretaria de Saúde do Município de Chapecó representada pela Farmacêutica Coordenadora do Almoxarifado da Saúde Isadora Belani de Bortoli.

Inicialmente, analisou-se a documentação técnica e registros da Anvisa para fins de comparação.

Item/Descrição	Fornecedor/ Marca	Parecer
ITEM 21. SONDA URETRAL 10. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC FLEXÍVEL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS DOTADA DE 1 (UM) ÚNICO ORIFÍCIO LATERAL COM DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, SEM REBARBAS – TAMANHO DO ORIFÍCIO DE ACORDO COM O CALIBRE DA Sonda, DELIMITADO E REGULAR EM TODA SUPERFÍCIE (COM OBJETIVO DE EVITAR CONTAMINAÇÃO). A OUTRA EXTREMIDADE DEVE SER PROVIDA DE CONECTOR PADRÃO DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO. DEVE SER APIROGÊNICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, PAREDES FINAS E MALEÁVEIS (COM O OBJETIVO DE EVITAR TRAUMAS NOS USUÁRIOS). EMBALADA INDIVIDUALMENTE; ESTERILIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Damed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos LTDA. Marca: <i>Medix..</i> Apresentação: Catálogo	<i>Item cotado não atende ao descritivo do edital.</i> Através da ficha técnica do item e do registro da Anvisa, pode-se analisar que o insumo possui dois orifícios laterais – em desacordo com o solicitado. DESCCLASSIFICADA.

Isadora Belani de Bortoli
Farmacêutica – CRF/SC - 16736
Coordenadora Almoxarifado da Saúde