



Memorando 22.245/2026



Responder apenas via 1Doc

Gessiani L.

14DAS

Para

14SESAU - SECRET...

CC

Odonto Cont - Odonto Contratos

14SABU - SAÚDE BUCAL

DAI - Diretoria de Administração e Infraestrutura

14SESAU - SECRETARIA DA SAÚDE

6 setores envolvidos

14DAS

14SESAU

Odonto Cont

14SABU

DAI

15DGC

19/03/2026 10:28

Abertura de processo licitatório para manutenção das autoclaves e seladoras

Prezados Secretários,

Considerando que o Município dispõe de 58 (cinquenta e oito) autoclaves e 32 (trinta e duas) seladoras, essenciais ao funcionamento dos serviços de saúde do Município, que atendem à uma população de aproximadamente 300 (trezentos) mil habitantes.

Considerando que as autoclaves são os equipamentos utilizados para a esterilização dos instrumentais de todos os serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde e as seladoras complementam essa atividade, uma vez que são utilizadas no processo de embalagem dos instrumentais.

Considerando que a manutenção visa o prolongamento da vida útil e a diminuição do tempo de indisponibilidade desses equipamentos e que, a substituição de peças e componentes, por vezes, se faz necessária à realização das manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos.

Considerando a inexistência de profissionais técnicos em manutenção desses equipamentos, no quadro de servidores do Município, torna-se necessária a contratação deste serviço.

Neste sentido, encaminhamos para sua autorização quanto à abertura de processo licitatório e enviamos para assinatura do Documento de Formalização da Demanda e demais documentos TR, ETP e memória de cálculo previamente elaborados e assinados por profissional técnico.

Atenciosamente,

—
Gessiani Fatima Larentes

Diretora de Atenção à Saúde

[DFD_4_.docx](#) (152,04 KB)

5 downloads

[ETP assinado.pdf](#) (730,20 KB)

5 downloads

[Memoria de Calculo assinado.pdf](#) (155,36 KB)

9 downloads

[TERMO DE REFERENCIA assinado.pdf](#) (240,18 KB)

7 downloads

2 ou mais pessoas

2 ou mais pessoas

João Lenz Neto **14SESAU** arquivou.

2 ou mais pessoas

NOEMIR AIRTON ECCO DAI arquivou.

Ciente, em atendimento.
Atenciosamente,

Kisla Zamignan
ANALISTA ADMINISTRATIVO

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Bom Dia

Solicito o envio dos orçamentos contendo data e assinatura das empresas, bem como dos editais utilizados para compor a memória de cálculo deste memorando , além de fotos de algumas autoclaves, para fins de conhecimento e posterior encaminhamento ao Comitê Gestor.

Solciitação em fase de construção por este setor.

Atencisoamente,

Odonto Cont - Od...

A/C Daijane P.

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/04/2026 08:18:20 ANA PAULA GAVA 14SESAU arquivou.

01/04/2026 13:59:53 NOEMIR AIRTON ECCO **DAI** arquivou.

Prezados,

Seguem anexos documentos que embasaram a Memória de Cálculo.

À disposição,

Daiane Sanagiotto

Cirurgiã-Dentista

CRO/SC 9042

Fiscal de Contratos

[JABORA_SELADORA.pdf](#) (213,47 KB)

1 download

ORCAMENTO_PREF_CHAPECO_1_ass_1_.pdf (195,65 KB)

2 downloads

ORCAMENTO_PREF_CHAPECO_AUTOCLAVES.pdf (932,05 KB)	2 downloads
ORCAMENTO_Service_Odonto.pdf (754,10 KB)	1 download
PECAS_PARAISO.pdf (323,70 KB)	1 download
RIO_DO_SUL.pdf (2,09 MB)	1 download
SEARA.pdf (281,22 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 6-
22.245/2026**

02/04/2026 09:37
(Respondido)

Kisla Z. 15DGC

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Bomm Dia

Bom Dia

Ciente, - em construção da solicitação.

Atencisoametne,,

Kisla Zamignan

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/04/2026 13:27:59 NOEMIR AIRTON ECCO **DAI** arquivou.

02/04/2026 15:28:32 Gessiani Fátima Larentes 14DAS arquivou.

06/04/2026 09:27:43 João Lenz Neto 14SESAU arquivou.

**Despacho 7-
22.245/2026**

08/04/2026 08:55
(Encaminhado)

Kisla Z. 15DGC

Odonto Cont - Od...

A/C Daiane P.
CC

Bom Dia

Solicito imagines de seladora e autoclave especificando o modelo na foto para fins de descrição e posterior ao Comitê Gestor.

Atencisoamente,

Kisla Zamignan

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 8-
22.245/2026**

Prezados,

(Respondido)

Daiane P. Odonto Cont

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Autoclave:

Características gerais:

- Estrutura em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil higienização
- Câmara de esterilização com capacidade variável (conforme modelo, podendo atender desde pequenas unidades até centrais de esterilização)
- Sistema de controle automático de temperatura, pressão e tempo
- Painel digital para programação e monitoramento dos ciclos
- Dispositivos de segurança, como válvula de alívio de pressão, travamento da porta e sensores de temperatura
- Operação com ciclos padronizados (ex: 121°C e 134°C)

Seladora:

Características gerais:

- Estrutura em material resistente (aço inoxidável ou pintura eletrostática)
- Sistema de selagem térmica por resistência elétrica
- Controle de temperatura ajustável, permitindo adaptação a diferentes tipos de papel grau cirúrgico
- Área de selagem com largura padrão (geralmente entre 8 mm e 12 mm)
- Acionamento manual ou automático (dependendo do modelo)
- Tempo de aquecimento rápido
- Compatível com embalagens tipo papel grau cirúrgico e filme plástico.

Att,

[4f3cb7a9_db35_41d6_a597_58d472e061ad.jpg](#) (68,60 KB) 2 downloads

61a57c17 cc3a 4552 85f1 3b539899dba6.jpg (105.39 KB) 2 downloads

81ebabed 4087 4ca7 9247 bc8b64dc12a9.jpg (96,47 KB) 3 downloads

909f3191 b955 460e 80e9 a24aa1f6d40e.jpg (118,73 KB) 2 downloads

92bc97f1 641d 4c00 8f71 5c0e912bc88f.jpg (52,23 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/04/2026 10:15:26 Valquiria Astrigi 15DGC arquivou.

08/04/2026 10:53:15 Kauana Padilha de Oliveira Cezniowski 14SESAU arquivou.

08/04/2026 11:26:53

NOEMIR AIRTON ECCO DAI arquivou.

08/04/2026 14:14:00

Gessiani Fátima Larentes 14DAS arquivou.

10/04/2026 07:34:16

Kisla Zamignan 15DGC reabriu para resolução.

10/04/2026 07:35:45

Kisla Zamignan 15DGC reabriu para resolução.**Despacho 9-
22.245/2026**

10/04/2026 07:37

(Encaminhado)

Kisla Z. 15DGCOdonto Cont - Od...

A/C Daiane P.

CC

Bom Dia

Encaminho as alterações realizadas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

Solicito, por gentileza, a assinatura via Gov.br para posterior criação do processo administrativo.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Da Vigência do Contrato

A duração do contrato na modalidade Ata de Registro de Preço será de 01 (um) ano, podendo ser renovada por igual período, nos termos do art. 84, (da Lei 14.133/2021).

Quando da prorrogação desta ata de registro de preços, conforme parecer n. 00075/2024/DECOR/CGU/AGU, e manifestações jurídicas correlatas, optamos por renovar as quantidades de itens registrados na ata, caso sua vigência seja prorrogada, no contexto da nova Lei de Licitações — Lei nº 14.133/2021 — e do Decreto nº 11.462/2023. Diversos órgãos jurídicos convergem no entendimento de que essa renovação é juridicamente viável. Desde que comprovada a vantajosidade.

2. – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se aplica visto que o objeto contratado não irá trazer nenhum impacto ambiental.

2. 16 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atualizado conforme despesa das solicitações.

—
Kisla Zamignan
ANALISTA ADMINISTRATIVO

1 download

1 download

2 ou mais pessoas

(Encaminhado)

15DGC

A/C João N.
CC

Atencisoamente,

ANALISTA ADMINISTRATIVO

1 download

(214,65 KB)

2 ou mais pessoas

(Encaminhado)

15DGC

A/C NOEMIR E.
CC

Atencisoamente,

ANALISTA ADMINISTRATIVO

1 download

2 ou mais pessoas

Assinado

Assinado

(Encaminhado)

Bom Dia

10/04/2026 14:15:53 João Lenz Neto **14SESAU** assinou digitalmente **Memorando 11- 22.245/2026** com o certificado **JOAO LENZ NETO** CPF **935.XXX.XXX-72** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Encaminho, conforme solicitado no Despacho nº 10, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) devidamente assinado e validado por meio do Gov.br, em anexo.

—
Atenciosamente,

Dr. João Lenz Neto
Secretário de Saúde - Médico
CRM-SC 23055

[DFD_Documento_de_formalizacao_de_Demanda_assinado.pdf](#) (242,95 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/04/2026 15:12:55 Maria Eduarda Giovanoni 15DGC arquivou.

(Encaminhado)

Boa Tarde

Seque para assinatura Solcitação 411 2026

Kisla Z. 15DGC

DAI - Diretoria ...

A/C NOEMIR E.
CC

—

Kisla Zamignan
ANALISTA ADMINISTRATIVO

[Solicitacao de Compra 411.pdf](#) (77,10 KB)

0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

10/04/2026 15:14:47	Kisla Zamignan 15DGC	solicitou a assinatura de NOEMIR AIRTON ECCO em Despacho 17-22.245/2026 .	Assinado
10/04/2026 15:14:47	Kisla Zamignan 15DGC	solicitou a assinatura de João Lenz Neto em Despacho 17-22.245/2026 .	Assinado
10/04/2026 15:16:59	João Lenz Neto 14SESAU	assinou digitalmente Memorando 17- 22.245/2026 com o certificado JOAO LENZ NETO CPF 935.XXX.XXX-72 conforme MP nº 2.200/2001 .	
10/04/2026 15:17:08	João Lenz Neto 14SESAU	arquivou.	
10/04/2026 15:43:46	NOEMIR AIRTON ECCO DAI	assinou digitalmente Memorando 17- 22.245/2026 com o certificado NOEMIR AIRTON ECCO CPF 460.XXX.XXX-72 conforme MP nº 2.200/2001 .	
10/04/2026 15:44:14	NOEMIR AIRTON ECCO DAI	arquivou.	
10/04/2026 15:47:10	Gessiani Fátima Larentes 14DAS	arquivou.	

