

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

**Descrição Detalhada:** 177479 - Aquisição de Autoclave vertical digital com capacidade mínima de 100 litros Autoclave vertical digital com capacidade mínima de 100 litros, destinada à esterilização por vapor sob pressão. Deve possuir registro ou cadastro na ANVISA, no mínimo 02 cestos em aço inox perfurados, dimensões internas aproximadas de 35 a 45 cm de diâmetro e 70 a 85 cm de altura, caldeira em aço inoxidável, tampa em bronze fundido com vedação resistente a altas temperaturas, manípulos isolados contra calor, válvula de controle de pressão, válvula de segurança, manômetro com indicação de pressão e temperatura, painel digital para controle de tempo e temperatura, pressão de trabalho regulável até 1,5 kgf/cm² (127°C) e alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32.295,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (1)

2 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

**Descrição Detalhada:** 177480 - Aquisição de Cadeira para coleta Cadeira destinada à coleta de sangue com estrutura resistente, estofamento impermeável e de fácil higienização, apoio de braço frontal para coleta, regulagem de altura e base estável para uso clínico contínuo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.046,61

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (6)

3 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

**Descrição Detalhada:** 177481 - Aquisição de Centrífuga digital Centrífuga digital com capacidade mínima para 24 tubos de 15 ml (100 x 16 mm), velocidade mínima de 4.000 RPM, controle digital de tempo e velocidade, rotor basculante, caçapas móveis e trava de segurança na tampa, alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.979,46

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (3)

**4 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177482 - Aquisição de Estufa de esterilização e secagem Estufa destinada à secagem e esterilização de vidrarias laboratoriais com volume interno entre 90 e 115 litros, controle de temperatura ajustável, estrutura metálica com isolamento térmico e alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.110,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (2)

**5 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177483 - Aquisição de Cestos fabricados em aço inoxidável, resistentes a temperaturas mínimas de 200°C, com dimensões aproximadas de 20 a 25 cm de diâmetro e 20 a 25 cm de altura, estrutura perfurada para circulação de vap.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.459,09

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (6)

**6 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177484 - Homogeneizador horizontal com movimento em 360° em torno do eixo. Capacidade para no mínimo 20 tubos com presilhas de inox ajustáveis para diversos diâmetros. Para tubos de 13 x 75 mm. Acabamento em pintura eletrostática para maior durabilidade. Tensão de 220 V ou bivolt. Controle de velocidade ajustável de 0 a 25 rpm, no mínimo.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.452,62

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (3)

**7 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177485 - Aquisição de Agitador de tubos tipo vortex para mistura rápida de amostras, com velocidade mínima de até 2.800 RPM, base antiderrapante, sistema de acionamento por pressão e alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.123,14

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (5)

**8 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177486 - Aquisição de Microscópio com sistema óptico infinito Microscópio com sistema óptico infinito, cabeçote binocular ou trinocular ergonômico, ajuste interpupilar, objetivas planacromáticas de alta definição com ampliações de 40x a 1000x, objetivas com contraste de fase 10x, 20x, 40x e 100x (imersão), condensador com anéis de fase, aplicações em campo claro e contraste de fase e alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.197,69

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (1)

**9 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177487 - Aquisição de Coagulômetro Analisador semi-automático de coagulação com no mínimo 01 canal, metodologia fotométrica (óptica) ou mecânica, capaz de realizar Tempo de Protrombina (TAP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (KPTT), sistema aberto de reagentes, mínimo de 8 posições para incubação de amostras e 2 para reagentes, armazenamento mínimo de 100 resultados, interface para impressora ou impressora integrada e alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.043,44

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (1)

**10 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177488 - Aquisição de Contador de células sanguíneas Equipamento para contagem manual assistida de células hematológicas com mínimo de 12 teclas, contagem de até 10 grupos celulares, contagem de 0 a 99 células por grupo, totalizador de contagem, alarme sonoro ao atingir 100 células, visor digital e alimentação 220V ou bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.395,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (1)

**11 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** 177642 - Aquisição de Micro-ondas 44 litros Potência mínima (w) 1400W. Timer, Display digital, Relógio, Luz interna, Termostato. Prato giratório. Teclas pré-programadas. Trava de segurança. Dupla emissão de ondas. Temporizador. Grill. Voltagem 220V Garantia mínima de um ano de cobertura integral do equipamento.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.247,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Balneário Camboriú/SC (1)