PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

ANEXO I — INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

1. APRESENTAÇÃO E FINALIDADE

1.1 Este Anexo II integra o Termo de Referência do Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e fornecimento de peças para equipamentos médicos e odontológicos das unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Brusque/SC, atendendo à recomendação constante do item 1.1 e à remissão do item 4.2.1 do Termo de Referência, que condicionam a definição de equipamentos críticos e o próprio detalhamento do objeto à existência deste inventário.

1.2 Tem por finalidade demonstrar, organizado por unidade de saúde, o rol de equipamentos odontológicos atualmente utilizados pela rede de Atenção Básica e Saúde Bucal do Município, abrangidos pelo objeto do LOTE 2 (item 3.4 do Termo de Referência), com base em levantamento técnico realizado pelas equipes de saúde bucal de cada unidade e pelo setor responsável pelo mapeamento de equipamentos para fins de engenharia clínica, no exercício de 2026.

1.3 Este documento abrange exclusivamente os equipamentos odontológicos do LOTE 2. O inventário correspondente aos equipamentos médicos, hospitalares e laboratoriais do LOTE 1 não foi disponibilizado para esta revisão e deverá ser incorporado como complemento a este mesmo Anexo II (item 6.3, a ser elaborado), antes da publicação do instrumento convocatório, observados os mesmos critérios fixados neste instrumento.

2. DA NATUREZA ESTIMATIVA, NÃO EXAUSTIVA E DINÂMICA DO INVENTÁRIO

2.1 O inventário constante do item 6 deste Anexo tem caráter estimativo e demonstrativo, elaborado a partir de levantamento de campo realizado pelas próprias equipes das unidades de saúde, podendo conter imprecisões pontuais quanto a marca, modelo, número de patrimônio ou estado de conservação, as quais serão dirimidas e corrigidas no curso da execução contratual mediante inspeção da fiscalização técnica, sem prejuízo do disposto no item 3 deste Anexo.

2.2 A ausência de determinado equipamento, unidade de saúde ou informação neste levantamento não exclui o respectivo bem do objeto contratual, nem exime a contratada de seu atendimento, desde que o equipamento se enquadre no conceito de “equipamentos correlatos” fixado nos itens 3.3 a 3.5 do Termo de Referência, cabendo à fiscalização técnica avaliar objetivamente o enquadramento, na forma do item 3.5.

2.3 Este inventário deverá ser mantido atualizado pela fiscalização técnica do contrato durante toda a sua vigência, incorporando as inclusões, exclusões e atualizações cadastrais autorizadas no item 3 a seguir.

3. DOS CRITÉRIOS E LIMITES PARA INCLUSÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E UNIDADES DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO

3.1 Fica desde já autorizada, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes, a atualização deste inventário para:

a) inclusão de equipamentos odontológicos adquiridos, doados, cedidos, transferidos de outro órgão/ente ou de qualquer outra forma incorporados ao patrimônio ou à utilização da Secretaria Municipal de Saúde após a assinatura da Ata;

b) inclusão de novas unidades de saúde com atendimento odontológico implantadas, ampliadas ou incorporadas à rede municipal;

c) exclusão de equipamentos baixados patrimonialmente, desativados, transferidos ou definitivamente inservíveis;

d) correção ou atualização de dados cadastrais (marca, modelo, número de patrimônio, unidade de lotação) dos equipamentos já relacionados.

4. INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

4.1 Quadro-resumo por tipo de equipamento (rede municipal) — 17 unidades levantadas

Total de itens de equipamento levantados: 234 (quantidade aproximada, sujeita às ressalvas do item 5.2).

Tipo de Equipamento	Quantidade na Rede (aprox.)
Mocho	29
Caneta de alta rotação	20
Contra-ângulo	19
Micromotor	18
Aparelho de ultrassom/profilaxia	17
Fotopolimerizador	17
Cadeira odontológica	17
Compressor odontológico	16
Aparelho de raios-X odontológico	16
Amalgamador	14
Autoclave	13
Destiladora de água	11
Seladora	10
Negatoscópio	9
Bomba a vácuo	2
Incubadora	2
Cuba ultrassônica	1
Peça reta	1
Cuba de teste biológico	1
Baixa rotação	1
TOTAL GERAL	**234**

4.2 Legenda

As tabelas a seguir apresentam, unidade a unidade, os equipamentos odontológicos informados no levantamento de origem (fonte indicada em nota de rodapé de cada quadro), com marca/modelo, número de patrimônio (quando informado), quantidade e observações sobre estado de conservação.

4.3 Inventário detalhado por unidade de saúde

UBS CEDRINHO

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	GNATUS	10000000897	1	Kondontech YG 100
Micro motor	DABI ATLANTE	—	1	N270
Contra-ângulo	DABI ATLANTE	—	1	B-Safe
Aparelho de ultrassom/profilaxia	KONDONTECH	—	1	Scaler Jet
Fotopolimerizador	ECEL	10000000894	1	Com fio
Mocho	GRATTOS	—	2	Preta
Cadeira odontológica	GNATUS	10000000886	1	G1 verde água
Compressor odontológico	AIR ZAP	—	1	—
Bomba a vácuo	DABI ATLANTE	—	1	—
Aparelho de RX	PROCION	10000012195	1	Ion 70X
Alta rotação	DABI ATLANTE	—	1	Silent B-Safe com push button
Alta rotação	DABI ATLANTE	—	1	Silent B-Safe sem push button

UBS LIMEIRA ALTA

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	—	—	1	Sem marca e sem patrimônio identificados
Micro motor	D700	—	1	Sem patrimônio identificado
Contra-ângulo	Kavo	—	1	Sem patrimônio identificado
Aparelho de ultrassom/profilaxia	SonicMax	10000033120	1	—
Fotopolimerizador	ECEL	—	1	Sem patrimônio identificado
Mocho	Olsen	—	2	Sem patrimônio identificado
Cadeira odontológica	Olsen	—	1	Sem patrimônio identificado
Compressor odontológico	DentalAir	—	1	Sem patrimônio identificado
Aparelho de RX	Procion	—	1	Sem patrimônio identificado
Caneta de alta rotação	D700	—	1	Sem patrimônio identificado
Caneta de alta rotação	Gnatus	—	1	Sem patrimônio; necessita saca-broca
Destiladora	Kondentech	10000034798	1	—
Seladora	Stermax	10000033044	1	—
Autoclave	Stermax	10000017568	1	*Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*

UBS PLANALTO				
Equipamento	**Marca / Modelo**	**Nº Patrimônio**	**Qtd.**	**Observações / Estado**
Amalgamador	Kondentech	s/nº	1	YG-100
Micro motor	NSK	s/nº	1	Push button
Contra-ângulo	Dabi	s/nº	1	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Kondentech	s/nº	1	—
Fotopolimerizador	Ecel	s/nº	1	Funcionamento via tomada (sem fio; sem foto)
Negatoscópio	s/marca	10000009128	1	Emprestado do consultório
Mocho (CD)	Olsen	10000009002	1	—
Mocho (ASB)	Tekcad	10000033028	1	—
Cadeira odontológica	Dentemed	s/nº	1	Modelo Prime One
Compressor odontológico	Dentemed	s/nº	1	Modelo Prime 65 / tanque 65L
Compressor odontológico (2ª unid.)	Schulz	s/nº	1	Não funcionando — indicado para descarte
Aparelho de RX	Procion	10000017715	1	—
Autoclave	Digitale	10000034051	1	*Capacidade 42L — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Seladora	Biotron	s/nº	1	Modelo Selabem
Destiladora	Cristófoli	s/nº	1	Capacidade 3,8L
Incubadora	Stermax	10000001583	1	—
Alta rotação	Kavo	s/nº	1	Push button

UBS PAQUETÁ				
Equipamento	**Marca / Modelo**	**Nº Patrimônio**	**Qtd.**	**Observações / Estado**
Amalgamador	Kondentech	—	1	—
Micro motor	Gnatus	—	1	—
Contra-ângulo	Dabi	—	1	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Ecel	—	1	—
Fotopolimerizador	Schuster	—	1	—
Negatoscópio	—	10000012558	1	—
Mocho	Tekcad	10000033163	2	—
Cadeira odontológica	Kavo	10000012196	1	—
Compressor odontológico	—	—	1	—
Aparelho de RX	Dabi	—	1	—

UBS SOUZA CRUZ				
Equipamento	**Marca / Modelo**	**Nº Patrimônio**	**Qtd.**	**Observações / Estado**
Amalgamador	Schuster	10000004216	1	—
Micro motor	Gnatus	s/nº	1	—

Contra-ângulo	Gnatus	s/nº	1	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Ecel	s/nº	1	—
Fotopolimerizador	Dentemed	s/nº	1	—
Negatoscópio	Essencedental	1000017572	1	—
Mocho	Grattos	s/nº	2	—
Cadeira odontológica	Kavo	1000017571	1	—
Compressor odontológico	Dentemed	s/nº	1	—
Aparelho de RX	D700	s/nº	1	—
Caneta de alta rotação	D700	s/nº	1	—
Cuba ultrassônica	Lava-tech	01000033069	1	—
Autoclave	Digitale	01000033231	1	*Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*

UNIDADE NÃO IDENTIFICADA NO ARQUIVO RECEBIDO (A CONFIRMAR PELA SECRETARIA)

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Digital YG-100 / Kondentech	não patrimoniado	1	Bom estado
Micro motor	Schuster	não patrimoniado	1	Bom estado
Contra-ângulo	Gnatus	não patrimoniado	1	Encaixe poderia ser melhor
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Sonic Max Ecel	não patrimoniado	1	Jato de bicarbonato não funciona / ponta de ultrassom não encaixa
Fotopolimerizador	ECEL	não patrimoniado	1	Bom estado
Negatoscópio	Sem marca evidente	não patrimoniado	1	Frente quebrada
Mocho	Olsen	10000010259	1	Lateral rasgada
Cadeira odontológica	Olsen	10000010256	1	Bom estado
Compressor odontológico	Fiac	não patrimoniado	1	Bom estado
Aparelho de RX	D700 (Alliage)	não patrimoniado	1	Bom estado
Destiladora	Kondentech	100000342262 (conferir dígitos)	1	Bom estado
Autoclave	Stermax	10000017621	1	*Botão de ligar com mau contato — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Seladora	Stermax	10000033036	1	Com defeito — sela parcialmente

UBS SANTA LUZIA

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Autoclave	Stermax	PMB 010000031052	1	*Estado bom; uso conjunto com equipe de enfermagem — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Amalgamador	Schuster	601794	1	Estado bom
Caneta de Alta Rotação	D700 / Kavo	Kavo SN2020650818 / D700 E107817	2	Estado regular; eventual perda de torque no rolamento
Micromotor	Dentscler	47993	1	Estado bom

Contra-ângulo	Dentemed	NC02-0009	1	Estado regular; ruído excessivo/trava eventual em uso
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Ecel	GI 000071	1	Estado bom; atualmente somente função de ultrassom
Fotopolimerizador	Schuster	L2299852S	1	Bom estado, funcionando normalmente
Negatoscópio	Essence Dental	PMB 010000017597	1	Estado bom
Mocho	Kavo	2015005746 / 2015005747	2	Estado bom; necessita troca de pistão de ar em ambos
Cadeira Odontológica	D700	500001492528	1	Estado bom; necessita troca de tampo, encaixe de pontas e manutenção preventiva (pintura/corrosão da base)
Compressor Odontológico	Dentemed	PMB 010000026991	1	Estado bom
Destiladora	Kondertech	PMB 010000034263	1	Estado bom; uso conjunto com equipe de enfermagem
Aparelho de RX	Procion	00312050005-B	1	Necessita troca do botão de disparo (desgaste) e manutenção preventiva (pintura/corrosão da base)

UBS STEFFEN

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Micro motor	Dabi	—	2	—
Contra-ângulo	Dabi, Kavo	—	3	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Ecel	—	1	—
Fotopolimerizador	Sem marca	—	1	—
Negatoscópio	Sem marca	—	1	—
Mocho	Tekcad	—	1	—
Cadeira odontológica	Olsen	—	1	—
Compressor odontológico	Dentemed	10000033087	1	—
Aparelho de RX	Pro X	10000034181	1	—
Alta rotação	Schuster, Dabi	—	3	—
Autoclave	Digitale	10000034245	1	*Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Destiladora	Kondentech	10000034246	1	—
Peça reta	Dentemed	—	1	—
Seladora	Stermax	10000033047	1	—

UBS SANTA TEREZINHA

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Micro motor	Neolab	34063	1	Novo
Contra-ângulo	Dentcler	s/nº	1	Novo

Aparelho de ultrassom/profilaxia	Kondentec	33033	1	Jato de bicarbonato não funciona
Fotopolimerizador	Kondentec	s/nº	1	Novo
Mocho	Metalic	11083	1	ASB, bem antigo
Cadeira odontológica	Kavo	17586	1	Jato de ar fraco
Compressor odontológico	Gnatus	s/nº	1	—
Bomba a vácuo	Dabi	17754	1	—
Aparelho de RX	Dabi	1196	1	—
Mocho (2ª unid.)	Metalic	s/nº	1	Consultório, novo
Autoclave	Saevo	10000032533	1	*Bioclave 21L — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Destiladora	Kondentech	10000034255	1	Aqua-Tech
Seladora	Stermax	10000033039	1	—
Cuba de teste biológico	BKI 6	s/nº	1	—

UBS ZANTÃO

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Kondentech	—	1	YG-100
Micro motor	Kavo	—	1	Micromotor 500
Contra-ângulo	Kavo	—	1	Contra-ângulo 500
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Bioscaler	—	1	Ortus
Fotopolimerizador	Kondentech	—	1	LED-6 sem fio
Mocho	Tekcad	1000034682	1	—
Cadeira odontológica	Olsen	—	1	Sprint
Compressor odontológico	Chiaperini	—	1	MC 10 BPO RV 60L
Aparelho de RX	Procion	—	1	Ion-70X microprocessado
Autoclave	Cristófoli	10000034101	1	*Vitale Plus 21L — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Seladora	Agir	—	1	Protect Seal Plus
Destiladora	Kondentech	10000034801	1	Aqua-Tech
Alta rotação	Kavo	—	1	Extratorque 505C push button, sem luz

UBS MALUCHE

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Kondentech	não tem	1	YG-100
Micro motor	Dabi	não tem	1	N270
Contra-ângulo	Dabi	não tem	1	KO3975
Contra-ângulo (2ª unid.)	Olsen	não tem	1	CX235
Caneta de Alta Rotação	Dabi	não tem	1	Silent, push button
Caneta de Alta Rotação (2ª unid.)	Dabi	não tem	1	MRS400, push button

Aparelho de ultrassom/profilaxia	Kondentech	10000033651	1	—
Fotopolimerizador	Led Light	não tem	1	—
Mocho (1)	Kavo	10000014017	1	—
Mocho (2)	Grattos	não tem	1	—
Cadeira odontológica	D700 Persus	não tem	1	—
Seladora	Stermax	10000034054	1	—
Incubadora	Biomeck	não tem	1	—
Destiladora de Água	Aquatech	10000034259	1	—

US ÁGUAS CLARAS

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Schuster	—	1	—
Micro motor	Olsen	—	1	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Sonic Max	—	1	—
Fotopolimerizador	Ecel	—	1	—
Negatoscópio	Unemol	—	1	—
Mocho	Grattos	—	1	—
Cadeira odontológica	D700	—	1	—
Compressor odontológico	Schulz	—	1	—
Aparelho de RX	Ion Pro	1000003361	1	—
Alta Rotação	Saevo	—	1	—
Baixa rotação	Olsen	—	1	—
Seladora	Stermax	10000033040	1	—
Destiladora	Kondentech	10000034258	1	—
Autoclave	Stermax	10000020088	1	*Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*

UBS RIO BRANCO

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Vibramat	—	1	Capsular Speed II
Micro motor	Dabi Atlante	—	1	N270
Contra-ângulo	Dentscler	10000034067	1	C. Ângulo Intra
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Ortus	—	1	Bioscaler CB
Fotopolimerizador	Schuster	—	1	Emitter A Fit
Mocho	Grattos	—	2	—
Cadeira odontológica	Dentemed	10000034523	1	Prime
Compressor odontológico	Chiaperini	—	1	MC 10BPO RV 60L
Aparelho de RX	Procion	10000004569	1	Ion 70X
Caneta de alta rotação	Kavo	—	1	Extra torque 605C

Autoclave	Digitale	10000033235	1	*Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*

UBS SÃO LUÍS I — CONSULTÓRIO EQUIPE I (DANIEL/JENNIFER)

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Kondentech	não consta	1	YG-100
Micro motor	Dabi	—	1	Não funciona — necessita reparo/substituição
Micro motor (2ª unid.)	Gnatus	—	1	—
Contra-ângulo	Olsen	—	1	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Kondentech	10000033652	1	—
Fotopolimerizador	Schuster	não consta	1	Emitter Fit
Negatoscópio	Biotron	não consta	1	Pequeno
Mocho	Grattos	não consta	3	Pretos
Cadeira odontológica	Gnatus	10000001874	1	—
Aparelho de RX	D700	não consta	1	Coluna
Alta rotação	Dabi	não consta	1	Push
Alta rotação (2ª unid.)	Kavo	não consta	1	Push

UBS SÃO PEDRO

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Kondentech	não tem	1	—
Micro motor	Olsen	não tem	1	—
Contra-ângulo	Olsen	não tem	1	—
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Alt Equipamentos	10000001153	1	—
Fotopolimerizador	Kondentech	10000034069	1	—
Negatoscópio	Essence Dental	10000017619	1	—
Mocho	Tekcad	10000033248	1	—
Cadeira odontológica	Olsen	10000017391	1	—
Compressor odontológico	Dentemed	10000033111	1	—
Aparelho de RX	Procion	10000017716	1	—
Autoclave	Cristófoli	10000033679	1	*Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Destiladora	Kondentech	10000034537	1	—
Seladora	Agir	—	1	—

UBS SÃO JOÃO

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Orthus (Bioscaler)	não tem	1	Ultrassom e jato de bicarbonato
Fotopolimerizador	Emittera	10000017698	1	Aparelho direto na tomada
Mocho	Kavo	não tem	1	Azul

Cadeira odontológica	Olsen	10000000679	1	Modelo Sprint, cor verde
Compressor odontológico	Chiaperini	não tem	1	MC 10 BPO RV 60L
Aparelho de RX	Dabi	10000000681	1	Spectro 70X
Autoclave	Digitale	10000033227	1	*Bivolt, automática, modelo 4.2 — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*

UBS NOVA BRASÍLIA

Equipamento	Marca / Modelo	Nº Patrimônio	Qtd.	Observações / Estado
Amalgamador	Kondentech	10000017341	1	Cápsula
Micro motor	Dabi	não tem	1	—
Contra-ângulo	NSK e Kavo	não tem	2	Push button / Kavo com aleta
Aparelho de ultrassom/profilaxia	Dabi	10000017340	1	ProfiClass (somente ultrassom)
Fotopolimerizador	Schuster	não tem	1	Sem fio
Mocho	Grattos e Maiat	não tem	2	Assento já rasgando
Cadeira odontológica	Kavo	10000017342	1	Base oxidada
Compressor odontológico	Dentemed	não tem	1	Nº de série SD202203367
Aparelho de RX	Procion	10000017714	1	—
Caneta de alta rotação	Dabi / D700	não tem	2	Push button
Autoclave	Stermax 21L	10000022052	1	*De uso da enfermagem — Equipamento crítico (item 4.2.1 do TR)*
Destiladora	Kondentech	10000034251	1	Modelo Aqua-Tech
Seladora	Agir Protect Seal	10000022008	1	De uso da UBS — demora para esquentar

Brusque/SC, na data da assinatura eletrônica.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS MATEUS ANDRADE
Data: 27/07/2026 10:46:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinicius Mateus Andrade
Responsável pela Elaboração do Anexo II - Diretor Geral Administrativo Financeiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO ALEXANDRE FREITAS
Data: 27/07/2026 10:53:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ricardo Alexandre Freitas
Ordenador(a) Requisitante - Secretário Municipal de Saúde