

ATA DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS

Município: Rio do Sul/SC – Processo Licitatório: PE – nº 38/2023/FMS- 2º rodada

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o parecer técnico sobre a avaliação das características das fraldas relacionados abaixo, referentes ao PE – nº 38/2023/FMS. Foram utilizadas medidas rotineiras para avaliar o rendimento dos produtos. Quanto aos produtos foram averiguadas características e especificações exigidas no Edital, como também embalagem do produto, tamanho, peso, textura, absorção a fim de selecionar os itens apropriados e emitir os pareceres correspondentes.

EMPRESA: MEDMED

ITEM	PRODUTO	MARCA	ANÁLISE
4	Fralda Descartável Adulto, Tamanho Pequeno (P) - Unissex; Indicada para adultos com peso até 40 KG com incontinência severa e cintura até 80 cm; possui formato anatômico; elástico ao redor das pernas; 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis; camada interna suave; revestimento externo com toque suave; canais de distribuição, que garantem melhor absorção, menor tempo de contato com a pele e redução de retorno do líquido; barreiras laterais antivazamento altas; camada de superabsorção, que aumenta a velocidade da absorção deixando a pele 4 vezes mais seca; indicador de umidade e extrato de Aloe Vera; Capacidade mínima de absorção de 1.056 ml. No ato da entrega apresentar Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos	PARENTEX	REPROVADO Produto desclassificado pois não atendeu a dois itens exigidos no edital: * indicador de umidade – NÃO POSSUI INDICADOR DE UMIDADE * extrato de Aloe Vera - NÃO POSSUI A CAMADA DE EXTRATO DE ALOE VERA NO INTERNO DA FRALDA.

ITEM	PRODUTO	MARCA	ANÁLISE
5	Fralda Descartável Adulto, Tamanho Médio (M) - Unissex; Indicada para adultos com peso até 70 KG com incontinência severa e cintura até 120 cm; possui formato anatômico; elástico ao redor das pernas; 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis; camada interna suave; revestimento externo com toque suave; canais de distribuição, que garantem melhor absorção, menor tempo de contato com a pele e redução de retorno do líquido; barreiras laterais antivazamento altas; camada de superabsorção, que aumenta a velocidade da absorção deixando a pele 4 vezes mais seca; indicador de umidade e extrato de Aloe Vera; Capacidade mínima de absorção de 1.189 ml. No ato da entrega apresentar Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos	PARENTEX	REPROVADO Produto desclassificado pois não atendeu a dois itens exigidos no edital: * indicador de umidade – NÃO POSSUI INDICADOR DE UMIDADE * extrato de Aloe Vera - NÃO POSSUI A CAMADA DE EXTRATO DE ALOE VERA NO INTERNO DA FRALDA.

ITEM	PRODUTO	MARCA	ANÁLISE
6	Fralda Descartável Adulto, Tamanho Grande (G) - Unissex; Indicada para adultos com peso até 90 KG com incontinência severa e cintura até 150 cm; possui formato anatômico; elástico ao redor das pernas; 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis; camada interna suave; revestimento externo com toque suave; canais de distribuição, que garantem melhor absorção, menor tempo de contato com a pele e redução de retorno do líquido; barreiras laterais antivazamento altas; camada de superabsorção, que aumenta a velocidade da absorção deixando a pele 4 vezes mais seca; indicador de umidade e extrato de Aloe Vera; Capacidade mínima de absorção de 1.450 ml. No ato da entrega apresentar Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos	PARENTEX	REPROVADO Produto desclassificado pois não atendeu a dois itens exigidos no edital: * indicador de umidade – NÃO POSSUI INDICADOR DE UMIDADE * extrato de Aloe Vera - NÃO POSSUI A CAMADA DE EXTRATO DE ALOE VERA NO INTERNO DA FRALDA.

ITEM	PRODUTO	MARCA	ANÁLISE
7	Fralda Descartável Adulto, Tamanho Extra Grande (EG) - Unissex; Indicada para adultos com peso acima de 90 KG com incontinência severa e cintura até 165 cm; possui formato anatômico; elástico ao redor das pernas; 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis; camada interna suave; revestimento externo com toque suave; canais de distribuição, que garantem melhor absorção, menor tempo de contato com a pele e redução de retorno do líquido; barreiras laterais antivazamento altas; camada de superabsorção, que aumenta a velocidade da absorção deixando a pele 4 vezes mais seca; indicador de umidade e extrato de Aloe Vera; Capacidade mínima de absorção de 1.529 ml. No ato da entrega apresentar Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos.	PARENTEX	REPROVADO Produto desclassificado pois não atendeu a dois itens exigidos no edital: * indicador de umidade – NÃO POSSUI INDICADOR DE UMIDADE * extrato de Aloe Vera - NÃO POSSUI A CAMADA DE EXTRATO DE ALOE VERA NO INTERNO DA FRALDA.

Morgana Rieg
Dir. do Dep. Adm. de Saúde
Mat. 449598
Sec. Mun. de Saúde de Rio do Sul

MORGANA RIEG
DIRETORA DO DEP. ADMINISTRATIVO
DE SAÚDE

Édia Regina Grah
COREN 165.660/SC
Diretora do Dep. de Atenção à Saúde
Matrícula: 219088
Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul
(47) 3531-1404

ÉDIA REGINA GRAH
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE