



Odirlei Farínea <odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br>

PE 025/2023/FMS - LOTE 86 - Diligência - SÃO FELIPE

2 mensagens

Odirlei Farínea <odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br>

10 de julho de 2023 às 14:33

Para: Marcionei Zucatelli <marcionei.zucatelli@riodosul.sc.gov.br>

Cc: Marcela Nasário <marcela.nasario@riodosul.sc.gov.br>, Inã Carini Zapelini Zanella <ina.zanella@riodosul.sc.gov.br>, Franciele Lippel Laubenstein <franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br>, Ronald Brehmer Junior <ronald.brehmer@riodosul.sc.gov.br>, Laiana Ossemer <laiana.ossemer@riodosul.sc.gov.br>

Sr. Diretor,

Considerando que houve recurso ao lote 86 (Oxímetro de pulso);

Considerando que o recurso foi deferido e assim retornamos à fase de classificação no referido lote;

Considerando a Isonomia entre os licitantes;

Anexo os laudos/ensaios/fichas técnicas do licitante classificado na sequência.

Por favor analisar e indicar, o mais breve possível, se o produto ofertado atende ao descritivo do edital (repete-se, lote 86 - oxímetro de pulso).

--

Odirlei Farínea*Agente Administrativo*

Prefeitura de Rio do Sul

(47) 3531-1229



Exibindo Assinatura de e-mail.jpeg

3 anexos**anvisa - item 86.pdf**

7K

**inmetro - item 86.pdf**

406K

**catalogo - item 86.pdf**

586K

Marcionei Zucatelli <marcionei.zucatelli@riodosul.sc.gov.br>

10 de julho de 2023 às 16:15

Para: Odirlei Farínea <odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br>

Boa tarde,

Não atende, não tem suporte de beira de leito.

Marcionei

[Texto das mensagens anteriores oculto]