



Odirlei Farínea <odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br>

PE 025/2023/FMS - LOTE 303 - Diligência - CERON

2 mensagens

Odirlei Farínea <odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br>

10 de julho de 2023 às 14:29

Para: Marcionei Zucatelli <marcionei.zucatelli@riodosul.sc.gov.br>

Cc: Franciele Lippel Laubenstein <franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br>, Inã Carini Zapelini Zanella <ina.zanella@riodosul.sc.gov.br>, Marcela Nasário <marcela.nasario@riodosul.sc.gov.br>, Ronald Brehmer Junior <ronald.brehmer@riodosul.sc.gov.br>, Laiana Ossemer <laiana.ossemer@riodosul.sc.gov.br>

Sr. Diretor,

Considerando que houve recurso ao lote 303 (oxímetro adulto);

Considerando que o recurso foi deferido e assim retornamos à fase de classificação no referido lote;

Considerando a Isonomia entre os licitantes;

Anexo os laudos/ensaios/fichas técnicas do licitante classificado na sequência.

Por favor analisar e indicar, o mais breve possível, se o produto ofertado atende ao descritivo do edital (repete-se, lote 303 - oxímetro adulto).

--

Odirlei Farínea

Agente Administrativo

Prefeitura de Rio do Sul

(47) 3531-1229

Exibindo Assinatura de e-mail.jpeg

3 anexos**Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Oxímetro de Dedo.pdf**

57K

**CATALOGO OXIMETRO CHOICE MD300C21.pdf**

198K

**MD300C21 Manual do Usuário em Português.pdf**

332K

Marcionei Zucatelli <marcionei.zucatelli@riodosul.sc.gov.br>

10 de julho de 2023 às 16:16

Para: Odirlei Farínea <odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br>

Boa tarde,

Não atende, não tem giro de tela e não mede unhas pintadas.

Marcionei

[Texto das mensagens anteriores oculto]