

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 036/2024/FMS	Responsável Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, COM CONCESSÃO GRATUITA DE APARELHOS LEITORES EM REGIME DE COMODATO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 17/05/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 03/06/2024 - 08:00	Pregoeiro Odirlei Farinéa
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Tira reagente para testagem de glicemia, em neonatos, crianças, adultos e gestantes. Descartável, com película protetora em PVC, com área reativa para determinação quantitativa de glicemia, utilizando metodologia por qualquer química enzimática. Com leitura por amperometria. A apresentação do resultado deverá ser através de aparelho leitor portátil de calibragem. O método de análise deverá abranger a faixa entre 20 a 600 mg/dl, aceitando medições menores que 20 e maiores que 600mg/dl. A amostra de sangue total deverá ser diretamente na tira reativa, a coleta deve ser por aspiração pela extremidade da tira reagente, para que não possibilite o contato do sangue com o aparelho, o teste deverá ser rápido, com resultado em até 5 segundos após a aplicação do sangue. Volume de amostra necessária não poderá ser superior a 0,6 microlitro de sangue. O teste deverá ser possível de ser realizado em ambientes com temperatura de atuação: temperaturas mínima iguais a 5°C ou inferiores e máxima iguais a 45°C ou superiores. A contratada deverá fornecer aparelhos leitores novos codificados através de chip, em regime comodato, sendo um máximo de 1500 aparelhos em perfeito funcionamento, alimentação através de bateria única de Lítio e garantia de no mínimo 3 meses. Garantir a assistência técnica, o fornecimento de baterias e solução controle, atualizações do software, soluções de controle nas faixas de hipo e hiperglicemia e manual de instrução de funcionamento em português. O sistema deve possuir software de gerenciamento de dados e o mesmo deverá ser fornecido sem ônus adicional a Secretaria Municipal de Saúde, bem como assessoria para instalação e operacionalização da mesma, assim como suas atualizações, obrigatoriamente em língua portuguesa; Transmissão de dados dos aparelhos leitores para o computador devem ser feitos através de cabo USB, compatível com o sistema operacional Windows 7/8/10/XP e Vista; Deverão ser disponibilizados, além do software, os cabos de transmissão de dados (respeitando o máximo de 2 cabos por unidade de saúde); Será de obrigação da contratada a reposição dos cabos que apresentarem defeito, exceto em situação onde fique caracterizado o mau uso; Base de dados com capacidade de armazenamento de dados que permita o registro e impressão das informações clínicas do paciente de formas personalizadas; Permita o registro de resultados de exames laboratoriais relacionados à diabetes e hemoglobina glicada; Permita o registro do número de testes realizados por aparelho leitor, para obter maior controle na dispensação dos insumos; Apresentar junto a amostra certificação exclusiva para este certame, emitida pelo detentor do registro na ANVISA, para enfermeiro(a) autorizado a fornecer o treinamento para a equipe técnica do município. Da embalagem - As tiras deverão ser embaladas em frascos de no mínimo 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante, de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Rotulado conforme a legislação em vigor. Deverá constar na embalagem: nome do fabricante e CNPJ da empresa fabricante ou distribuidora, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Apresentar juntamente com a amostra registro no MS, catálogo e bula. A Empresa vencedora deverá entregar uma amostra para análise na Secretaria de Saúde no prazo de 5 dias.	UND	850.000	0,59	501.500,00
		Tira reagente para testagem de glicemia, em neonatos, crianças, adultos e gestantes. Descartável, com película protetora em PVC, com área reativa para determinação quantitativa de glicemia, utilizando metodologia por qualquer química enzimática. Com				

1	2	leitura por amperometria. A apresentação do resultado deverá ser através de aparelho leitor portátil de calibragem. O método de análise deverá abranger a faixa entre 20 a 600 mg/dl, aceitando medições menores que 20 e maiores que 600mg/dl. A amostra de sangue total deverá ser diretamente na tira reativa, a coleta deve ser por aspiração pela extremidade da tira reagente, para que não possibilite o contato do sangue com o aparelho, o teste deverá ser rápido, com resultado em até 5 segundos após a aplicação do sangue. Volume de amostra necessária não poderá ser superior a 0,6 microlitro de sangue. O teste deverá ser possível de ser realizado em ambientes com temperatura de atuação: temperaturas mínima iguais a 5°C ou inferiores e máxima iguais a 45°C ou superiores. A contratada deverá fornecer aparelhos leitores novos codificados através de chip, em regime comodato, sendo um máximo de 1500 aparelhos em perfeito funcionamento, alimentação através de bateria única de Lítio e garantia de no mínimo 3 meses. Garantir a assistência técnica, o fornecimento de baterias e solução controle, atualizações do software, soluções de controle nas faixas de hipo e hiperglicemia e manual de instrução de funcionamento em português. O sistema deve possuir software de gerenciamento de dados e o mesmo deverá ser fornecido sem ônus adicional a Secretaria Municipal de Saúde, bem como assessoria para instalação e operacionalização da mesma, assim como suas atualizações, obrigatoriamente em língua portuguesa; Transmissão de dados dos aparelhos leitores para o computador devem ser feitos através de cabo USB, compatível com o sistema operacional Windows 7/8/10/XP e Vista; Deverão ser disponibilizados, além do software, os cabos de transmissão de dados (respeitando o máximo de 2 cabos por unidade de saúde); Será de obrigação da contratada a reposição dos cabos que apresentarem defeito, exceto em situação onde fique caracterizado o mau uso; Base de dados com capacidade de armazenamento de dados que permita o registro e impressão das informações clínicas do paciente de formas personalizadas; Permita o registro de resultados de exames laboratoriais relacionados à diabetes e hemoglobina glicada; Permita o registro do número de testes realizados por aparelho leitor, para obter maior controle na dispensação dos insumos; Apresentar junto com a amostra certificação exclusiva para este certame, emitida pelo detentor do registro na ANVISA, para enfermeiro(a) autorizado a fornecer o treinamento para a equipe técnica do município. Da embalagem - As tiras deverão ser embaladas individualmente em envelope fotosensível com código de barras, identificação de lote, validade, possuir sílica para manter a integridade da tira e reembalada, de acordo com a praxe do fabricante, de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Rotulado conforme a legislação em vigor. Deverá constar na embalagem: nome do fabricante e CNPJ da empresa fabricante ou distribuidora, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Apresentar juntamente com a amostra registro no MS, catálogo e bula. A Empresa vencedora deverá entregar uma amostra para análise na Secretaria de Saúde no prazo de 5 dias.	UND	30.000	0,94	28.200,00
---	---	---	-----	--------	------	-----------