

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 030/2026/FMS	Responsável Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Objeto AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PIEZOELÉTRICO E MICROMOTOR	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/04/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 08/05/2026 - 13:30	Pregoeiro Odirlei Farinéa
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Ultrassom piezoelétrico com onda senoidal pura, frequência de 28 kHz a 31 kHz, potência ajustável de 10% em 10%, reservatório acoplado com capacidade para líquidos; transdutor com LED integrado, autoclavável, berço em silicone, painel de controle touch e impermeável, encaixe EMS, compatível com Insertos Woodpecher, voltagem 220 V ou bivolt, som acima de 20.000 Hz (ultrassônico), dimensões compactas, peso entre 1, 6 e 1,9 Kg, cabo de alimentação 220 V ou bivolt, pedal de controle, Registro ANVISA, condições de operação entre +5° C a + 40° C, umidade entre 30% e 75%, garantia de 01 ano, no mínimo 5 insertos periodontais compatíveis inclusos.	U	1	9.883,67	9.883,67
2	1	Micromotor para desgaste e ajuste de próteses, bivolt automático, rotações médias de 35.000 rotações por minuto, com display de velocidade, inversão de rotação, sistema de segurança para evitar queima, peça de mão com 4 rolamentos blindados, regulagem de velocidade, pedal liga/desliga, peça de mão com sistema de vedamento antipoeira, garantia de 06 meses.	U	1	1.149,83	1.149,83