

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 039/2026/FMS	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
<b>Objeto</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA SEDAÇÃO INALATÓRIA CONSCIENTE COM ÓXIDO NITROSO E OXIGÊNIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 11/06/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 25/06/2026 - 08:00	<b>Pregoeiro</b> Fernanda Niehues
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
<b>Tipo</b> Menor Preço	<b>Inversão de Fase</b> Não	<b>Recurso Federal</b> Não	<b>Benefícios Selecionados</b> Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Equipamento completo para sedação inalatória consciente com óxido nitroso (NO) e oxigênio (O), destinado ao atendimento odontológico com as seguintes características técnicas mínimas: Fluxômetros duplos independentes para O e NO, Controle analógico ou digital com ajuste fino e preciso da mistura gasosa, escala de leitura visível e de fácil interpretação, vazão mínima de O compatível com atendimento adulto e infantil, ajuste gradual da concentração de óxido nitroso, permitindo titulação segura. Sistema de segurança anti-hipóxia, que impeça a administração de concentrações inferiores a 30% de oxigênio, sistema fail-safe que interrompa automaticamente o fornecimento de NO na ausência de O, válvula de segurança contra sobrepressão, botão de flush de oxigênio (100% O) para uso emergencial, sistema de alarme ou dispositivo indicador de falha no fornecimento de oxigênio. Sistema de exaustão ativa ou passiva para captação de gases residuais, máscaras nasais com duplo circuito (inalação e exaustão), compatibilidade com sistema de sucção clínica ou sistema próprio de exaustão, eficiência na redução de dispersão ambiental de NO. O equipamento deverá ser fornecido com: 02 cilindros de 10 litros vazios (01 para Oxigênio e 01 para o óxido nitroso), mangueiras específicas para O e NO, conectores e reguladores de pressão compatíveis com cilindros padrão nacional, no mínimo 03 (três) máscaras nasais em tamanhos variados (infantil, juvenil e adulto), kit completo de conexões, suporte ou pedestal móvel com rodízios e sistema de travamento.	U	1	16.083,88	16.083,88