

Ao

Setor de licitações da Fundação Hospitalar DR. José Athanázio

Ref.: Análise das características técnicas dos equipamentos classificados em relação ao solicitado no Pregão Eletrônico nº 7/2025

Para facilitar o entendimento, o parecer será feito de forma individual, por item, de acordo com classificação de cada empresa e com a justificativa para os casos de inconformidade.

Item 6 – Osmose Reversa Portátil

Fornecedor: VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise da documentação enviada referente ao equipamento **VEXER modelo VOP 00100**, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo **não** apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, como pode ser visto abaixo:

*“Equipamento para purificação de água para diálise de **duplo passo**, compacta, baixo nível de ruído; ... Capacidade mínima de produção de água de **90 litros/hora**, possibilitando atender até **2 pacientes**”;* O equipamento ofertado não cumpre o requisito de sistema de duplo passo para 2 pacientes com produção mínima de 90 L/h. Visto que o modelo de 120 L/h e 180L/h, disponibilizado no manual anexado ao processo, não possui a tecnologia de duplo passo conforme demonstrado na figura abaixo:

MODELOS DISPONÍVEIS:

CONFIGURAÇÃO	PASSO SIMPLES	PASSO SIMPLES	DUPLO PASSO
Produção nominal de água tratada	120 litros	180 litros	90 litros
Pacientes atendidos	02	03	02
Versão	Passo único	Passo único	Duplo passo
Membranas de osmose reversa	1 x TFC4021	2 x TFC4021	3 x TFC4021

DA CONCLUSÃO:

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Diante do exposto acima, recomenda-se pela desclassificação do equipamento ofertado pelo fornecedor **VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** para o item 6.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itajaí, 10 de julho de 2025.

Mariana Borges
Supervisora de Engenharia
Del Tecnologia