

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS.

Características técnicas mínimas:

Base fabricada: em aço inoxidável, aço carbono ou material superior com tratamento anticorrosivo, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior.

Base móvel: com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, sistema de travamento eletromecânico, eletro-hidráulico ou por suspensão, através de sapatas ou pino central com autonivelamento.

Coluna e Chassis: fabricada em material inoxidável ou material com tratamento anticorrosivo, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas.

Leito articulável, totalmente radiotransparente, dividido em 05 secções (cabeça, dorso bipartido, assento, pernas bipartidas). A secção das pernas deve possuir **geometria estritamente retangular, isenta de chanfros, afunilamentos ou recortes diagonais em suas bordas internas**, garantindo o alinhamento reto e a maximização da área útil de apoio para os membros inferiores do paciente. Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios.

Capacidade de carga mínima de 450 kg em todas as posições.

Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 700 mm ou menor com curso de no mínimo 300mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 30 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 30 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 20 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-150mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle com perfil slim localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento.

Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Flex e reflex; semiflexão de perna e coxa; flexão abdominal; semissentado e sentado.

Deve permitir a inversão do paciente sobre o tampo, na posição normal e reversa, em que a placa da cabeça e as placas das pernas sejam intercambiáveis, mantendo a possibilidade de abertura(giro) das pernas para acesso do cirurgião;

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Deve permitir a seleção do posicionamento atual do paciente no controle para no caso de inversão do paciente os comandos operam normalmente conforme desenho indicado, ou seja, ao movimentar pernas independente da posição do paciente quando selecionado corretamente a posição será movimentado pelo comando com desenho da perna.

Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 cabeceira, 01 par de ombreiras, 01 kit para ortopedia para tampo, 01 suporte de joelho, 01 jogo de colchonete injetado em poliuretano ou espuma de tecnologia viscoelástica equivalente, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico.

Bateria interna recarregável.

Alimentação elétrica bivolt ou 220v.

Garantia Mínima de 24 meses.

Assistência Técnica Autorizada no estado de Santa Catarina.

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa;

Anexar à proposta manual comprobatório das especificações técnicas do produto ofertado.

O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração.

O equipamento deve possuir registro na ANVISA, e caso não possua Manual da Marca e Modelo ofertados disponibilizados na ANVISA, deve ser anexado junto a habilitação para análise técnica.