

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dispensa Eletrônica - DL 04/2024-SEMS/2024

Resultado da Homologação

0001 - BIPAP DREAMSTATION AVAPS

Especificações Técnicas: Modos de ventilação: CPAP, S, S/T, T, PC + a função AVAPS IPAP. Intervalo de Pressão: 4 a 30 cm H2O EPAP 4 a 25 cm H2O CPAP 4 a 20 cm H2O parâmetros AVAPS: Disponível nos modos CPAP, S, S/T, T ou PC. Transmissão de Dados: Cartão SD, Armazenamento de dados; Completo (IA, IH, IAH, IAC, fuga, LF, RERA, Pressão, horas de uso). Compensação de altitude: Automática Volume corrente: 200 a 1500 ml Frequência respiratória: 0 a 30 RPM inspiração com tempo controlado: 0,5 a 3,5 segundos Pressão de suporte: mínimo 2cm H2O Rampa ajustável de 0 a 45 minutos nível de ruído: 25,8 DB(A) ~ 33,9 DB(A) medidas: 8,4 cm x 15,7 cm x 19,3 cm. Peso; 1,28Kg, requisitos elétricos: 100-240 VCA, 50/60Hz, 2,0-1,0. A voltagem: 100V – 240 (bivolt) Temperatura até 65° Capacidade de água mínima de 325ml - BPAP G3 30VT COM UMIDIFICADOR INTEGRADO - Valor Referência: 12.371,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	BPAP G3 30VT COM UMIDIFICADOR INTEGRADO	1 Unidade	5.604,98	5.604,98	Homologado em 13/06/2024 09:44:41 Por: PEDRO WANDERLEY LINHARES ROCHA

0002 - REANIMADOR MANUAL SILICONE PADRÃO

Especificação Adulto - Reanimador Ressuscitador Manual Tipo Amb - Valor Referência: 375,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO	Reanimador Ressuscitador Manual Tipo Amb	1 Unidade	373,99	373,99	Homologado em 13/06/2024 09:44:41 Por: PEDRO WANDERLEY LINHARES ROCHA

PEDRO WANDERLEY LINHARES ROCHA

Autoridade Competente

